

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21439706 din 04.07.2025							
Obiectul achiziției: ACCESORII și DEZINFECTANȚI DE LABORATOR/LDSA							
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
1	Bile de oțel	69989	Germania	Qiagen	Bile inoxidabile, pentru omogenizare, lizare, extracție a materialului patologic, cu diametru 2-3 mm, 100 buc/ pungă. Compatibile cu echipamentul TissueLyser II Disruption Machines, QIAGEN Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1pungă = 1 buc.	Bile din oțel inoxidabil, pentru omogenizare, lizare, extracție a materialului patologic, cu diametru 5 mm, 200 buc/ pungă. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1pungă = 1 buc.	ISO, CoA
2	Bisturiu	27066 DISPOSABLE SCALPELS N. 22 - sterile (box of 10),	Italia	Gima	Bisturiu unica folosinta cu maner din plastic ergonomic, în cutii a câte 10 buc. Lama de bisturiu din oțel inoxidabil, ascutite pe toata lungimea. Ambalaj extern – folie aluminium inscriptionat cu OPP alb laminat, interior-inhibitor de rugina – hartie VCI impregnata. Sterilizate cu oxid de etilena. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cut = 1 buc Bisturiu întreg are mărimea: 15,5, inclusiv – portlama de plastic -13 lama de metal de inox -6 cm Modelul 22, 22A sau 24	Bisturiu unica folosinta cu maner din plastic ergonomic, în cutii a câte 10 buc., steril Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cut = 1 buc, N. 22	CE, ISO

13	Apă liberă de acizi nucleici	10977035	China	ThermoFisher	UltraPure DNase/Rnase-Free Distilled Water. Flacon 300-500ml, Molecular Biology Grade.Certificat de calitate.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1fl. = 1 buc.	UltraPure DNase/Rnase-Free Distilled Water. Flacon 500ml, Molecular Biology Grade.Certificat de calitate.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1fl. = 1 buc.	ISO, CoA
15	Soluție de decontaminare suprafețelor de ADN/ARN	PDS-250 Add for comparison DNA/RNA Decontamination Solution	Lituania	Biosan	Degradează complet ADN-ul și ARN-ul contaminant la nivelul sensibilității PCR. Lucrează la contact. Poate fi utilizat pentru curățarea tuburilor PCR, a suprafețelor echipamentelor PCR, a pipetelor, etc. Ambalat în butelii cu pulverizator cu volum de 500 ml – 1000 ml (volumul total a lotului 5 l) Certificat de calitate.Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1fl = 1 buc.	Degradează complet ADN-ul și ARN-ul contaminant la nivelul sensibilității PCR. Lucrează la contact. Poate fi utilizat pentru curățarea tuburilor PCR, a suprafețelor echipamentelor PCR, a pipetelor, etc. Ambalat în butelii cu pulverizator cu volum de 250 ml – (volumul total a lotului 5 l, ofertam 20 de flacoane de 250ml,) Certificat de calitate. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) = 2flacoane de 250 ml = 1 buc.	ISO, CoA

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2