

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1654007616894 din: 2 iun 2022, 10:00 - 6 iun 2022, 10:00

Obiectul achiziției: Servicii de determinare a calității parametrilor de corespundere și a dozelor de radiație primite de pacient în cabinetele radio-diagnostice a Clinicilor Stomatologice Universitare pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
50400000-9	Servicii de determinare a calității parametrilor de corespundere și a dozelor de radiație primite de pacient în cabinetele radio-diagnostice a Clinicilor Stomatologice Universitare pentru anul 2022	-	-	-	Caiet de sarcini Servicii de determinare a calității parametrilor de corespundere și a dozelor de radiație primite de pacient în cabinetele radio-diagnostice a Clinicilor Stomatologice Universitare pentru anul 2022, Tensiunea tubului: 1. Acuratețea tensiunii tubului 2. Diapazonul tensiunii tubului 3. Precizia timpului de expunere Puterea de ieșire (γ) tubului de Raze – X 1. Valoarea puterii de ieșire la 1m 2. Reproducerea puterii de ieșire pentru setări fixe 3. Constanta puterii de ieșire pentru o serie de valori mA și mAs Grosimea de semi-atenuare (HVL). Filtrarea totală 1. HVL ori filtrarea totală suficientă 2. 30;50 3. 50, 60, 70, 80, 90 4. HVL STOM/Dental Dozimetrie 1. Calitatea indicatorului de doză incorporat (Acuratețea DDY/DAP/KAP - metru) 2. Calcul și evaluarea valorilor tipice a dozelor de expunere a pacienților	Caiet de sarcini Servicii de determinare a calității parametrilor de corespundere și a dozelor de radiație primite de pacient în cabinetele radio-diagnostice a Clinicilor Stomatologice Universitare pentru anul 2022, Tensiunea tubului: 1. Acuratețea tensiunii tubului 2. Diapazonul tensiunii tubului 3. Precizia timpului de expunere Puterea de ieșire (γ) tubului de Raze – X 1. Valoarea puterii de ieșire la 1m 2. Reproducerea puterii de ieșire pentru setări fixe 3. Constanta puterii de ieșire pentru o serie de valori mA și mAs Grosimea de semi-atenuare (HVL). Filtrarea totală 1. HVL ori filtrarea totală suficientă 2. 30;50 3. 50, 60, 70, 80, 90 4. HVL STOM/Dental Dozimetrie 1. Calitatea indicatorului de doză incorporat (Acuratețea DDY/DAP/KAP - metru) 2. Calcul și evaluarea valorilor tipice a dozelor de expunere a pacienților	-

				Îndeplinirea lurărilor expuse mai sus sunt necesare de efectuat la următorul utilij radiologic aflat în dotarea cabinetelor radio-diagnostice a Clinicilor Stomatologice Universitare Nr. 1 și 2. Clinica Stomatologică Universitară Nr.1 (str. Toma Ciorba nr.42): 1. Instalația : Generator Raze-X Panmeca Pro One, producător Planmeca Oy, modelul ProOne, anul fabricării 2010, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare A 1217, nr. serial PRO0753911; Tubul Raze-X Planmeca ProOne, producător Planmeca Oy, medelul D-058SB, anul fabricării 2020, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare N/A, nr. serial OA37619/PTH 200500/2. 2. Instalația: Generator Raze-X MAX70HF/DC, producător CSN Industrie, anul de fabricare 2012, țara producătoare Italia, nr. de înregistrare A1218, nr. serial E79545. Tubul Raze-X TB3V3, producător CSN Industrie, medelul TOSHIBA D-0811, țara producătoare Italia, nr. de înregistrare G-1304, nr. serial T5P534/2C89507. Clinica Stomatologică Universitară Nr.2 (str. Mihai Viteazu nr.1): 3. Instalația : Generator Raze-X Panmeca Pro Max 3D Mid Pro Face, anul de fabricare 2013, producător Planmeca Oy, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare A 1087, modelul ProMax 3 D Mid Pro Face, nr. serial NTP670396; Tubul Raze-X Pro Max 3D, medelul D-054SB-C, anul fabricării 2012, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare G1196, nr. serial KPP4000340/2J30827. 4. Instalația: Generator Raze-X ERGON-X70AC, producător ViViS.r.l, țara producătoare Italia, anul de producere 2012, Nr. de înregistrare A-1088, Nr. serial 100534. Tubul Raze-X ERGON-X70AC, modelul OCX/70-G, producător ViViS.r.l, țara producătoare Italia, anul de producere 2012, Nr. de înregistrare G1197, Nr. serial 100640/410357. 5. Instalația : Generator Raze-X tipul Ortopantomograf digital/ CBCT cu cefalo stat, denumirea: Planmeca Pro Max 3D Mid Pro	Îndeplinirea lurărilor expuse mai sus sunt necesare de efectuat la următorul utilij radiologic aflat în dotarea cabinetelor radio-diagnostice a Clinicilor Stomatologice Universitare Nr. 1 și 2. Clinica Stomatologică Universitară Nr.1 (str. Toma Ciorba nr.42): 1. Instalația : Generator Raze-X Panmeca Pro One, producător Planmeca Oy, modelul ProOne, anul fabricării 2010, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare A 1217, nr. serial PRO0753911; Tubul Raze-X Planmeca ProOne, producător Planmeca Oy, medelul D-058SB, anul fabricării 2020, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare N/A, nr. serial OA37619/PTH 200500/2. 2. Instalația: Generator Raze-X MAX70HF/DC, producător CSN Industrie, anul de fabricare 2012, țara producătoare Italia, nr. de înregistrare A1218, nr. serial E79545. Tubul Raze-X TB3V3, producător CSN Industrie, medelul TOSHIBA D-0811, țara producătoare Italia, nr. de înregistrare G-1304, nr. serial T5P534/2C89507. Clinica Stomatologică Universitară Nr.2 (str. Mihai Viteazu nr.1): 3. Instalația : Generator Raze-X Panmeca Pro Max 3D Mid Pro Face, anul de fabricare 2013, producător Planmeca Oy, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare A 1087, modelul ProMax 3 D Mid Pro Face, nr. serial NTP670396; Tubul Raze-X Pro Max 3D, medelul D-054SB-C, anul fabricării 2012, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare G1196, nr. serial KPP4000340/2J30827. 4. Instalația: Generator Raze-X ERGON-X70AC, producător ViViS.r.l, țara producătoare Italia, anul de producere 2012, Nr. de înregistrare A-1088, Nr. serial 100534. Tubul Raze-X ERGON-X70AC, modelul OCX/70-G, producător ViViS.r.l, țara producătoare Italia, anul de producere 2012, Nr. de înregistrare G1197, Nr. serial 100640/410357. 5. Instalația : Generator Raze-X tipul Ortopantomograf digital/ CBCT cu cefalo stat, denumirea: Planmeca Pro Max 3D Mid Pro	
--	--	--	--	---	---	--

				Face, anul de fabricare 2017, producător Planmeca Oy, țara producătoare Finlanda, modelul ProMax 3 D Mid Pro Face, nr. de înregistrare N/A, nr. serial NTP671727; Tubul Raze-X medelul D-054SB, producător Planmeca Oy, anul fabricării 2017, țara producătoare Finlanda KPP17020044, nr. de înregistrare N/I, nr. serial BG88987. 6. Instalația : Generator Raze-X aparat radiologic intraoral (viziograf) Planmeca PROX, anul de fabricare 2020, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare N/A, nr. serial IPX034229 ; Tubul Raze-X medelul D-041SB, producător Toshiba, anul fabricării 2020, țara producătoare Japonia, nr. de înregistrare N/A, nr. serial ITPX19032346.	Face, anul de fabricare 2017, producător Planmeca Oy, țara producătoare Finlanda, modelul ProMax 3 D Mid Pro Face, nr. de înregistrare N/A, nr. serial NTP671727; Tubul Raze-X medelul D-054SB, producător Planmeca Oy, anul fabricării 2017, țara producătoare Finlanda KPP17020044, nr. de înregistrare N/I, nr. serial BG88987. 6. Instalația : Generator Raze-X aparat radiologic intraoral (viziograf) Planmeca PROX, anul de fabricare 2020, țara producătoare Finlanda, nr. de înregistrare N/A, nr. serial IPX034229 ; Tubul Raze-X medelul D-041SB, producător Toshiba, anul fabricării 2020, țara producătoare Japonia, nr. de înregistrare N/A, nr. serial ITPX19032346.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**