

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33192400-6	Furtun p/u micromotor	Furtun p/u Micromotor "MC2", PS Slovacia	Slovacia	PS	Furtun p/u micromotor compatibil cu Bien Air MC240IRE (Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10)	Furtun p/u Micromotor "MC2", PS Slovacia	
	Piesă în unghi p/u turbină cu 4 ieșiri	Piesa turbina cu push buton CX207 M4, Coxo H01-TP	China	COXO	Piesa compabilă cu Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10	Piesa turbina cu push buton CX207 M4, Coxo H01-TP Tipul conexiunii - B2, M4; Zgomot: ≤68dB; Presiunea aerului: 0,25-0,30 MPa; Viteza de rotație: 400.000 rpm; Diametru coadă bur: 1,59-1,6 mm; Lungimea borului: 21-23 mm.	

	Built-in Ultrasonic Scaler	Scaler C5, Baolai	China	Baolai	Built-in Ultrasonic Scaler compatibil cu Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10	Scaler C5, Baolai Intrare unitate principala: 24V Puterea de iesire: 3W-20W Frecventa vibratiilor: 28kHz+/-3kHz Presiunea apei: 0.1Mpa-0.5Mpa (1bar-5bar) Greutatea unitatii principale: 0.40kg	
--	----------------------------	-------------------	-------	--------	--	--	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele:Mihail Arnaut

În calitate de: Director

Ofertantul: „Visiosystems” SRL

Adresa: bd. Stefan cel Mare 167/1