

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	<i>ocds-b3wdp1-MD-1604655312734</i>	Data: 6 noiembrie 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	<i>Upgradarea echipamentului Vitec 2 Compact cu instalarea calculatorului Vitec2V9.02 HP RP5810 PCW10+MONITOR</i>	Lot: _____	Pagina: __ din __

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<u>Servicii de Upgrade a echipamentului Vitec 2</u>	422041 423041 5QG35AA	Franța	BioMerieux	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura de marire a capacitatii de lucru a analizatorului Vitec2 Compact - Biomerieux de la 30 la 60 de carduri. - Marirea capacitatii sectiunii de incubare a cardurilor; - Reprogramarea de procesare a unui volum mai mare de probe, prin instalarea unui chip si suplimentarea cu casete. Instalarea calculatorului Vitec2V9.02 HP RP5810 PCW10+MONITOR	Kit de upgrade a analizatorului Vitek2Compact de la 30 de carduri la 60 de carduri. Kit-ul conține chip pentru reprogramarea capacității de procesare a probelor și 3 casete de lucru suplimentare. Instalarea unui computer nou (HP RP5810) cu versiune de software 9.02, sistem de operare Windows 10, precum și a unui monitor nou	CE

Semnat:

Nume: **Victoria Olaru**

În calitate de: **Manager Departament Comercial**

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: **mun. Chisinau 2005, str. V. Alecsandri, 141/A, et. 1**

Data: **19.11.2020**