

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție:	21359612 din 10.02.2025
Obiectul achizitiei:	Achiziționarea reactivelor pentru analize medicale de laborator pentru stomatologie și consumabile pe parcursul an. 2025

Cod CPV	Nr lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lot 1 REAGENTI SI CONSUMABILE PENTRU TESTE IMUNOLOGICE Ig E SPECIFICE CU SCOP DE DIAGNOSTIC DESTINAT STOMATOLOGIEI – METODA ELISA

33600000-6	1.1	Ig E SPECIFICA ANTI – LIDOCAINE/ XYLOCAIN TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE//	c82	Germania	Dr. Fooke	Cerințe generale pentru investigațiile prin metoda ELISA* 1. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Seturile sa fie ambalate în volum de 20 sau 25 de teste.!!! Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. 3. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conțină nu mai puțin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conțină, in afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. 4. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. Notă pentru investigațiile prin metoda ELISA** In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Procedura de efectuare să fie compatibile cu aparatul Awareness Technology Inc. SUA și să conțină cit mai puține etape. Durata efectuării investigației să fie	Cerințe generale pentru investigațiile prin metoda ELISA* 1. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Seturile vor fi ambalate în volum de 25 de teste.!!! Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator va fi nu mai mic de 12 luni 2. La cerere vom prezenta mnstre pentru testare. Compania noastra va asigura prezența specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set vor fi prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. 3. Reagenții, soluțiile din set vor fi lichizi și gata de lucru. Soluțiile de lucru vor fi stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire va fi indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele vor fi cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele vor conține nu mai puțin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul va contine, in afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. 4. Stripurile vor fi detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Va fi posibil de a testa cite o probă. Pentru investigațiile prin metoda ELISA** In set vor prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Procedura de efectuare va fi compatibile cu aparatul Awareness Technology Inc. SUA și va conține cit mai puține etape. Durata efectuării	ISO, CE
------------	-----	--	-----	----------	-----------	---	--	---------

33600000-6	1.2	Ig E SPECIFICA ANTI – ARTICAIN TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE//	c68	Germania	Dr. Fooke	cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii și standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigațiile enumerate să fie un protocol comun!!! Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	investigației va fi cit mai mică posibilă. Sensibilitate maximală. Calibratorii și standartele după deschidere vor fi stabile. La toate investigațiile enumerate va fi un protocol comun!!!Va fi prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	ISO, CE
33600000-6	1.3	Ig E SPECIFICA ANTI – EPINEPHRINE TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE//	c196	Germania	Dr. Fooke			ISO, CE
33600000-6	1.4	Ig E SPECIFICA ANTI – MEPIVICAİN TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE//	c88	Germania	Dr. Fooke			ISO, CE
33600000-6	1.5	PLANSETE 96 GODEURI , FUND PLAT !!!	655101	Italia	KIMA	Cerințe generale	PLANSETE 96 GODEURI , FUND PLAT	ISO, CE
		Oferta include si:						ISO, CE
		Control negativ		Germania	Dr. Fooke		Control negativ, 1 ml	ISO, CE
		Control pozitiv		Germania	Dr. Fooke		Control pozitiv, 1 ml	ISO, CE
		Quantitative Reference system 6 std		Germania	Dr. Fooke		Quantitative Reference system 6 std	ISO, CE
		Specific Anti IGE		Germania	Dr. Fooke		Specific Anti IGE, 200 teste	ISO, CE
Lot 2 Spălător automat de microplăci ELISA								
33600000-6	2	Spălător automat de microplăci ELISA	Analizator Stat-Fax 2600	SUA	Awareness Technology	Spălător pentru microplăci sau stripuri cu fundul plat, rotund sau în formă de V. Sa se calibrează și sa se poziționeaze automat, detectând ultimul rând, fără intervenția operatorului. Timpul maxim programabil pentru aspirare, dozare sau uscare este de 99 min și 99 sec. Mod de operare: monitorizarea permanentă a vacumului și presiunii, cu pornirea ciclului de pompare numai în caz de necesitate, pentru silențiozitate în operare. Sa se poata programa cicluri automate de spălare. Volum rezidual: < 3 m l Precizia dozării: Coef. de variație <3 % la 200 ml Viteza de lucru: 1 ciclu de spălare a unei plăci cu dublă aspirare sa dureze 100 sec., cu aspirare simplă durata se reduce la 67 sec. Afisaj: cu cristale lichide, alfanumeric, cu 24 de caractere pe 2 rânduri. Tastatură: 16 taste cu membrană, cu confirmare sonoră. Memorie: permanentă, cu posibilitatea de memorare până la 50 de protocoale de spălare definite de utilizator. Aparatul sa se livrează cu toate anexele necesare incluse: 3 flacoane de câte 1L pentru lichidele de spălare, clătire și reziduale, capac de protecție, element de spălare cu 8 duze. Certificat CE. TERMENUL DE LIVRARE SA NU DEPASEASCA	Spălător pentru microplăci sau stripuri cu fundul plat, rotund sau în formă de V. Se va calibra și sa se poziționa automat, detectând ultimul rând, fără intervenția operatorului. Timpul maxim programabil pentru aspirare, dozare sau uscare este de 99 min și 99 sec. Mod de operare: monitorizarea permanentă a vacumului și presiunii, cu pornirea ciclului de pompare numai în caz de necesitate, pentru silențiozitate în operare. Este posibil programarea ciclurilor automate de spălare. Volum rezidual: < 3 m l Precizia dozării: Coef. de variație <3 % la 200 ml Viteza de lucru: 1 ciclu de spălare a unei plăci cu dublă aspirare sa dureze 100 sec., cu aspirare simplă durata se reduce la 67 sec. Afisaj: cu cristale lichide, alfanumeric, cu 24 de caractere pe 2 rânduri. Tastatură: 16 taste cu membrană, cu confirmare sonoră. Memorie: permanentă, cu posibilitatea de memorare până la 50 de protocoale de spălare definite de utilizator. Aparatul se va livra cu toate anexele necesare incluse: 3 flacoane de câte 1L pentru lichidele de spălare, clătire și reziduale, capac de protecție, element de spălare cu 8 duze. Detine Certificat CE, ISO. TERMENUL DE LIVRARE NU VA FI DEPASIT.	ISO, CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Ceaicovschi Tudor** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**GBG-MLD**" SRL Adresa: **or. Chisinau, str. Albisoara 64/2** tel **0-22--54-73-73**