

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Formularul 4.1 conform OMF173/2018 din 05.10.2018

Autoritatea contractanta	IMSP Institutul de Cardiologie
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1630666210153
Denumirea procedurii de achiziție	Articole parafarmaceutice 2022

Cod CPV	Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	6	Bandă adezivă (emплаstru) 1cm/5m	SD07	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa Certificat CE/Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Pentru fixarea pansamentului postoperatoriu, hipoalergenic, chirurgical pe bază de matasa, ambalaj colectiv (24 buc./cutie)	CE, ISO, Înregistrare la AMDM
33100000-1	35	Filtre bacteriene p/u ventilatoare	SP01	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99% Tipul filtrării Mecanic Durata utilizării 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Obligat Transparenț Obligat Volumul minimal la inspirație 200 ml	Efectivitatea filtrării umedității, bacteriene și virale 99,99% Tipul filtrării Mecanic Durata utilizării 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Obligat Transparenț Obligat Volumul minimal la inspirație 200 ml	CE, ISO, Înregistrare la AMDM
33100000-1	72	Pulsoximetru portabil p/u adulți	BM1000E/B M1000D	China	Shanghai Berry Electronic Tech. Co. Ltd	Determinarea saturației de oxigen (SpO2) și a ratei pulsului;	Determinarea saturației de oxigen (SpO2) și a ratei pulsului;	CE, ISO, Înregistrare la AMDM
33100000-1	88	Scutec absorbant 60x60cm	SELPED60 X60	Turcia	Paksel Kimya Sanayi Ve Ticares AS	Scutec absorbant 60x60cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Scutec absorbant 60x60cm	CE, ISO
33100000-1	89	Scutece pina la 100kg	ZOLL	Turcia	Paksel Kimya Sanayi Ve Ticares AS	Scutec absorbant 60x60cm Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Scutece pina la 100kg, talia 100-150cm	CE, ISO, Înregistrare la AMDM
33100000-1	116	Sort protecție polietilena 125cm	SJ23	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Sort protecție polietilena 125cm . Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat	Sort protecție polietilena 125cm	CE, ISO, Înregistrare la AMDM

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Formularul 4.1 conform OMF173/2018 din 05.10.2018

Autoritatea contractanta	IMSP Institutul de Cardiologie
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1630666210153
Denumirea procedurii de achiziție	Articole parafarmaceutice 2022

Cod CPV	Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	121	Tampon /bumbac absorabil 7,5cm*7,5cm,steril	SG08	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.	8 straturi, steril, absorabil, 7.5x7.5cm, 100% bumbac	CE, ISO, Înregistrare la AMDM
33100000-1	122	Tampon absorbant 10cmx10cm steril	SG08	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	8 straturi, steril, absorabil, 10x10cm, 100% bumbac	CE, ISO, Înregistrare la AMDM
33100000-1	130	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 6,5	SP05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid/certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Rö-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid	CE, ISO, Înregistrare la AMDM
33100000-1	131	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,0	SP05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca,Rö-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid/certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Rö-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid	CE, ISO, Înregistrare la AMDM

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Formularul 4.1 conform OMF173/2018 din 05.10.2018

Autoritatea contractanta	IMSP Institutul de Cardiologie
Numărul procedurii de achizitie	ocds-b3wdp1-MD-1630666210153
Denumirea procedurii de achizitie	Articole parafarmaceutice 2022

Cod CPV	Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	132	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 7,5	SP05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Rô-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Rô-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid	CE, ISO, Înregistrare la AMDM
33100000-1	133	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,0	SP05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Rô-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Rô-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasa Presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg Marcaj in cm pe toata lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid	CE, ISO, Înregistrare la AMDM

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Formularul 4.1 conform OMF173/2018 din 05.10.2018

Autoritatea contractanta	IMSP Institutul de Cardiologie
Numărul procedurii de achizitie	ocds-b3wdp1-MD-1630666210153
Denumirea procedurii de achizitie	Articole parafarmaceutice 2022

Cod CPV	Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	134	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă 8,5	SP05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Röntgen-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid ertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	Material Polivinilclorid Termoplastic Linie radiopaca, Röntgen-contrastă Termoplastica la 37C Baloneta de presiune joasă Presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg Marcaj în cm pe toată lungimea tubului Sterilizare cu etilenoxid	CE, ISO, Înregistrare la AMDM

 Numele, Prenumele
În calitate de

Vlad Chitic
Director executiv

Reprezentantul solicitantului

Telefonul solicitantului

E-mailul solicitantului

Cojocarui Ina
022256080
icachizitti@gmail.com

Ofertantul

Adresa

Contact

"Lismedfarm" SRL
sos. Muncesti 167/B, Chișinău
022-56-94-91, 022-55-64-38

Semnatura

(electronica) ofertantului