

Anexa nr. 22								
La Documentatia standard nr. "115" din 15.09.2021								
Specificații tehnice								
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758033521188								
Denumirea procedurii de achiziție: Piese, accesorii și consumabile p/u utilaj medical – 2025								
Autoritatea contractantă: IMSP Institutul de Medicina Urgenta								
Cod	Nr.Lot	Denumirea lot	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	46	Lampa bactericida	XGYT8-30w	China	Haining Xin Guang Yuan Lighting	46.1.Lampa bactericida G30w T8 - connector G13, UV-C Ozone Free; Termen efectiv de lucru minim 10000 ore. Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru.	46.1.Lampa bactericida G30w T8 - connector G13, UV-C Ozone Free; Termen efectiv de lucru 10000 ore. Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru.	Declaratie de conformitate ,TUV
33100000-1	46	Lampa bactericida	G36w T8	China	Haining Xin Guang Yuan Lighting	46.2.Lampa bactericida G36w T8 - connector G13, UV-C Ozone Free; Termen efectiv de lucru minim 10000 ore. Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru	46.2.Lampa bactericida G36w T8 - connector G13, UV-C Ozone Free; Termen efectiv de lucru 10000 ore. Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru	Declaratie de conformitate ,TUV
33100000-1	55	Higrometru psihrometric	VIT-2	Ucraina	Steclopribor	55.1.Higrometru psihrometric - monitorizare temperatură și umiditate; *Domeniul de temperatură măsurat: +15..+ 40C°; *Domeniul de umiditate măsurat: cel puțin 20 - 63%; *Carcasă din plastic cu gradație pentru temperatură și umiditate; *Două coloane din sticlă p/u determinarea temperaturii și umidității + colbă din sticlă p/u coloana de identificare a umidității; *Furnizorul va livra higrometrul în set cu certificat metrologic valabil;	55.1.Higrometru psihrometric - monitorizare temperatură și umiditate; *Domeniul de temperatură măsurat: +15..+ 40C°; *Domeniul de umiditate măsurat: cel puțin 20 - 63%; *Carcasă din plastic cu gradație pentru temperatură și umiditate; *Două coloane din sticlă p/u determinarea temperaturii și umidității + colbă din sticlă p/u coloana de identificare a umidității; *Furnizorul va livra higrometrul în set cu certificat metrologic valabil;	Declaratie de conformitate ,TUV
Numele, Prenumele <u>Stela POTINGA</u> În calitate de: <u>Administrator</u>								
Ofertantul: <u>SA TEHOPTIMED</u> Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								