

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21455727 din 18.07.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.18)

Denumirea bunurilor serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 13					
Spirograf cu seringă de calibrare	Spirolab	Italia MIR	Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatori Parametri măsurați FVC, FEV1, MVV, FEV1/FVC, Raport PEF, EVC, IVC, Ti, Te, IC, IRV, ERV, TV. Printer incorporat Memorie nu mai puțin de 500 teste grafice memorate Transfer	Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil DA, pag.2 „Brosura” Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatori DA Parametri măsurați FVC, FEV1, MVV, FEV1/FVC, Raport PEF, EVC, IVC, Ti, Te, IC, IRV, ERV, TV. DA, pag.5 „Brosura” Printer incorporat DA, pag.2 „Brosura”	DM000323215

		obligatorite la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatorire software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq$ 0-8 l Diapazonul de flux $\geq$ 0-16 l/s Eroarea la volum $\leq$3% Eroarea la flux $\leq$5% Afișaj Alfnumeric Control taste alfanumerice Display touchscreen, obligatoriu min. 5 inch, obligatoriu Interfața PC obligatori Port USB obligatori Baterie interna min. 4 ore, obligatoriu Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulator reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Senzor SpO2 obligatoriu Turbina reutilizabilă obligatoriu Să fie incluse toate consumabilele necesare pentru 500 investigații: filtre abtibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unica utilizare Geanta de transportare obligatoriu Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult $\geq$ 2 buc Clește pentru nas tip pediatric $\geq$ 2 buc Hirtie $\geq$ 20 buc	Memorie nu mai puțin de 500 teste grafice memorate DA, 10 000 pag.6 „Brosura” Transfer obligatorite la PC teste pacient DA, pag.4 „Brosura” verificare aparat up-graobligatorire software DA Dispozitivul de măsură bidirecțional DA Diapazonul de volum $\geq$ 0-8 l DA, 0 - 10 pag.6 „Brosura” Diapazonul de flux $\geq$ 0-16 l/s DA, 16L pag.6 „Brosura” Eroarea la volum $\leq$3% DA, 2.5% pag.6 „Brosura” Eroarea la flux $\leq$5% DA, 5% pag.6 „Brosura” Afișaj Alfnumeric DA, pag.1 „Brosura” Control taste alfanumerice Touchscreen pag.6 „Brosura” Display touchscreen, obligatoriu min. 5 inch, obligatoriu DA, Touchscreen 7” pag.2 „Brosura” Interfața PC obligatori DA, pag.4 „Brosura” Port USB obligatori DA, pag.6 „Brosura” Baterie interna min. 4 ore, obligatoriu DA, 10 ore pag.6 „Brosura” Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulator reîncărcabile DA, pag.6 „Brosura” Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz DA Accesorii Senzor SpO2 obligatoriu 919024 „Accesorii”	
--	--	--	--	--

				Turbina reutilizabilă obligatoriu 910002,,Accesorii'' Să fie incluse toate consumabilele necesare pentru 500 investigații: filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unica utilizare 910300_B + 910306 ,,Accesorii'' Geanta de transportare obligatoriu DA, inclus in oferta Seringă de calibrare obligatoriu 919000 ,,Accesorii'' Clește pentru nas tip adult ≥ 2 buc 910322 ,,Accesorii'' Clește pentru nas tip pediatric ≥ 2 buc 910322 ,,Accesorii'' Hîrtie ≥ 20 buc 910350 ,,Accesorii''	
Lot 24					
Microscop binocular	B-290PLi	Italia Optika	Microscop binocular Sursă iluminare: LED; Dotat cu fixator specimene; Manete focusare grosieră și fină coaxiale, pentru ambele mâini; Manete poziționare masă specimene (X și Y) coaxiale; Focusare fină 0,2 - 0,5 mm/rev. Sistem optic cu corecție la infinit; Tub binocular cu unghi de înclinare 25° - 30° sau ajustabil; Ajustare distanță interpupilară: 52 - 75 mm; Oculare: 10x/20, cu ajustare dioptrică; Turelă rotativă: pentru ≥ 4 obiective; Obiective livrate/instalate: 4x, 40x, 100x/1.25 Ulei, Plan	Microscop binocular Sursă iluminare: LED; Dotat cu fixator specimene; DA, ,,Pag. Catalog'' Manete focusare grosieră și fină coaxiale, pentru ambele mâini; DA, ,,Pag. Catalog'' Manete poziționare masă specimene (X și Y) coaxiale; DA, ,,Pag. Catalog'' Focusare fină 0,2 - 0,5 mm/rev. DA, 0.4 mm pag.2 ,,DataSheet'' Sistem optic cu corecție la infinit; DA, ,,Pag. Catalog'' Tub binocular cu unghi de înclinare 25° - 30° sau ajustabil; DA, 30° ,,Pag. Catalog'' Ajustare distanță interpupilară: 52 - 75 mm; DA, 48-75 mm ,,Pag. Catalog''	Certificat de conformitate

			Acromat. Asigurat cu protecție/acoperire antibacteriană sau antifungică; Tensiune alimentare 210 - 240 V/50 Hz; Accesorii incluse: ulei de inersie – 1 flacon, Husă – 1 buc.	Oculare: 10x/20, cu ajustare dioptrică; DA, „Pag. Catalog” Turelă rotativă: pentru ≥4 obiective; DA, 4 „Pag. Catalog” Obiective livrate/instalate: 4x, 40x, 100x/1.25 Ulei, Plan Acromat. DA, „Pag. Catalog” Asigurat cu protecție/acoperire antibacteriană sau antifungică; DA, antifungica „Pag. Catalog” Tensiune alimentare 210 - 240 V/50 Hz; DA, „Pag. Catalog” Accesorii incluse: ulei de inersie – 1 flacon, DA, inclus in oferta Husă – 1 buc. DA, inclus in oferta	
Lot. 27					
Aparat pentru ambalat instrumente	GD-301 Evo	Italia Gandus	Aparat pentru ambalat instrumente Putere max consumată : puterea maximă consumată 320-400 W; Buton de pornire și oprire; Încărcare: laterală; Mod de sigilare: Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare; Temperatura de sigilare 160 - 200°C; Lățime de sigilare: 10-15 mm; Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm, Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu; Tensiune: 220V, 50Hz; Utilizare a pachetelor de la diferiți producători.	Aparat pentru ambalat instrumente Putere max consumată : puterea maximă consumată 320-400 W; DA, 300W pag.28 „Manual de utilizare” Buton de pornire și oprire; DA, pag.18/25 „Manual de utilizare” Încărcare: laterală; DA Mod de sigilare: Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare; DA, pag.20 „Manual de utilizare” Temperatura de sigilare 160 - 200°C; DA, 180°C pag.28 „Manual de utilizare” Lățime de sigilare: 10-15 mm; DA, 12mm pag.28 „Manual de utilizare” Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm, DA, 300mm pag.28 „Manual de utilizare”	Certificat de conformitate

				Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu; DA, pag.22/18 „Manual de utilizare” Tensiune: 220V, 50Hz; DA,230V 50Hz pag.28 „Manual de utilizare” Utilizare a pachetelor de la diferiți producători. DA, pag.12 „Manual de utilizare”	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21455727 din 18.07.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.18)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	13	Spirograf cu seringă de calibrare	Buc.	1	89.430,00	107.316,00	89.430,00	107.316,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	24	Microscop binocular	Buc.	3	33.000,00	39.600,00	99.000,00	118.800,00		
	27	Aparat pentru ambalat instrumente	Buc.	6	15.000,00	18.000,00	90.000,00	108.000,00		
TOTAL							278.430,00	334.116,00		

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Cod Fiscal 1018600025629