

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]								
Numărul procedurii de achiziție		LP nr. 21587835/ ocds-b3wdp1-MD-1774531239864 din 26.03.2026						
Obiectul achiziției:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 13)						
Cod CPV	Nr lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		
Lotul 1								
331000 00-1	1.1	Sonda Liniară compatibilă cu ecograful LOGIQ Fortis	Model: L2-9-D; PN:H44901AI	Korea si Franta	GE ULTRASOUND KOREA, LTD. and GE Medical Systems SCS, GE HealthCare	Sonda Liniară compatibilă cu ecograful Logiq Fortis în dotare. Caracteristici: Frecvența de lucru 2-10MHz Unghiul de vedere/FOV 44mm Tehnologia prezentă XDclear Numărul de elimente- min 192 Aplicații: Vascular periferic, pediatric, abdomen, OB/GYN, general, musculo-scheletal, musculo-scheletal superficial, neonatal, părți moi, tiroida și scrot. Declarație prin care ofertantul confirmă că bunurile livrate pe deplin compatibile, din punct de vedere tehnic și funcțional, cu modelul și specificațiile dispozitivului medical indicat. Garanția pentru bunuri minim 24 luni	DA Sonda Liniară compatibilă cu ecograful Logiq Fortis în dotare. Din Product Specification Sheet LOGIQ Fotis pag. 18 Caracteristici: DA Frecvența de lucru 2-10MHz DA Unghiul de vedere/FOV 44mm DA Tehnologia prezentă XDclear DA Numărul de elimente- min 192 DA Aplicații: Vascular periferic, pediatric, abdomen, OB/GYN, general, musculo-scheletal, musculo-scheletal superficial, neonatal, părți moi, tiroida și scrot. DA Declarație prin care ofertantul confirmă că bunurile livrate pe deplin compatibile, din punct de vedere tehnic și funcțional, cu modelul și specificațiile dispozitivului medical indicat. DA Garanția pentru bunuri 24 luni	DM000349926
331000 00-1	1.2	Soft Non-Doppler B-Flow pentru sonda solicitată	Model: B-Flow; PN: H46612LY	Korea si Franta	GE ULTRASOUND KOREA, LTD. and GE Medical Systems SCS, GE HealthCare	Soft Non-Doppler B-Flow pentru sonda solicitată, compatibil cu ecograful Logiq Fortis	DA Soft Non-Doppler B-Flow pentru sonda solicitată, compatibil cu ecograful Logiq Fortis Din Product Specification Sheet LOGIQ Fortis pag. 2, 3, 8-9. <i>B-Flow</i>	DM000349963
Lotul 2								

331000 00-1	2.1	Sonda endocavitară	Mpdel:I C5-9-D; PN: H40442LK	Korea si Franta SUA	GE ULTRASOUND KOREA, LTD. and GE Medical Systems SCS, GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care	Sonda endocavitară compatibil cu ecograful Logiq Fortis Caracteristici: - Frecvența de lucru 3.0-10MHz - Unghiul de vedere/FOV 180 grade - Numarul de elernente 192 - Aplicatii: OB/GYN, Urologie Declarație prin care ofertantul confirmă că bunurile livrate pe deplin compatibile, din punct de vedete tehnic și funcțional, cu modelul și specificațiile dispozitivului medical indicat. Garanția pentru bunuri minim 24 luni	DA Sonda endocavitară compatibil cu ecograful Logiq Fortis Din Product Specification Sheet LOGIQ Fortis pag. 18 Caracteristici: - DA Frecvența de lucru 3.0-10MHz - DA Unghiul de vedere/FOV 180 grade - DA Numarul de elernente 192 - DA Aplicatii: OB/GYN, Urologie DA Declarație prin care ofertantul confirmă că bunurile livrate pe deplin compatibile, din punct de vedete tehnic și funcțional, cu modelul și specificațiile dispozitivului medical indicat. DA Garanția pentru bunuri 24 luni	DM000707852
331000 00-1	2.2	Soft Elastografie tip compresivă cu Q Analiză	Model: Elastograpy PN: H43332LC și Model: ELASTO QA PN:H43332LD	Korea si Franta	GE ULTRASOUND KOREA, LTD. and GE Medical Systems SCS, GE HealthCare	Soft Elastografie tip compresivă cu Q Analiză compatibil cu ecograful Logiq Fortis	DA Soft Elastografie tip compresivă cu Q Analiză compatibil cu ecograful Logiq Fortis Din Product Specification Sheet LOGIQ Fortis pag. 2, 3. <i>Strain elastography, Elastography Quantification,</i>	DM000349969 DM000349970
331000 00-1	2.3	Soft Elastografie Shear Wave	Model: SHEAR WAVE ELASTGRAPHY PN: H46622LE	Korea si Franta	GE ULTRASOUND KOREA, LTD. and GE Medical Systems SCS, GE HealthCare	Soft Elastografie Shear Wave compatibil cu ecograful Logiq Fortis	DA Soft Elastografie Shear Wave compatibil cu ecograful Logiq Fortis Din Product Specification Sheet LOGIQ Fortis pag. 2, 3. <i>Shear Wave Elastography</i>	DM000349971
331000 00-1	3	Sondă Convexă	Model:C1-6-D PN: H40472LT	Korea si Franta SUA	GE ULTRASOUND KOREA, LTD. and GE Medical Systems SCS, GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care	Sondă Convexă compatibil cu Logicq E10 aflat în dotare Caracteristici: -Frecvența de lucru 1-6MHz -Unghiul de vedere/ FOV 80 grade -Tehnologia XDclear -Numărul de elemente 192 -Aplicații: Abdomen, OB/GYN, pediatric, vascular pediatric, musculo-skeletal Declarație prin care ofertantul confirmă că bunurile livrate pe deplin compatibile, din punct de vedete tehnic și funcțional, cu modelul și specificațiile dispozitivului medical indicat. Garanția pentru bunuri minim 24 luni	DA Sondă Convexă compatibil cu Logicq E10 aflat în dotare Din Product Specification Sheet LOGIQ E10 pag. 16 Caracteristici: - DA Frecvența de lucru 1-6MHz - DA Unghiul de vedere/ FOV 80 grade - DA Tehnologia XDclear - DA Numărul de elemente 192 - DA Aplicații: Abdomen, OB/GYN, pediatric, vascular pediatric, musculo-skeletal DA Declarație prin care ofertantul confirmă că bunurile livrate pe deplin compatibile, din punct de vedete tehnic și funcțional, cu modelul și specificațiile dispozitivului medical indicat. DA Garanția pentru bunuri 24 luni	DM000707846

Semnat: _____ Numele, prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Administrator

Ofertantul: „INTERMED” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2