

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

**IMSP Centrul de Sănătate Drochia "A. Manziuc".**

<b>Numărul procedurii de achiziție: Multilot: 21006600. ID MD-1553610718520.</b>						<b>Data: 08.04.2019</b>	Alternativa nr.
<b>Denumirea obiectului achiziției: Reactivi chimici și consumabile de laborator.</b>						<b>Lot:</b>	pag. 1 din 2
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
-	1	2	3	4	5	6	7
							8

**Reactivi pentru analizatorul hematologic Mindray tip deschis.**

1	24900000-3	M-52 Diluent 20 l pentru analizator hematologic Minray	M-52D Diluent (20L)	China	Mindray	Conform invitației	M-52 Diluent, 20L pentru analizorul hematologic Mindray.	ISO, CE.
2	24900000-3	M-52 Diff Lyze 4*500 ml (set) pentru analizator hematologic Minray	M-52DIFF Lyze (500ml x 4)	China	Mindray	Conform invitației	M-52 Diff Lyze, set 4fl x 500ml pentru analizorul hematologic Mindray. <b>Unitatea de măsură echivalent set solicitat.</b>	ISO, CE.
3	24900000-3	M-52 LH Lyze. 4*100 ml(set) pentru analizator hematologic Minray	M-52LH Lyze (4*100ml)	China	Mindray	Conform invitației	M-52 LH Lyze, set 4fl x 100ml pentru analizorul hematologic Mindray. <b>Unitatea de măsură echivalent set solicitat.</b>	ISO, CE.
4	24900000-3	M-53 Probe Cleaner 50 ml (fl) pentru analizator hematologic Minray	M-52 Probe Cleanser (50ml)	China	Mindray	Conform invitației	M-53 Probe Cleacner, 1fl x 50ml pentru analizorul hematologic Mindray. <b>Unitatea de măsură echivalent flacon precum a fost solicitat.</b>	ISO, CE.
5	24900000-3	material de control pentru analizator hematologic Minray(fl)	B-55 Control 3x3,5ml Tri-Pack (2L,2N,2H)	China	Mindray	Conform invitației	Material de control pentru analizorul hematologic Mindray, 3fl x 3,5ml. <b>Unitatea de măsură echivalent flacon precum a fost solicitat.</b>	ISO, CE.
6	24900000-3	hîrtie pentru p/u aparatul Minray cu latimea de 55mm , buc	Printer Paper	Italia	Aptaca	Conform invitației	Hârtie pentru pentru analizorul Mindray cu lățimea de 55mm.	ISO.

**Cercetarea sistemului de hemostază.**

1	24900000-3	Tromboplastina -Li cu substanță activă lichidă, teste.	Prothrombin-DAC.Lq ISI	Moldova	Dac-Spectromed	Tromboplastina lichida cu Ca Cl suspenzie, ISI 1,1-1,2 .	Tromboplastina -Li cu substanță activă lichidă cu CaCl2 de suspenzie, set 500teste, ISI 1,1-1,2.	ISO, CE.
2	24900000-3	Set p/u determinarea fibrinogenului Claus, set	Fibrinogen-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Certificat de calitate	Set p/u determinarea fibrinogenului Claus, set 100-120teste.	ISO, CE.

**Veseli și articole de ustensilă.**

1	24900000-3	Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sânge 2.5 ml, capac de cauciuc cuvalvă, cu etichetă cite 1000 in set,	test tube 12x56 mm with 0,25 ml of Sodium Citrate (3,8 %) yellow cap for 2,25 ml of blood (Coagulation)	Italia	FL	Conform invitației	Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sânge 2.5ml, cu capac, cu etichetă, set 1000buc.	ISO, CE.
2	24900000-3	Control normall helena , fl	Control Plasma L1	Moldova	Dac-Spectromed	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de același producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Control plasma normal pentru analizorul Helena, 1fl x 1ml.	ISO, CE.

3	24900000-3	Control patologic helena , fl	Control Plasma L2	Moldova	Dac-Spectromed	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de același producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Control plasma patologică pentru analizorul Helena, 1fl x 1ml.	ISO, CE.
4	24900000-3	RPR Carbon antigen set 100 teste , set	RPR-CARBON-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	1ml cu control pozitiv și negativ	Reactiv pentru <b>RPR-Carbon</b> (analog antigen), set 100teste cu control pozitiv și negativ.	ISO, CE.

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Chireev Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/1**

*Data: 08.04.2019*

*Valabilitatea ofertei - 30 zile.*