




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md)  
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-4956 din 04.12.2023

IMSP Centrul de Sănătate Briceni

Operatorii economici participanți

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1696943255871 privind *Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Briceni (Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanța înaltă Cod 300120)*, vă comunică decizia din 04.12.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Cod	Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma (fără TVA)	cod produs/modelul	Tara de origine	Producatorul	Inregistrarea la AMDM	Câștigătorul
1-55871	1	Ultrasonograf pentru investigatii clinice, cardiovasculare si endocavitare, performanță înaltă”.	1	1 045 074,90	1 045 074,90	Ultimus 9E	China	VINNO Technology	DM000660048	Health Medical Solutions SRL

**Notă:** Sursa de finanțare fiind Proiectului de Grand „Kusanone”, demarat de ambasada Japoniei „Proiectul de furnizare a echipamentelor cu ultrasunet în IMSP Centrul de Sănătate Briceni. Proiectul menționat cade sub incidență anexei nr. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu modificări ulterioare. (Nu se aplică cota TVA).

**Ofertanții respinși/descalificați:**

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1.S-a solicitat Regim CW doppler sau alte tehnologii analogice pentru sonda liniara propusa, necesar pentru investigariile vaselor cu un inalt grad de stenoza, valabil pentru sonda liniara si sectoriala propusa, s-a oferit doar pentru sonda sectorială (Continuous Wave Doppler (CWD) mode, p3s. It also requires CWD modesupported transducers such as a phased array transducer or Doppler pencil transducer, p50m).

2. S-a solicitat Regim Shear Wave,regim ce ar permite aprecierea elasticitatii ficatului, prin masurarea vitezei de propagare a undei in zona de interes, posibilitate, valabil pentru sonda convex, liniar, endocavitar propusă, s-a oferit doar pentru sonda convexă, pentru liniară și endocavitară nu este valabil.

3. S-a solicitat Regim ce ar permite vizualizarea simultan a spectrelor Doppler de pe doua sectoare diferite in timp real ce ar permite masurarile directe a coeficientului E/e, însă s-a oferit fără așa tip de regim ce ar permite măsurarea coeficientul E/e sau de vizualizare simultană a spectrelor Doppler.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 12.12.2023, după expirarea termenului de așteptare.

**Președintele grupului de lucru**

*/semnat electronicl*

**Ala GOJAN**

*Ex: Perciun Irina  
Te.: 022 222 364*

***OE***

***Neotec SRL***

***Health Medical Solutions SRL***

***Vivamed International SRL***

***Data Control SRL***

***Intermed SRL***