

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21025651							din 13.07.2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Consumabile medicale (măști CPAP, catetere toracice cu trocar, valve Heimlich și Botoși) Conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lotul 1						
		Trocar Catheter	0200030012	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat; Vârf bont; Aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ; Diametru 12 Fr	Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stilul metalic ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de conectare / conectorul în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Dimensiunile CH 10, 12 și 16 au un conector în formă de pâlnie. Dimensiunile CH 20, 24, 28 și 32 au un conector simplu. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Steril: Da Diametru exterior 12Fr Lungime 24 cm Număr (ochi) 2	CE
		Total lot 1						
33100000-1		Lotul 3						
		Trocar Catheter	0200030016	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat; Vârf bont; Aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ; Diametru 16 Fr	Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stilul metalic ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de conectare / conectorul în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Dimensiunile CH 10, 12 și 16 au un conector în formă de pâlnie. Dimensiunile CH 20, 24, 28 și 32 au un conector simplu. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Steril: Da Diametru exterior 16Fr Lungime 26.5 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 3						
33100000-1		Lotul 6						
		Trocar Catheter	0200030024	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat; Vârf bont; Aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ; Diametru 24 Fr	Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stilul metalic ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de conectare / conectorul în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Dimensiunile CH 10, 12 și 16 au un conector în formă de pâlnie. Dimensiunile CH 20, 24, 28 și 32 au un conector simplu. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Steril: Da Diametru exterior 24Fr Lungime 40.0 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 6						

33100000-1		Lotul 8						
		Trocar Catheter	0200030028	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat; Vârf bont; Aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ; Diametru 28 Fr	Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stilul metalic ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de conectare / conectorul în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Dimensiunile CH 10, 12 și 16 au un conector în formă de pâlnie. Dimensiunile CH 20, 24, 28 și 32 au un conector simplu. Contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Steril: Da Diametru exterior 28Fr Lungime 40.0 cm Număr (ochi) 3	CE
		Total lot 8						
		Lotul 9						
		Heimlich-valve	0440010003	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Valva Heimlich	Valva Heimlich este utilizată ca protecție antireturnă pentru sistemele de drenare a toracelui. Valva este plasată între cateterul toracic și tubul pacienților. Steril: Da	CE
		Total lot 9						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.**022 00 08 24** , fax.**022 00 08 23**