

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21233426 din 27.06.2024****Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 REPETAT 3**

| Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor       | Modelul Aricolului  | Țara de origine | Producătorul                         | Specific tehnică deplina solicitată  | Specificatie tehnică propus de ofertant   | Standarde de referință            |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 1  | 2   | 3               | 4                                    | 5  | 6   | 7                                 |
| <b>Bunuri/servicii</b>                         |   |                 |                                      |  |   |                                   |
| <b>Lotul 45</b>                                |   |                 |                                      |  |   |                                   |
| Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2 | CH21112   | Slovakia.       | CHIRANA<br>T.Injecta, a.s.           | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x(38 -40) mm | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21 G x 1 1/2", Dimensiune acului metrica 0,80 x 40mm. <b>Vezi LOTUL 45 p.3 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000306447</b>   | CE                                |
| <b>Total lot 45</b>                            |   |                 |                                      |  |   |                                   |
| <b>Lotul 97</b>                                |   |                 |                                      |  |   |                                   |
| Pipa tip Robertazzi                            | 43.008.03.060<br>sau<br>43.008.03.065<br>sau<br>43.008.03.070<br>sau<br>43.008.03.075<br>sau<br>43.008.03.080<br>sau<br>43.008.03.085 | Germania        | P.J. Dahlhausen<br>& Co. GmbH        | Nazofaringian, tip Robertazzi  | Tuburile nazofaringiene sunt concepute pentru a fi introduse în pasajul nazal pentru a asigura căile respiratorii deschise.<br>Steril: Da<br>Diametru interior 6,0 - 8,5 mm<br><b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000528328, DM000528329, DM000528330, DM000528331, DM000528332, DM000528333</b>   | CE                                |
| <b>Total lot 97</b>                            |   |                 |                                      |  |   |                                   |
| <b>Lotul 127</b>                               |   |                 |                                      |  |   |                                   |
| Sonda Blackmore maturi                         | №18<br>№23  | RUSIA           | ООО<br>«Объединение<br>Альфапластик» | Sonda Blackmore maturi Nr. 18-23   | Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului.<br>Numărul probei - 18, 23<br>Lungime, mm - (18) 880 + -10<br>(23) 880 + -10<br>Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3<br>(23) 7,7 + -0,3<br>Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2<br>(23) 1,3 + -0,2<br><b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE - nu are certificat CE</b> | <b>Declaratie de conformitate</b> |
| <b>Total lot 127</b>                           |   |                 |                                      |  |   |                                   |
| <b>Lotul 139</b>                               |   |                 |                                      |  |   |                                   |
| Stilet de intubație cu lubrifiant 10Fr         | 44.000.00.001   | Germania        | P.J. Dahlhausen<br>& Co. GmbH        | 10 Fr Mieș din aluminiu, cu lubrifiant. Steril   | Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale.<br>Steril: Da<br>Diametru exterior 10 Ch<br><b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000669877</b>  | CE                                |
| <b>Total lot 139</b>                           |   |                 |                                      |  |   |                                   |

|   |               |          |                            |   |  |    |
|---|---------------|----------|----------------------------|---|--|----|
| <b>Lotul 140</b>  |               |          |                            |   |  |    |
| Stilet de intubație cu lubrifiant 12Fr                                | 44.000.00.012 | Germania | P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | 12 FR, Fără latex. Confectionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubrifiant. Steril. Ambalat individual.  | Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale.<br>Steril: Da<br>Diametru exterior 12 Ch<br><b>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE<br/>DM000669878</b>   | CE |
| <b>Total lot 140</b>  |               |          |                            |   |  |    |
| <b>Lotul 145</b>  |               |          |                            |   |  |    |
| Tub conector pentru seringă compatibil cu angiomasul Stelland Dual CT | 42.02.90000   | China    | SCW Medicath Ltd           | 1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok , rezistentă la presiuni de minim 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T | Tuburi de conectare (300 psi)<br>Tub Y cu două supape de reținere<br>Lungime (cm) 150<br>ID (mm) 1,8<br>OD(mm) 3,6<br><b>Vezi LOTUL 145 p.5<br/>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE<br/>DM000232433</b> | CE |
| <b>Total lot 145</b>  |               |          |                            |   |  |    |
| <b>Lotul 146</b>  |               |          |                            |   |  |    |
| Tub conector pentru seringă compatibil cu angiomasul Stelland Dual CT | 42.02.90000   | China    | SCW Medicath Ltd           | 1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok , rezistentă la presiuni de minim 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T | Tuburi de conectare (300 psi)<br>Tub Y cu două supape de reținere<br>Lungime (cm) 150<br>ID (mm) 1,8<br>OD(mm) 3,6<br><b>Vezi LOTUL 146 p.5<br/>REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE<br/>DM000232433</b> | CE |
| <b>Total lot 146</b>  |               |          |                            |   |  |    |
| <b>TOTAL</b>  |               |          |                            |   |  |    |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23