



SET STERIL PENTRU PLASMAFEREZĂ (COMPATIBIL CU ECHIPAMENTUL HAEMONETICS TIP PCS2)

GHID UTILIZARE

Setul steril pentru plasmaferază include următoarele componente:

- a. sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator pentru eprubetă vacuum;
- b. bol pentru centrifugarea sangelui;
- c. set de tuburi pentru afereză;
- d. kit de ace pentru afereză;
- e. 2 containere pentru colectarea plasmei (1000 ml)
- f. soluție anticoagulantă sterilă (citrăt de natriu 4%, volum 250 ml, steril și aprirogenă).

Toate componentele setului în principal sunt fabricate din materiale polimere de uz medical, prelucrate prin metode de extrudare și injectare.

Materialele principale folosite pentru producerea componentelor sunt: makrolon, polyvinyl chloride (PVC), polypropylene, polyethylene glycol terephthalate, acrylonitrile - butadiene - styrene copolymer și polyamide.

Setul steril este de unică folosință și este destinat pentru a fi utilizat împreună cu soluția anticoagulantă sterilă pe baza echipamentului de colectare a plasmei (Plasma collection machine) și este compatibil cu echipamentul HAEMONETICS TIP PCS2.

Setul dat se va utiliza pentru separarea centrifugală și colectarea componentelor plasmei de la donatorul selectat.

Acest set este împachetat în ambalaj steril și urmează a fi conectat în asemenea mod astfel încât fluxul lichidului steril să rămână intact.

Instrucțiunile detaliate legate de asamblarea și utilizarea setului le găsiți în manualul de utilizare a echipamentului de colectare a plasmei (Plasma collection machine).

Procedurile standarde de operare locale urmează a fi respectate de fiecare dată.

Acest produs urmează a fi utilizat de personal calificat și instruit.

Depozitarea produsului utilizat urmează a fi efectuată în conformitate cu procedurile standarde de operare locale în domeniul depozitării deșeurilor biologice.

În situații de urgențe, procedurile standarde de operare locale urmează a fi urmate. Consultați manualul de utilizare pentru instrucțiuni specifice referitoare la funcționarea echipamentului de colectare a plasmei (Plasma collection machine).

Fiind produs steril și non-pirogenic, utilizați-l doar o singură dată și nu-l utilizați în cazul în care depistați că ambalajul este deteriorat.

Produsul este sterilizat cu oxid de etilenă, nu utilizați produsul după data expirării.

Nu depozitați produsul la temperaturi extreme, umiditate sporită sau nu-l expuneți la razele solare directe.

A nu fi utilizat de către personalul necalificat și instruit pentru a petrece asemenea proceduri.

Simbolurile utilizate: "A NU SE REUTILIZA", "UTILIZAȚI PÂNĂ LA", "SERIA", "DATA FABRICĂRII", "STERILIZAT CU OXID DE ETILENA"