

**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție: 21580097/ ocds-b3wdp1-MD-1773322741472 din 01.04.2026

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2026

nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant
1	2	3	4	5	6	
1	Mentenanță preventivă și corectivă la Computer Tomograf	Revolution Evo	Japonia	GE HealthCare	Computer Tomograf, model Revolution Evo, GE HealthCare; *certificat de instruire producator; o data la 3 luni sau la solicitare. Conform anului de participare.	Computer Tomograf, model Revolution Evo, GE HealthCare; *certificat de instruire producator; o data la 3 luni sau la solicitare. Piese de schimb nu sunt acoperite. In caz de defectiune, in cazul în care este posibil, defectiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defectiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piese de schimb normale si speciale ale sistemelor nu sunt incluse în costul mentenantei preventive. Piese de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. *Nu sunt incluse în pachetul de mentenanță preventivă următoarele: <input type="checkbox"/> Calculatoare client post-procesare conectate la AW Server; <input type="checkbox"/> Roboti pentru inscripționat CD-uri sau alte dispozitive conexe neafere sistemului;
2	Mentenanța preventivă și corectivă la Analizator biochimic Selectra PRO XS	Selectra PRO XS	Franta	Vital Scientific	Analizator biochimic Selectra Pro XS *certificat de instruire producator; o data la 3 luni sau la solicitare. Conform anului de participare	Analizator biochimic Selectra Pro XS *certificat de instruire producator; o data la 3 luni sau la solicitare Conform anului de participare.
3	Mentenanța preventivă și corectivă la Analizator Hematologic PCE 210	PCE -210	Japonia	Erma	Analizator Hematologic PCE 210; *certificat de instruire producator; o data la 3 luni sau la solicitare. Conform anului de participare.	Analizator Hematologic PCE 210; *certificat de instruire producator; o data la 3 luni sau la solicitare Conform anului de participare.
5	Mentenanța preventivă și corectivă la Ultrasonograf, Sistem de imagistică ecografică cardiovasculară Vivid S70N	Vivid S70N	SUA	GE HealthCare	Sistem de imagistică ecografică cardiovasculară Vivid S70N *certificat de instruire de la producator la solicitare. Conform anului de participare.	Sistem de imagistică ecografică cardiovasculară Vivid S70N *certificat de instruire de la producator, o data la 3 luni sau la solicitare Conform anului de participare.

15	Mentenanță preventivă și corectivă la Stație de anestezie	Statie de anestezie Aisys CS2	SUA	GE HealthCare	Statie de anestezie Aisys CS2 *certificat de instruire de la producator o data la 3 luni sau la solicitare. Conform anului de participare	<p>Serviciile de mentenanta preventiva include 3 interventii trimestriale obligatorii. În caz de solicitare, inginerul urmează să intervină în decurs de maxim 5 zile in caz de defectiune, in cazul în care este posibil, defectiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defectiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piesele de schimb pentru mentenanța preventivă nu sunt incluse în costul mentenantei preventive. Piesele de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. Piesele de schimb pentru mentenanța corectivă nu sunt incluse în costul mentenantei corective. Piesele de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. Mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea sistemului de vaporizare (Sevo/ISO/Des).</li> <li>• Testarea integrității circuitului de gaze medicale.</li> </ul> <p>• Verificarea funcționării absorbantului și a sistemului de evacuare a gazelor.</p> <p>• Testarea ventilației integrate (moduri: PCV, VCV, SIMV etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea senzorilor de O2, CO2, agent anestezic. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Curățarea și verificarea capnografului.</li> <li>• Testarea alarmerlor critice și non-critice.</li> </ul> </li> <li>• Actualizarea software-ului (dacă este disponibil).</li> </ul> <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea vaporizatoarelor.</li> <li>• Repararea modulelor ventilatorii.</li> <li>• Înlocuirea senzorilor sau a circuitelor defecte.</li> <li>• Test final conform protocolului GE.</li> </ul>
----	---	-------------------------------	-----	---------------	---	---

16	Mentenanță preventivă și corectivă la Stație de anestezie	Stație de anestezie AVANCE CS2	SUA	GE HealthCare	Statie de anestezie AVANCE CS2 *certificat de instruire de la producator o data la 3 luni sau la solicitare	<p>Serviciile de mentenanta preventiva include 3 interventii trimestriale obligatorii. În caz de solicitare, inginerul urmează să intervină în decurs de 5 zile in caz de defectiune, in cazul în care este posibil, defectiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defectiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piesele de schimb pentru mentenanta preventiva nu sunt incluse în costul mentenantei preventive. Piesele de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. Piesele de schimb pentru mentenanta corectivă nu sunt incluse în costul mentenantei corective. Piesele de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului.</p> <p>Servicii de mentenanță preventivă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea integrității și funcționalității tuturor modulelor interne și externe.</li> <li>• Testarea sistemului de livrare a gazelor medicale (O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, aer). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea etanșeității circuitelor interne (leak test).</li> <li>• Curățarea și calibrarea senzorilor de presiune și debit. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea vaporizatoarelor.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Testarea sistemelor de alarmă și a parametrilor de siguranță. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizarea versiunii software (dacă este acceptată de producător).</li> </ul> </li> <li>• Lubrifierea componentelor mecanice permise de producător.</li> <li>• Verificarea sistemului de evacuare a gazelor anestezice (AGSS).</li> <li>• Raport tehnic complet cu parametrii mășurați și conformitatea. <p>Mentenanță corectivă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnostic complet în caz de defectiune.</li> <li>• Înlocuirea pieselor defecte cu piese originale/compatibile certificate</li> </ul> </li> </ul>
19	Mentenanță preventivă și corectivă la ultrasonograf	Aparat de ultrasonografie digital „Logiq E9” GE	SUA	GE HealthCare	Aparat de ultrasonografie digital „Logiq E9” GE, *certificat de instruire producator; o data la 3 luni sau la solicitare	Mentenanta corectiva si preventiva la Aparat de ultrasonografie digital „Logiq E9”, *certificat de instruire producator; o data la 3 luni sau la solicitare
25	Mentenanța preventivă și corectivă la Angiograf	Sistem de angiografie biplanară INNOVA IGS630	Franta	GE HealthCare	Sistem de angiografie biplanară INNOVA IGS630, *certificat de instruire de la producator, o data la 3 luni sau la solicitare. Conform anului de participare.	Sistem de angiografie biplanară INNOVA IGS630, *certificat de instruire de la producator, o data la 3 luni sau la solicitare (conform anului de participare)
34	Mentenanță preventivă și corectivă la masina de spalat instrumente chirurgicale MelaTerm 10	Masina de spalat instrumente chirurgicale MelaTerm 10	Germania	Melag	Mentenanță preventivă și corectivă la masina de spalat instrumente chirurgicale MelaTerm 10, la solicitare. Conform anului de participare.	Mentenanta corectiva si preventiva la la masina de spalat instrumente chirurgicale MelaTerm 10, *certificat de instruire producator; o data la 3 luni sau la solicitare (conform anului de participare)

41	Mentenananta preventiva si corectiva la Dispozitiv de laborator Analizator al gazelor sangvine Nova Biomedical STAT Profile PrimePlus	Stat Profile Prime Plus	SUA	Nova Biomedical	Analizator al gazelor sangvine Nova Biomedical STAT Profile PrimePlus *certificat de instruire de la producator. O data la 3 luni /la solicitare. Conform anului de participare.	Analizator al gazelor sangvine Nova Biomedical STAT Profile PrimePlus *certificat de instruire de la producator o data la 3 luni /la solicitare, (conform anului de participare)
----	---	-------------------------	-----	-----------------	--	--

**Nota: Piesele de schimb nu sunt incluse în costul mentenantei preventive si se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului.**

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Inga Besirik În calitate de: administrator

Ofertantul: **“Intermed-Service” SRL** Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2