

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758113719137 din 31.10.2025								
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea II)								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	190	Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc 7	42.16.10016	China	SCW MEDICATH	1. Seringa 150ml 2. Prevazuta cu conector pentru fixarea racordului de presiune 3. Tub umplere 4. compatibil cu sistemului ”Medrad Marc 7 ”	1. Seringa 150ml 2. Prevazuta cu conector pentru fixarea racordului de presiune 3. Tub umplere 4. compatibil cu sistemului ”Medrad Marc 7 ” *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232462
33100000-1	210	Sistem de compresie după punctie radială	42.17.30003	China	SCW MEDICATH	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus *Conform broșura pagina 1	CE/DM000656398
33100000-1	233	Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare	42.16.10000	China	SCW MEDICATH	Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile.	Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232450

33100000-1	285	Torquer	42.03.10003	China	SCW MEDICATH	Torquer pentru ghiduri metalice, luminiscent, compatibil cu toate diametrele până la 0,022". Steril, jetabil.	Torquer pentru ghiduri metalice, luminiscent, compatibil cu toate diametrele până la 0,022". Steril, jetabil. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000656400
33100000-1	337	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	42.04.40007	China	SCW MEDICATH	Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000656397

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**