



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51003561

Denumirea probei: Container din plastic pentru colectarea urinei

Beneficiar:

POLYMERCOM S.R.L

Adresa juridică:

mun. Chișinău, sec. Ciocana, 75

Producătorul: POLYMERCOM S.R.L., R. Moldova

Data și ora prelevării: 25.11.2022

Livrat în laborator: 25.11.2022 15:51:18

Data eliberării raportul 15.12.2022 9:38:54

D.N pentru produs:

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 278/2013

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Aldehida formică	<1,5	mg/kg		15	SM CEN/TS 13130-23:2016
Plumb	<0,01	mg/kg		0,03	GOST 30178-96, POS 1.31

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor Hotărârii de Guvern nr. 278/2013 de aprobare a Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare la indicatorii cercetați

- Amendamente:
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Persoana responsabilă de decizia de conformitate:

Rita Ciugurean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniuc Olga

