

Specificatii Tehnice

IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Mosneaga”

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1733401043484 / 21320118 din 23.12.2024						
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Reagenți și consumabile pentru Departament investigații de laborator – sistem deschis</i>					Lot : 3	
Descrierea bunurilor	Denumirea modelului/bunului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Nr de inregistrare La AMDM
1	2	3	4	5	6	7
Lot 3 Strip-test la troponina I în ser	cTnI-Test rapid cassette, nr.catalog CTI-402	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Sensibilitatea 0.5 ng/ml (98,5%), specificatitatea 98,4%, precizitatea 98,5%	cTnI - Test rapid la Troponina I. Caseta ambalata individual. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marker cardiac. Sensibilitatea 0.5 ng/ml (98,4%), specificatitatea 98 %, precizitatea 98,5% Instructiunea in limba romana se anexeaza	Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377338

Nume: Irina Varman În calitate de: Director
Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev,6 semnat electronic