

### Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1711551784880 din 22.04.2024						
Obiectul de achiziției: Articole și consumabile medicale specifice secției endoscopie						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Lot 53 Test Ureazic Helicobacter Pylori	NCURE900	Italia	Mascia Brunelli spa	Test rapid (lichid) , citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, pastrarea la temperatura camerei.	Test rapid (lichid) , citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, pastrarea la temperatura camerei. Set conține 50 teste. Catalogul (pagina 44) și instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de Conformitate CE (pagina 7)

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9