

Referencia : VFK3-100-002

Nombre del producto : Matraz aforado clase A con tapón de plástico, LBG

Num. de lote : 28897

Fecha de Control de calidad : 15/05/2020

Valor nominal : 100 ml

Tests	Specifications	Results
Media	99.9 - 100.1 ml	100.041 ml
Desviación estándar		0.041

Este producto ha sido diseñado según norma ISO 1042, DIN 12664 y calibrado "para contener" (TC, In)

Reference : VFK3-100-002

Product name : Volumetric flask class A with plastic stopper, LBG

Num. de lote : 28897

Quality Assurance date : 15/05/2020

Nominal value : 100 ml

Tests	Specifications	Results
Average value	99.9 - 100.1 ml	100.041 ml
Standard deviation		0.041

This product has been designed according to ISO 1042, DIN 12664 and calibrated to contain (TC, In).

Référence : VFK3-100-002**Nom du produit :** Fiole jaugée classe A avec bouchon en plastique, LBG**Num. de lote :** 28897**Date de Contrôle de Qualité :** 15/05/2020**Valeur nominale :** 100 ml

Tests	Specifications	Results
Valeur moyenne	99.9 - 100.1 ml	100.041 ml
Déviatiion standard		0.041

Ce produit a été conçu selon normes ISO 1042, DIN 12664 et calibrée "pour contenir" (TC, In)

Codice : VFK3-100-002

Nome del prodotto : Matraccio tarato di classe A con tappo in plastica, LBG

Num. de lote : 28897

Data del controllo qualità : 15/05/2020

Valore nominale : 100 ml

Tests	Specifications	Results
Media	99.9 - 100.1 ml	100.041 ml
Deviazione standard		0.041

Questo prodotto è stato progettato in conformità con la norma ISO 1042, DIN 12664 e calibrato "per contenere" (TC, In)."