

Specificații tehnice (F4.1)									
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. 21038595					Data: 29.04-09.05.2021	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:			Realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021					Lot: 2	Pagina: 1din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
3310000-1	2	Centrifugă cu racire	Centrifugă cu racire	ROTO SILENTA 630 RS	Germania	Andreas Hettich	Destinație: pentru centrifugarea unităților de sânge în procesul de producere. 1.Centrifuga cu racire de podea cu capacitate de centrifugare pentru 12 containere de sange la un ciclu; 2.Construcție solidă, pentru utilizare continuă, ce va asigura protecția activității dispozitivului 3.Toleranța dezechilibru aprox. 30g 4.Diapazon minim cu rotor – 100 ± 50 rpm; 5.Diapazon maxim cu rotor – nu mai puțin de 4500 rpm; 6.Identificare automata a rotorului pentru evitarea depășirii vitezei 7.Refrigerare eficientă (agent de racire analog la R404a) răcire în stand-by 8.Temperatura reglabilă între 20°C....+40°C 9.Suprafețele interioare (incinta) de inox 10.Rotorul cu 6 pahare metalice, în care se pot încorpora câte 1(unu) pahar din plastic rezistent; 11.Capacitatea paharului de plastic rezistent pentru 2 unități de sânge; 12.Capac securizat cu două blocaje motorizate care asigură închidere sigură a capacului; 13.Deschiderea capacului cu mecanismul arcului pneumatic și posibilitatea de deschidere de urgență a capacului în caz de întrerupere a curentului electric; 14.Unitatea de control integrată în panoul de comandă; 15.Interfața RS232 pentru stocare de date; 16.Fereastra de vizionare pentru controlul extern al vitezei - în capacul centrifuge, controlată de un microprocesor cu afisaj LCD mare, panoul de control fiind ușor de programat cu o singură mână sau cu mănuși, tastatura acoperită cu folie de protecție anti-stropi; indicând în permanență atât valorile presetate, cât și cele actuale; 17.Posibilitate de memorare minim 10 programe; 18.Dotată cu semnalizator de alarmă în caz de eroare; 19.Dotată cu picioare reglabile cu roți; 20.Dotată cu 24 de pahare din plastic rezistent cu o capacitate de amplasare a 2 containere de sange, compatibile cu paharele metalice a rotorului centrifugii ofertată. Certificatelor autorizate de producător: -ISO13485; ISO 9001:2000; CE pentru producător sau normelor naționale de producer; Declarația de conformitate a produsului oferat cu lista dispozitivelor medicale conform Directivei 93/42/CE pentru cele cu marcajul CE a componentelor folosite la realizarea sistemului dat; seria de standarde IEC 601 pentru dispozitivul medical electric; protocol de validare a activității dispozitivului medical (activitate în	Vezi Anexa 2	ISO,CE

							sistem integrat); Conformă standardelor internaționale IEC 1010, CE, WEEE alimentarea 220/380V 50Hz; Anul de producere: 2020; Pașaportul tehnic, servisu manual, diagrama electronică, cu descrierea părților componente a dispozitivului și instrucțiunea de utilizare, autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei și numărului dispozitivului, prezentat la livrare on original și limba de stat, autenticată de biroul de traduceri; Termen de garanție: 36 luni din momentul punerii on exploatare a dispozitivului; Instalarea dispozitivului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul livrării; Instruirea personalului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul instalării; Servicii de mentenanță și reparație în perioada de garanție: asigurate de participantul câștigător pe parcursul a 36 luni din momentul punerii on exploatare.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor In calitate de : Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65 of. 607