



World Health Organization

Anexa 2
Lot 3

Achiziție Sigilator medical automat pentru pungi sterile

Lista cerințelor și specificațiilor

Sigilator medical automat pentru pungi sterile					
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE					
Parametrii			Specificație minimă așteptată	Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant)	Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
1	Nume generic	Mașină de sigilare medicală, sigilare automată a pungilor sterile			
CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CARACTERISTICI FIZICE					
2	CADRU, CORP	Versiune compactă, de masă	da	da	
3	DATE	Data sigiliului, data expirării, numărul lotului și codul operatorului pot fi imprimate	da	da	printing in one line: expiry date, operator name, sterilization batch code, etc. Pagina 1

			da	da	The machine combines the computer control with its automatic all-in-one (cutting-sealing-printing) function. Pagina 1
		Alimentare automată, tăiere și etanșare			
		Control automat al temperaturii cu un punct de referință reglabil al temperaturii	da	da	
		Tăierea și sigilarea pungilor din hârtie-plastic pot fi realizate separat sau în același timp	da	da	
		posibilitatea de a încărca în mașină mai multe role de pungi de hârtie-plastic cu lățimi diferite în același timp pentru a îmbunătăți eficiența de lucru prin tăierea marginilor simultan	da	Da, posibil de încărcat mai multe rulouri de diversi marimi cu o latime totala de pana la 400mm.	400mm (Several reels can be cut simultaneously)
		50 - 1000 mm lungime reglabila a mulinetei (reel)	da	Da, lungimea minima a pachetului 50mm, lungimea maxima 10 000 mm	Cutting length: ≥50mm Pagina 2
		Marja de etanșare: 0 -35 mm, ±5mm, reglabilă	da	da	Sealing margin: 0~35 mm adjustable Pagina 2
		Precizia controlului temperaturii: 1°C	da	da	Temperature control error: ≤1C Pagina 2
		Lățimea maximă de etanșare 400 mm	da	da	Cutting width: ≤400mm Pagina 1
		Temperatura de etanșare Min.: 60 °C Max.: 220 °C	da	da	Working temperature: 60 ~220°C adjustable Pagina 2
		Viteza de etanșare minimă 8000 mm/min	da	da	Sealing speed: 10±0.5 m/min Pagina 2

		Tip de etanșare - Căldură constantă	da	da	
CARACTERISTICI ELECTRICE					
4	electric	220V, 50 Hz, fază I, cu împământare, mufă Shucko	da	da	AC power: 220V±10% 50Hz Power: 600W Max current: 3.2A Pagina 2
electronice					
5	electronice	Ecran LCD de minim 4 inch	da	Da	7” large touch screen display, graphical control interface Pagina 1
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE					
6	Accesorii/ piese de schimb	tavă suport frontală (inclusă)	1	Da, Roller conveyor MD230	Brosura pagina 17
		suport role cu dispozitiv de tăiere (ca accesoriu separat sau ca componentă integrată în dispozitivul de bază)	1	Rolele se vor introduce direct in sigilator, suportul de role este integrat	
		Rola sterilizare autoclav 100 mm x 200 m	4	Da	
		Rola sterilizare autoclav 150 mm x 200 m	2	da	
		Rola sterilizare autoclav 250 mm x 200 m	2	da	
		Rola sterilizare autoclav 350 mm x 200 m	2	da	
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE					
7	Transport	Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală	da	da	
8	Instalare	Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni	da	da	
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE					

9	Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb)	minim 24 luni	da	da, 24 luni din ziua instalării	
DOCUMENTAȚIE					
10	Cerințe de documentare	Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instrucțiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat.	da	da	
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE					
11	Standarde pentru producător	toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conformitate CE și sau Declarația de conformitate CE 2. ISO 9001 3. DIN 58953	Toate certificatele trebuie să fie prezentate sub formă de copii avizate cu semnătura electronică.	DA	