

Specificații tehnice (F4.1)

din 07.02.2019

Numărul licitației: 21004574

Alternativa nr.


Denumirea licitației: Filme radiologice, articole parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul Cancelariei de Stat pentru anul 2019
Conform necesitatilor IMSP Spitalul Cancelariei de Stat

Lot: conform listei solicitate

Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL


| Codul CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul Aricolului | Țara de origine | Producătorul | Specific tehnică deplina solicitata | Specificatie tehnică propus de ofertant | Standarde de referință |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Bunuri | | | | | | |
| | Lotul 14 | | | | | | |
| 33169000-2 | Scalpel Blades Prázisa | 1100000811 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | | Unelte de scalpel de unică folosință, Prázisa, disponibile în diferite figuri. Numărul figura -11. | CE |
| | Total lot 14 | | | | | | |
| | Lotul 15 | | | | | | |
| 33169000-2 | Scalpel Blades Prázisa | 1100000815 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | | Unelte de scalpel de unică folosință, Prázisa, disponibile în diferite figuri. Numărul figura -15. | CE |
| | Total lot 15 | | | | | | |
| | Lotul 16 | | | | | | |
| 33169000-2 | Scalpel Blades Prázisa | 1100000821 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | | Unelte de scalpel de unică folosință, Prázisa, disponibile în diferite figuri. Numărul figura -21. | CE |
| | Total lot 16 | | | | | | |
| | Lotul 17 | | | | | | |
| 33169000-2 | Scalpel-Blades Prázisa | 1100000822 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | | Unelte de scalpel de unică folosință, Prázisa, disponibile în diferite figuri. Numărul figura -22. | CE |
| | Total lot 17 | | | | | | |



| | | | | | | | |
|-------------|---|------------|----------|--|--|---|----|
| 33169000-2 | Lotul 18 | | | | | | |
| | Scalpel Blades Präzisa | 1100000823 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | | Unelte de scalpel de unică folosință, Präzisa, disponibile în diferite figuri. Numărul figura -23. | CE |
| | Total lot 18 | | | | | | |
| 33 140000-3 | Lotul 38 | | | | | | |
| | Disposable ECG Electrode Type 110, solid gel, adult | 1900000110 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | LP-50 | ECG Electrode pentru adulți, non-steril, din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu presă, oval, cu diametrul de 45 mm pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat în conformitate cu ISO-10993, biocompatibil. Potențialul alergic: fără latex. Material: Carrier: spumă PE cu adeziv acrilic medical (60 g / m ²); Senzor de nituire: ABS, Ag / AgCl, acoperire; Burete: PET; Press-stud: oțel inoxidabil; Gel: Hidrogen pentru ECG; Acoperire: PET siliconat. Steril: Nu | CE |
| | Total lot 38 | | | | | | |
| 33 140000-3 | Lotul 41 | | | | | | |
| | Bacterial/Viral Filter | 4300905096 | Germania | P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Pentru aparatul de anestezie si ventilare artificiali . | Filtru bacterian / viral cu port CO2. Formă (filtru de ventilație): rotundă. Stilul ISO (capăt pacient): bărbat / femeie. Diametrul interior (capătul pacientului): 20/15 mm. Steril: Nu | CE |
| | Total lot 41 | | | | | | |
| 33680000-0 | Lotul 57 | | | | | | |
| | Adulți unic NIBP Manșetă, TPU | U500-1CA | China | Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd | | Adulți unic NIBP Manșetă, TPU (adult single tube NIBP cuff,TPU bladder (25-35cm). | CE |
| | Total lot 57 | | | | | | |

Official stamp of the Ministry of Health of Romania, with a handwritten signature over it.

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------|-------------------|---|---|--|----|
| 3341310-6 | Lotul 70 | | | | | | | |
| | Dispomed® Disposable Bladder and Catheter-Syringes | 21120 | Germania | Dispomed Witt oHG | | | 120 ml cu catetertip cu aderență la aspirație Adaptor Luer Scala gravată (2,0 ml) cu garnitură PE convertibilă EO steril (etilenoxid) cu aderență la aspirație 2x adaptor Luer scor indeliabil (2,0 ml) umiditate de umplere: 120 ml EO steril (oxid de etilenă) | CE |
| | Total lot 70 | | | | | | | |
| 3341310-6 | Lotul 72 | | | | | | | |
| | PERFUJECT® Pump syringes 50 ml, transparent, with attached needle | 20052 | Germania | Dispomed Witt oHG | În ambalaj individual | | Seringi cu 3 părți, 50 ml, adaptate pentru Braun Perfusor și dispozitive compatibile Conform DIN EN ISO 788 Luer Lock, centric Presiunea testată la 6 bari Desfaceți absolvirea firmelor Cilindrul și pistonul din polipropilenă fără latex pistonstop citirea exactă a volumului seringii cu o graduare clară de 1 ml pentru aplicarea de produse farmaceutice fotosensibile cu portocaliu (chihlimbar) sau colorant negru. Steril R (Radiația gamma) | CE |
| | Total lot 72 | | | | | | | |
| 3341310-6 | Lotul 74 | | | | | | | |
| | Angiographic Syringes Used for Medrad - SALIENT CT-190-A1 | 42.16.10011 | China | SCW MEDICATH LTD | Compatibil cu Tomograful Computerizat cu 64 slice-uri Optima CT 660 . Certificat ISO - 9001:2008. | 1.Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2.Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3.Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad-SALIENT. Volum (ml) -190. CT-190-A1. 1 * seringă, tub 1 * J (tub rapid de umplere) | CE | |
| | Total lot 74 | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------|---|--|----|
| 3360000-6 | Lotul 100 | | | | | | |
| | Connecting Tubing 300PSI | 42.02.90016 | China | SCW MEDICATH LTD | Compatibil cu Tomograful Computerizat cu 64 slice-uri Optima CT 660 . Certificat ISO - 9001:2008. | Connecting tubing(300PSI) Tub T cu un tub cu bobină de 150 cm și tub de vârf de 100 cm. Lungime (cm) - 150. ID (mm) - 1,8. OD (mm) - 3,6. | CE |
| | Total lot 100 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

Semnat:  Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.**022 00 08 24** , fax.**022 00 08 23**

