

Specificații tehnice

			LP nr. 21477264 / ocds-b3wdp1-MD-1758113424534					Data: 01.11.2025	Alternativa nr.:
Numărul licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)					Lot: 22. 23. 25. 26. 32. 35. 36. 103. 130. 148. 160. 176	Pagina: 1 din 6
Denumirea licitației:									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4,00	5	6	7	8
33100 000-1	22	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Passeo®-35 Xeo - 428777 428786 428795 428804 428778 428787 428796 428805 428814 428823 428779 428788 428797 428806 428815 428824 428833 428843 428780 428789 428798 428807 428816 428825 428834 428844 428781 428790 428799 428808 428817 428782 428791 428800 428809 428818 428783 428782 428801 428810 428819 428784 428793 428802 428811 428820 428794 428803 428812 428821 428851 428860 428869 428878 428887 428896 428905 428915 428852 428861 428870 428879 428888 428897 428906 428916 428853 428862 428871 428880 428889 428898 428907 428917 428854 428863 428872 428881 428890 428899 428908 428918 428855 428864 428873 428882 428891 428900 428909 428919 428856 428865 428874 428883 428892 428901 428857 428866 428875 428884 428893 428902b 428858 428867 428876 428885 428894 428903b 428868 428877 428886 428895 428904b	Elveția	BIOTRONIK AG	Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035" (0,89 mm). Lungime utilă: 90 (+/-5cm) sau 135 cm (+/-5cm). Materialul balonului: nailon. Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm (se admite +/-5mm). Diametre disponibile balon: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10, 12 mm. Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: lungimea utilă – 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Marker vizibili de adâncime. Balon OTW: lungimea utilă – 90 sau 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Diametrul shaftului compatibil cu 5 Fr, 6 sau 7 Fr în dependența de diametrul balonului. Compatibilitate introductor: Ø 3 – 5 mm – 5 Fr; Ø 6 – 7 mm – 5 sau 6 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 8 mm – 6 sau 7 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 9 – 12 mm – 7 Fr. Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplasticii percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplasticii percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP<21atm.	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Passeo®-35 Xeo - PTA Balloon Catheter/0.035"/OTW - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.035" - Tip Low entry profile, colored - Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance - Balloon coating Hydrophobic patchwork coating - Balloon markers 2 swaged markers. - balloon Sizes ø 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 mm; - balloon Length: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm. - Shaft 5.1-5.4F, dual-lumen, - 5F 6F 7F - in dependența de dimensiuni, - hydrophobic coating - Catheter Usable length 90, 130 cm. - NP: 8-9 atm, - RBP: 10-21 atm. - Guide wire lumen Hydrophobic coating - Vezi catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Passeo 35 Xeo	ISO / CE / înregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
33100 000-1	23	Cateter periferic cu balon conic	Cateter periferic cu balon conic	Passeo®-14 - 380278 380284 380290 380296 380308 380320 380326 380332 380338 380350 380321 380327 380333 380339 380351 380322 380328 380334 380340 380352 380323a 380329a 380335a 380341a 380324 380330 380336 380342	Elveția	BIOTRONIK AG	Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014 ". Marker radioopaci dublu (nu mai puțin de patru pentru balonul 210 mm) Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm, Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) – obligatoriu. Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toată circumferința, forma conică să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. diametre=2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. lungimi=40-80-120-150-210 mm. Forma conică a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale. Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F. SAU Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 ", semicompliant, Marker radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indică secțiunea de dilatare a balonului și permite amplasarea exactă a lui față de leziune. Forma conică a balonului obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale. Compatibil cu introductor nu mai mult de 5F. Diametre 2.5/2.0, 3.0/2.5, 3.5/3.0, 4.0/3.5, 5.0/4.5 - cu lungimi de 30 și 40mm; diametre 4.0/3.0, 4.5/3.5, 5.0/4.0- lungimi de 80mm; diametre de 4.0/2.5, 4.5/3.0, 5.0/3.5 - lungimi 100mm; diametre 4.0/2.0, 4.5/2.5, 5.0/3.0 - lungimi 120mm. Presiunea nominală 8atm; RBP - 14-18 în dependență de dimensiuni.	Balon dublu-lumen, tip OTW compatibil cu gidul de marimea de 0.014" Passeo®-14 - Peripheral PTA Balloon Catheter /0.014"/OTW - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.014" - Tip Optimized entry profile and colored - Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance (4 - 6%) - Balloon folding 3-fold - Balloon coating Hydrophilic patchwork coating - Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) - balloon Sizes ø 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm; - balloon Length: 40 70 100 140 220 mm. - Distal shaft 3.1F, hydrophilic coating, coaxial design; 150 mm length (ø 1.5 /2.0 x 20 - 100 mm); 75 mm length (ø 2.0 x 140 - 220 mm and ø 2.5 - 4.0 mm) - Proximal shaft 3.9F, hydrophobic coating, coaxial design; stiffening wire - Usable length 150 cm (ø 2.0 - 4.0 mm); 120 cm (ø 2.0 mm); - 4F, - Nominal Pressure (NP) 7 atm, - Rated Burst Pressure (RBP) 14 atm - Vezi catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Passeo 14	ISO / CE / înregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

33100 000-1	25	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterală	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterală		Elveția	BIOTRONIK AG	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 mm; Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului. Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependenta de diametru balonului. Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila minim doua dimensiuni: 80 (+/-5cm), si minim 130cm; Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035" SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporita, si manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F in dependenta de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP<-24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporita, si manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F in dependenta de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP<-21atm.	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterală Balon OTW Pasceo®-35 Xeo - Peripheral PTA Balloon Catheter /0.035"/OTW - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.035' - Tip Low entry profi le, colored - Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance - Balloon coating Hydrophobic patchwork coating - Balloon markers 2 swaged markers - balloon Sizes ø 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 mm; - balloon Length: 20 40 60 80 100 120 150 170 200 250 mm - Shaft 5.1-5.4F, dual-lumen, hydrophobic coating - Usable length 90, 130 and 170 cm - Guide wire lumen Hydrophobic coating - NPo 8-9 atm, - RBPø 10-21 atm. - 5F 6F 7F - Vezi catalogul BIOTRONIK / brosură pentru Pasceo 35 Xeo	ISO / CE / inregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
33100 000-1	26	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor extinse		Elveția	BIOTRONIK AG	Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,8.0, 9.0, 10.0,mm Lungimi balon: 20-200mm. Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 7-10 atm, RPB maxim 20 atm Lungime utilizabila minim doua lungimi: 80cm (+/-5cm) si minim 130cm; Partea distala shaft cu acoperire ce facilitează navigarea prin leziune; Ghiduri compatibile: 0.035"; SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporita, si manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F in dependenta de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP<-24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporita, si manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035". Hidrofil. Doi markeri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F in dependenta de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP<-21atm.	Balon angioplastic periferica pentru tratamentul leziunilor extinse Balon OTW Pasceo®-35 Xeo - PTA Balloon Catheter /0.035"/OTW - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.035 " - Tip Low entry profi le, colored - Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance - Balloon coating Hydrophobic patchwork coating - Balloon markers 2 swaged markers - balloon Sizes ø 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 mm; - balloon Length: 20 40 60 80 100 120 150 170 200 mm - Shaft 5.1-5.4F, dual-lumen, - hydrophobic coating - Usable length 90, 130 and 170 cm - Guide wire lumen Hydrophobic coating - NPo 8-9 atm, - RBPø 10-21 atm. - 5F 6F 7F - Vezi catalogul BIOTRONIK / brosură pentru Pasceo 35 Xeo	ISO / CE / inregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

33100 000-1	32	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Pulsar @-35 - 379878 379879 379880 379881 379917 379918 379919 379920 379921 379883 379884 379885 379886 379922 379923 379924 379925 379926 379888 379889 379890 379891 379927 379928 379929 379930 379931 379898 379899 379900 379901 379937 379938 379939 379940 379941 379903 379904 379905 379906 379942 379943 379944 379945 379946 379908 379909 379910 379911 379947 379948 379949 379950 379951	Elveția	BIOTRONIK AG	Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înalta a stentului. Lustruire electrolitică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive.Capetele stentului nu se extins la deschiderea OBLIGATORIU. Diametre obligatorii a stentului 5,6,7,8 mm Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU. Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare în timpul deploymentului. Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepartarea completă a teacii exterioare OBLIGATORIU. Lungimea sistemului de livrare, nu mai mică de 80 (+5cm) – 120cm (+5cm). cateterul are mai multe zone de mare flexibilitate. Capatul proximal rigid al sistemului de livrare pentru îmbunătățirea stabilității și redarea pushabilității. Varful flexibil atraumatic în forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului. Sensibilitatea tactilă la deschiderea stentului. Miner ergonomic al sistemului de livrare pentru deschiderea stentului Valva hemostatică. Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch. Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introductor 6 Fr. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu markeri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035"; Lungimi stent: 20-200mm; Diametre:5-10mm; Compatibilitate teaca-6F; Lungimi sistem de livrare:80,120cm. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu markeri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035"; Lungimi stent: 20,30,40,60,80,100,120, 150,170mm; Diametre:5,6,7mm; Compatibilitate teaca-5F; Lungimi sistem de livrare:80,135cm. Destinat pentru arterele femurală superficială și poplitee.	Stent autoexpandabil din nitinol. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Stabilitate radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitate înalta a stentului. Lustruire electrolitică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Capetele stentului nu se extins la deschidere. Pulsar @-35 - Peripheral Self-Expanding Stent System/0.035"/OTW - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.035" - Stent material Nitinol - Strut thickness 140 μm - Strut width 85 μm - Stent coating proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) - Stent markers 6 gold markers each end - Stent Sizes ø 5.0 6.0 7.0 mm; - stent length: 30 40 60 80 100 120 150 170 200 mm. - Proximal shaft 6F, hydrophobic coating - Usable length 90 and 135 cm, - 6F - Tri-axial delivery system - Vezi catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Pulsar 35	ISO / CE / înregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
33100 000-1	35	Stent expandabil cu balon	Stent expandabil cu balon	Dynamic Renal - 358583 358584 358585 358587 358588 358589	Elveția	BIOTRONIK AG	Stent expandabil cu balon din cobalt-crom, tăiat cu laser. Celule închise sau deschise. Markerii radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm). Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm. Stent premonat pe balon. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate ghid: de 0,014" sau 0,018". Lungime utilă: între 140 si 150 cm. Compatibilitate: teaca de 4 Fr -6Fr. Acoperire cu proprietăți similare mucoasei. Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm. SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.018"; Compatibilitate cu teaca 5F și 6F în dependenta de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:14, 15, 18, 19. Lungime shaft: 90,150cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența markerilor radioopaci.SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.018"; Compatibilitate cu teaca 5,6F în dependenta de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:12, 16, 20. Lungime shaft: 80,135cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența markerilor radioopaci.SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.014"; Compatibilitate cu teaca 5F; Diametre: 4, 5,5,5, 6, 6,5, 7mm; Lungimi:10, 15, 20, 24. Lungime shaft: 80,145cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența markerilor radioopaci.	Stent expandabil cu balon din cobalt-crom, tăiat cu laser. Celule închise sau deschise. Markerii radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Design cu dublă spirală pentru flexibilitate și conformabilitate ridicata. Dynamic Renal - Balloon-Expandable Cobalt Chromium Stent System/0.014"/Rx - Stent Balloon-expandable - Stent material Cobalt Chromium (L605) - Strut thickness 120 μm (ø 4.5 - 5.0 mm) 140 μm (ø 6.0 - 7.0 mm) - Stent coating proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) - Stent marker Proximal gold marker - stent sizes ø 5.0 - 6.0 - 7.0 mm; - stent length: 12, 19 mm - Catheter type Rapid exchange (Rx) - Recommended guide wire 0.014" - Tip Soft, short and tapered - Balloon markers 2 swaged markers - Shaft (proximal) Hydrophobic coating - Usable length 140cm - Nominal Pressure (NP) 10 atm - Rated Burst Pressure (RBP) 15 atm (ø 4.5 - 6.0 mm) 13 atm (ø 7.0 mm) - Nominal Pressure (NP) 10 atm, - Rated Burst Pressure (RBP) 13-15 atm, - 4F 5F - Vezi catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Dynamic Renal	ISO / CE / înregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

33100 000-1	36	Stent pentru artere renale	Stent pentru artere renale	Dynamic Renal - 358582 368711 358586 358583 368712 358587 358584 368713 358588 358585 368714 358589	Elveția	BIOTRONIK AG	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent expandabil cu balon din oțel sau cobalt-crom, tăiat cu laser. Celule închise. Markeri radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Materialul balonului: nylon. Stent premontat pe balon. Balon mai mare de stent cu 1 mm. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate ghid: de 0,018" sau 0.014. Compatibilitate: teaca de 5 Fr pentru stenturi de 5,00 și 6,00 mm; 6 Fr pentru stenturi de 7,00 mm. Acoperire hidrofilica: cu proprietăți similare mucoasei. Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ; Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ; Lungime utilă obligatorie : 90 - 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	Stent expandabil cu balon din cobalt-crom, tăiat cu laser. Celule închise. Markeri radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Design cu dublă spirală pentru flexibilitate și conformabilitate ridicata. Dynamic Renal - Balloon-Expandable Cobalt Chromium Stent System/0.014"/Rx - Stent Balloon-expandable - Stent material Cobalt Chromium (L605) - Strut thickness 120 µm (ø 4.5 - 5.0 mm) 140 µm (ø 6.0 - 7.0 mm) - Stent coating proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) - Stent marker Proximal gold marker - stent sizes ø 4.5 - 5.0 - 6.0 - 7.0 mm; - stent length: 12, 15, 19 mm - Catheter type Rapid exchange (Rx) - Recommended guide wire 0.014" - Tip Soft, short and tapered - Balloon markers 2 swaged markers - Shaft (proximal) Hydrophobic coating - Usable length 140cm - Nominal Pressure (NP) 10 atm - Rated Burst Pressure (RBP) 15 atm (ø 4.5 - 6.0 mm) 13 atm (ø 7.0 mm) - Nominal Pressure (NP) 10 atm. - Rated Burst Pressure (RBP) 13-15 atm, - 4F 5F - Vezi catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Dynamic Renal	ISO / CE / înregistrat la AMDMD si introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDMD Registrul de Stat
33100 000-1	103	Stent Graft Periferic	Stent Graft Periferic	iCover - SPCBCC35080050017 SPCBCC35080050027 SPCBCC35080050037 SPCBCC35080050057 SPCBCC35080060017 SPCBCC35080060027 SPCBCC35080060037 SPCBCC35080060057 SPCBCC35080070017 SPCBCC35080070027 SPCBCC35080070037 SPCBCC35080070057 SPCBCC35080080017 SPCBCC35080080027 SPCBCC35080080037 SPCBCC35080080057 SPCBCC35080090027 SPCBCC35080090037 SPCBCC35080090057 SPCBCC35080100027 SPCBCC35080100037 SPCBCC35080100057 SPCBCC35140050017 SPCBCC35140050027 SPCBCC35140050037 SPCBCC35140050057 SPCBCC35140060017 SPCBCC35140060027 SPCBCC35140060037 SPCBCC35140060057 SPCBCC35140070017 SPCBCC35140070027 SPCBCC35140070037 SPCBCC35140070057 SPCBCC35140080017 SPCBCC35140080027 SPCBCC35140080037 SPCBCC35140080057 SPCBCC35140090027 SPCBCC35140090037 SPCBCC35140090057 SPCBCC35140100027 SPCBCC35140100037 SPCBCC35140100057	Spania	Life Vascular Devices Biotech, S.L / iVascular	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. Compatibil cu ghid 0,035". Acoperire stent ePTFE microporos. Stent CoCr. Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). Presiune de ruptură minim 12 atm. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm) sau 17.27.37.57mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0mm) sau 17.27.37.57mm (pentru diametre 7.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 8.0,9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. Forță radială sporită. iCover - Peripheral balloon expandable PTFE covered stent system - ePTFE covered stent with high flexibility - Over the wire catheter (OTW) - Guidewire compatibility: 0.035" - Catheter length: 80 and 140 cm - NP: 9 atm - RBP: • Ø 5-7mm: 15 atm • Ø 8mm: 14 atm • Ø 9-10mm: 13 atm - Maximum post-expansion: • Ø 5-8mm: ≤10mm • Ø 9-10mm: ≤12mm - CoverTech encapsulation technology - Introducer compatibility 6F (up to Ø8mm, L 17mm), 7F (≥8mmØ, L27mm) - 3 radiopaque markers at each stent end - Stent material: CoCr L605 - Graft material: ePTFE - Recoil: ≤ 10 % - Shortening: • Length 17mm: ≤ 12 % • Length 57mm: ≤ 8 % - Stent length (mm) 17 27 37 57 - Stent diameter (mm) 5. 6. 7. 8. 9. 10. - Vezi catalogul Life Vascular Devices Biotech, S.L. / broșura pentru iCover	ISO / CE / înregistrat la AMDMD si introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDMD Registrul de Stat

130	Balon „cutting” spiral	Balon „cutting” spiral	Naviscore - BCSR14150150006 BCSR14150150008 BCSR14150150010 BCSR14150150012 BCSR14150150015 BCSR14150200006 BCSR14150200008 BCSR14150200010 BCSR14150200012 BCSR14150200015 BCSR14150250006 BCSR14150250008 BCSR14150250010 BCSR14150250012 BCSR14150250015 BCSR14150300006 BCSR14150300008 BCSR14150300010 BCSR14150300012 BCSR14150300015 BCSR14150350006 BCSR14150350008 BCSR14150350010 BCSR14150350012 BCSR14150350015	Spania	Life Vascular Devices Biotech, S.L / iVascular	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon „cutting” spiral Cu proprietăți de aterotomie, prevăzut cu lame pentru disecție controlată Pentru leziuni intense calcificate si restenoza intrastent. Cateter ghid 6F. NP de 8 atm si RBP de 16-20atm Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametru balon: 2.0-4,0 mm ± 0,5 mm. Lungime balon 9 - 15 mm ± 1mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Balon „scoring” Cu proprietăți de aterotomie, Orientarea axială a filamentelor: Asigură o capacitate transversală mai mare și o modificare axială a plăcii la 90°. Flexibilitatea firelor din nitinol: Asigură o navigabilitate mai bună și un risc redus de perforație, modificând în același timp placa. Pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. Naviscore - Coronary scoring balloon dilatation catheter - BEST OF CUTTING Axial filaments orientation: Ensures greater cross capacity and a 90° axial plaque modification. - BEST OF SCORING - Ensures better navigability and low perforation risk while modifying the plaque. - Rapid Exchange catheter (RX) - Guidewire compatibility: max. 0,014” - NP: 8 atm RBP: 20 atm - Pt/Ir radiopaque markers - Proprietary hydrophilic coating Hydrax plus - 6F compatibility - Effective length 142 cm - Balloon length [mm] 6 8 10 12 15 - Balloon diameter [mm] 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50; - Vezi catalogul Life Vascular Devices Biotech, S.L / broșura pentru Naviscore	ISO / CE / înregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
148	Stenturi periferice balon expandabil	Stenturi periferice balon expandabil	Dynetic®-35 - 428690 428694 428700 428706 428691 428695 428701 428707 428692 428696 428702 428708 428712 448939 448942 448945 448948 448951 448943 448946 448949 448952 448944 448947 448950 448953 428716 428720 428726 428732 428717 428721 428727 428733 428718 428722 428728 428734 428738 448954 448957 448960 448963 448966 448958 448961 448964 448967 448959 448962 448965 448968 428752a 428747 428753 428759 428748 428754 428760 428764a 448972 448975 448978 448981a 448973 448976 448979 448977a	Elveția	BIOTRONIK AG	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Stenturi periferice balon expandabil Este confecționat dintr-un tub de oțel inoxidabil cu celule deschise, cu markeri din tantaliiu. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 6-7 Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Stent periferic balon expandabil cu dimensiuni obligatorie 5-10 mm; Lungime obligatorie 18-78 mm, Lungime shaft obligatorie 90, 130 și 170 cm Stenturi disponibile de toate dimensiunile si pentru cateterul de livrare 135 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Stenturi periferice balon expandabil Este confecționat dintr-un tub de oțel inoxidabil cu celule deschise, cu markeri din tantaliiu. Design cu stent cu dublă spirală pentru un contur exterior neted și o flexibilitate excelentă. Dynetic®-35 - Peripheral Balloon-Expandable Cobalt Chromium Stent System/0.035” - Stent Balloon-Expandable - Stent material Cobalt Chromium - Strut thickness 110 μm (ø 5.0 - 7.0 mm), 140 μm (ø 8.0 - 10.0 mm) - Shortening Negligible - Stent coating proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) - stent sizes ø 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 mm; - stent length: 18 - 28 - 38 - 58 - 78 mm; - Catheter type OTW - Recommended guide wire 0.035” - Tip Low entry profile, colored - Balloon markers 2 swaged markers - Shaft 5.1 - 5.4F, hydrophobic coating, dual-lumen - Usable length 90 cm, 130 cm and 170 cm - Markers 2 swaged markers - Guide wire lumen Hydrophobic coating - Nominal Pressure (NP) 10 atm - Rated Burst Pressure (RBP) 14 atm (ø 5.0 - 8.0 mm), 12 atm (ø 9.0 - 10.0 mm); - 6F - Vezi catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Dynetic®-35	ISO / CE / înregistrat la AMDM si introdus in Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

160	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Synsiro® Pro - 419155 419161 419167 419173 419179 419185 419191 419197 419203 419156 419162 419168 419174 419180 419186 419192 419198 419204 419157 419163 419169 419175 419181 419187 419193 419199 419205 419158 419164 419170 419176 419182 419188 419194 419200 419206 419159 419165 419171 419177 419183 419189 419195 419201 419207 419160 419166 419172 419178 419184 419190 419196 419202 419208	Elveția	BIOTRONIK AG	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): -Material stent: Cobalt crom L605. - Substanța activă: Biolute bioabsorbabil Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai puțin de 1,4-2,0 µg/m². -Profil foarte subțire: 60-70 µg la stenturi cu diametrul <3 mm. -Lungime shaft obligatorii: 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni). -Prezența de 2 marcheri din platinum-iridium la nivel de balon. - Material balon: Semi cristalin polimer. -Acoperire hidrofilică. Dimesiuni obligatorii -Diametru stent: 2,25-4,0 mm -Lungimi stent : 9– 40 mm Cateter ghid: 5 F (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil Synsiro® Pro - Coronary Drug-Eluting Stent System - Stent material Cobalt chromium, L-605; - Profil / Strut thickness ø 2.25 – 3.0 mm: 60 µm (0.0024"); ø 3.50 – 4.0 mm: 80 µm (0.0031") - Passive coating proBIO (Amorphous Silicon Carbide) - Substanța activă / Active coating Biolute bioabsorbable Poly-L-Lactide (PLLA) eluting a limus drug - Drug dose 1.4 µg/mm² Delivery System - Catheter type Rapid exchange - catheter guide 5F (min. I.D. 0.056") - Guide wire diameter 0.014" - Usable catheter length 140 cm - Balloon material: Semi crystalline polymer - Coating (Distal shaft) Hydrophilic - Coating (Proximal shaft) Hydrophobic - Marker: 2 swaged platinum-iridium markers - Lesion entry profil le 0.017" - Distal shaft diameter 2.7F: ø 2.25 – 3.0 mm; 2.9F: ø 3.5 – 4.0 mm - Proximal shaft diameter 2.0F - Nominal pressure (NP) 10 atm - Rated burst pressure (RBP) 16 atm; - Stent Length (mm) 9 13 15 18 22 26 30 35 40; - Stent ø (mm) 2.25 - 2.5 - 2.75 - 3.0 - 3.5 - 4.0; - Vezi catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Synsiro® Pro	ISO / CE / înregistrat la AMDM și introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat
176	Cateter cu balon	Cateter cu balon	Passeo®-35 Xeo - 428777 428786 428795 428804 428778 428787 428796 428805 428814 428823 428779 428788 428797 428806 428815 428824 428833 428843 428780 428789 428798 428807 428816 428825 428834 428844 428781 428790 428799 428808 428817 428782 428791 428800 428809 428818 428783 428792 428801 428810 428819 428784 428793 428802 428811 428820 428794 428803 428812 428821 428831 428860 428869 428878 428887 428896 428905 428915 428852 428861 428870 428879 428888 428897 428906 428916 428853 428862 428871 428880 428889 428898 428907 428917 428854 428863 428872 428881 428890 428899 428908 428918 428855 428864 428873 428882 428891 428900 428909 428919 428856 428865 428874 428883 428892 428901 428857 428866 428875 428884 428893 428902b 428858 428867 428876 428885 428894 428903b 428868 428877 428886 428895 428904b 428935b 428944b 428953b 428971b 428980b 428990b 428927b 428936b 428945b 428954b 428972b 428981b 428991b 428928b 428937b 428946b 428955b 428973b 428982b 428992b 428929b 428938b 428947b 428956b 428930b 428939b 428948b 428957b 428940b 428949b 428958b 428941b 428950b 428959b	Elveția	BIOTRONIK AG	Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markerii radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 40,80 și 135 cm și 170. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârful cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introducător 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-12 mm lungimi=20-30-40-60-80-100-120-150-200 mm	Balon periferic tip OTW. Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markerii radioopace dublu. Passeo®-35 Xeo - Peripheral PTA Balloon Catheter /0.035"/OTW - Catheter type OTW; - Recommended guide wire 0.035' - Tip Low entry profil le, colored - Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), - controlled compliance - Balloon coating Hydrophobic patchwork coating - Balloon markers 2 swaged markers - balloon sizes ø 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 mm; - balloon length: 20 40 60 80 100 120 150 200 mm - Shaft 5.1-5.4F, dual-lumen, - hydrophobic coating - Usable length 90, 130 and 170 cm - Guide wire lumen Hydrophobic coating - NPø 8-9 atm; - RBPø 10-21 atm; - 5F 6F 7F; - Vezi catalogul BIOTRONIK / broșura pentru Passeo®-35 Xeo	ISO / CE / înregistrat la AMDM și introdus în Registrul de Stat al RM - Vezi anexa AMDM Registrul de Stat

Semnăt:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației:			LP nr. 21477264 / ocds-b3wdp1-MD-1758113424534					Data: 01.11.2025		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:			Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)					Lot: 22. 23. 25. 26. 32. 35. 36. 103. 130. 148. 160. 176		Pagina: 1 din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	22	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Bucată	230	1,543.3000	1,666.7640	354,959.0000	383,355.7200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	563,500.00
33100000-1	23	Cateter periferic cu balon conic	Cateter periferic cu balon conic	Bucată	450	1,998.7000	2,158.5960	899,415.0000	971,368.2000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	1,453,140.00
33100000-1	25	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstruative cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstruative cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Bucată	550	1,543.3000	1,666.7640	848,815.0000	916,720.2000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	1,062,600.00
33100000-1	26	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Bucată	430	1,543.3000	1,666.7640	663,619.0000	716,708.5200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	698,750.00
33100000-1	32	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Bucată	300	10,543.5000	10,543.5000	3,163,050.0000	3,163,050.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	2,453,331.00
33100000-1	35	Stent expandabil cu balon	Stent expandabil cu balon	Bucată	28	4,098.6000	4,098.6000	114,760.8000	114,760.8000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	122,553.20
33100000-1	36	Stent pentru artere renale	Stent pentru artere renale	Bucată	60	4,098.6000	4,098.6000	245,916.0000	245,916.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	262,614.00
33100000-1	103	Stent Graft Periferic	Stent Graft Periferic	Bucată	37	16,470.3000	16,470.3000	609,401.1000	609,401.1000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	611,273.30
33100000-1	130	Balon „cutting” spiral	Balon „cutting” spiral	Bucată	170	6,350.3000	6,858.3240	1,079,551.0000	1,165,915.0800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	961,931.40

33100000-1	148	Stenturi periferice balon expandabil	Stenturi periferice balon expandabil	Bucată	40	3,820.3000	3,820.3000	152,812.0000	152,812.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	142,160.00
33100000-1	160	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Bucată	660	3,137.2000	3,137.2000	2,070,552.0000	2,070,552.0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	2,139,060.00
33100000-1	176	Cateter cu balon	Cateter cu balon	Bucată	100	1,543.3000	1,666.7640	154,330.0000	166,676.4000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	162,300.00
TOTAL Oferta								10,357,180.90	10,677,236.02		

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B