

Specificații tehnice (F4.1)

din 03.08.2019

Numărul licitației: 21010549	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Achiziționarea termostatelor(cu verificarea metrologică) Conform necesitatilor Centrul republican de reabilitare pentru copii	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
33100000-1	Termostat aer uscat electric TS-1/80 SPU (camera - oțel galvanizat)	1002	Rusia	SA "Smolensk SKTB SPU"	Conform cericelor tehnice in costul ofertei sd fie incluse cheltuieli pentn ransportarea, montarea gi reglarea utilajului.	<p>Scop: pentru studii bacteriologice și serologice</p> <p>Aplicare: în laboratoarele clinice de diagnostic și sanitar-bacteriologic ale clinicilor și spitalelor, institutelor de cercetare, medicinii veterinare, laboratoarelor alimentare și altor industrii.</p> <p>Termostatele oferă: distribuția uniformă a temperaturii în camera de lucru datorită circulației forțate a aerului; instalarea și controlul temperaturii; controlul automat al temperaturii în camera de lucru; indicarea digitală a temperaturii curente și setate; control vizual al procesului prin ușa de sticlă; salvarea informațiilor introduse la oprirea alimentării cu energie electrică.</p> <p>Termostatele au: consum redus de energie; greutate redusă; semnal sonor și vizual depășește temperatura de alarmă; ușurința de funcționare; fiabilitate ridicată în muncă.</p> <p>Parametri: 1. Domeniul maxim de temperatură al termostatului, ° C - de la +5 la +60 2. Abaterea maximă a temperaturii medii a oricărui punct al volumului de lucru de la cea stabilită la condițiile termice staționare, ° C, nu mai mult de: până la +45 ° inclusiv de la -1 la +1 de la +45 ° la +60 ° de la -1 la +2 3. Abaterea maximă a temperaturii în orice punct al camerei de lucru de la media, ° C - ± 0,4 4. Setarea timpului de funcționare la temperatura maximă în camera de lucru, min, nu mai mult – 120 5. Timpul de funcționare continuă a termostatului în modul automat, ore, nu mai puțin – 500 6. Consumul de energie al termostatului, W, nu mai mult de – 250 7. Durata medie de viață, ani, nu mai puțin – 10 ani. 8. Dimensiunile camerei de lucru, mm, nu mai puțin: - lungime 395, lățimea (adâncimea la ușă) 390, înălțime 490 9. Greutatea ≤ 37 kg</p> <p>Pentru informație mai complet vezi anexa LOTUL 1</p>	
	Total lot 1						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23