

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1618557081221	Data: 29 apr 2021, 8:56 - 9 mai 2021, 8:56	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021 (repetat 3)	Lot: 2	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	NR LOT	Denumire LOT	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1		2	3	4	5	6	7	8
3310000-1	2	Centrifugă cu racire	Centrifugă cu racire	ROTO SILENTA 630 RS	Germania	Hettich	Destinație: pentru centrifugarea unităților de sânge în procesul de producere. 1.Centrifuga cu racire de podea cu capacitate de centrifugare pentru 12 containere de sânge la un ciclu. Volumul unui container triplu de sânge, ce urmează a fi centrifugat este de 513 ml ±10%. 2.Construcție solidă, pentru utilizare continuă, ce va asigura protecția activității dispozitivului 3.Toleranța dezechilibrului aprox. 30g 4.Diapazon minim cu rotor – 100 ± 50 rpm; 5.Diapazon maxim cu rotor – nu mai puțin de 4500 rpm; 6.Identificare automată a rotorului pentru evitarea depășirii vitezei 7.Refrigerare eficientă (agent de racire analog la R404a) răcire în stand-by 8.Temperatura reglabilă între 20°C...+40°C 9.Suprafețele interioare (incinta) de inox 10.Rotorul cu 6 pahare metalice, în care se pot încorpora câte 1(unu) pahar din plastic rezistent; 11.Capacitatea paharului de plastic rezistent pentru 2 unități de sânge; 12.Capac securizat cu două blocaje motorizate care asigură închidere sigură a capacului; 13.Deschiderea capacului cu mecanismul arcului pneumatic și posibilitatea de deschidere de urgență a capacului în caz de întrerupere a curentului electric; 14.Unitatea de control integrată în panoul de comandă; 15.Interfața RS232 sau echivalentul pentru transmitere/transfer de date; 16.Fereastra de vizionare pentru controlul extern al vitezei - în capacul centrifuge, controlată de un microprocesor cu afișaj LCD mare, panoul de control fiind ușor de programat cu o singură mână sau cu mănuși, tastatura acoperită cu folie de protecție anti-stropi; indicând în permanență atât valorile presetate, cât și cele actuale; 17.Posibilitate de memorare minim 10 programe; 18.Dotată cu semnalizator de alarmă în caz de eroare; 19.Dotată cu picioare reglabile cu roți; 20.Dotată cu 24 de pahare din plastic rezistent cu o capacitate de amplasare a 2 containere de sânge, compatibile cu paharele metalice a rotorului centrifugii oferită. Certificatelor autorizate de producător: -ISO13485; ISO 9001:2000; CE pentru producător sau normelor naționale de producere; Declarația de conformitate a produsului oferit cu lista dispozitivelor medicale conform Directivei 93/42/CE pentru cele cu marcajul CE a componentelor folosite la realizarea sistemului dat;	Conform anexei nr. 1, broșurii anexate	CE/ISO

							seria de standarde IEC 601 pentru dispozitivul medical electric; protocol de validare a activității dispozitivului medical (activitate în sistem integru); Conformă standardelor internațional IEC 1010, CE, WEEE alimentarea 220/380V 50Hz; Anul de producere: 2020; Pașaportul tehnic, servis manual, diagrama electronică, cu descrierea părților componente a dispozitivului și instrucțiunea de utilizare, autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei și numărului dispozitivului, prezentat la livrare on original și limba de stat, autenticată de biroul de traduceri; Termen de garanție: 36 luni din momentul punerii on exploatare a dispozitivului; Instalarea dispozitivului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul livrării; Instruirea personalului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul instalării; Servicii de mentenanță și reparație în perioada de garanție: asigurate de participantul câștigător pe parcursul a 36 luni din momentul punerii on exploatare.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**