

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr.115

din “15” septembrie 2022

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1655807109748 din 21.06.2022						
Obiectul achiziției: Amplificator						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>Amplificator</i>	Amplificator Y5-11	Ucraina	Standard Pribor	<i>Amplificator de măsurare a curentului electric</i> Caracteristicile tehnice: • Tensiunea: 220 V • Puterea: 7 V*A • Greutate : 2,5-3,0 kg • Diapazonul amplificării: Curent electric: $10^{-15} - 10^{-2}$ A Tensiunea electrică $10^{-4} - 200$ V • Eroarea coeficientului de transmitere- Ct (pentru curentului electric): $Ct = 10^{10} - 10^{13}$ V A $\pm 2,5\%$ $Ct = 10^3 - 10^9$ V A $\pm 1\%$ Eroarea coeficientului de	<i>Amplificator de măsurare a curentului electric</i> Caracteristicile tehnice: • Tensiunea: 220 V • Puterea: 7 V*A • Greutate : 2,5 kg • Diapazonul amplificării: Curent electric: $10^{-15} - 10^{-2}$ A Tensiunea electrică $10^{-4} - 200$ V • Eroarea coeficientului de transmitere- Ct (pentru curentului electric): $Ct = 10^{10} - 10^{13}$ V A $\pm 2,5\%$ $Ct = 10^3 - 10^9$ V A $\pm 1\%$ Eroarea coeficientului de	

				transmitere- Ct (pentru tensiunea electrică): $\pm 0,25\%$ Rezistența de intrare în modul de amplificare a tensiunii, nu mai mică de 1015 Ω . Garanție: min 1 an	transmitere- Ct (pentru tensiunea electrică): $\pm 0,25\%$ Rezistența de intrare în modul de amplificare a tensiunii, nu mai mică de 1015 Ω . Garanție: 1 an	
Total lot 1						
Total						

Semnat: **Numele, Prenumele:** Iasîbaș Nicolai; **În calitate de:** Director

Ofertantul: Lokmera SRL; **Adresa:** mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie-Grosu 9