

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici nr. ocds-b3wdp1-MD-1775728949230 din 15.04.2026						
Obiectul de achiziție: Teste Ureazice pentru Helicobacter pylori (necesar urgent 2-3 luni)						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lot I. Teste Ureazice pentru Helicobacter pylori	NCURE900	Italia	MASCIA BRUNELLI SPA	<p>Cerințe tehnice minime: Tip test: test rapid ureazic pentru detectarea Helicobacter pylori Format: lichid sau solid (gel/casetă), gata de utilizare Timp de citire a rezultatului: maxim 5 minute Tip rezultat: calitativ (pozitiv/negativ), evidențiat prin schimbare clară de culoare Condiții de păstrare: la temperatura camerei (aprox. 15–25°C), fără necesitatea refrigerării</p>	<p>Cerințe tehnice minime: Tip test: test rapid ureazic pentru detectarea Helicobacter pylori Format: lichid sau solid (gel/casetă), gata de utilizare Timp de citire a rezultatului: 30 minute Tip rezultat: calitativ (pozitiv/negativ), evidențiat prin schimbare clară de culoare Condiții de păstrare: la temperatura camerei (aprox. 15–25°C), fără necesitatea refrigerării. Instrucțiunea se anexează.</p>	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000797177

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9