

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul licitației	ocds-b3wdp1-MD-1571310496166 din 07.11.2019
Denumirea licitației	Kituri diagnostice pentru activitatea secției serologie, virusologie, reziduuri și produse metabolice

Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	8	8
	Bunuri/servicii:						
1	Antigen colorat cu Rose-Bengal pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine și caprine (B.abortus, B.melitensis) prin reacția de seroaglutinare rapidă (RSAR)	Antigen colorat cu Rose-Bengal	Ucraina	Biofabrica Herson	Suspensie de Brucella abortus inactivată și colorată cu Rose-Bengal, trebuie să fie standardizată conform cerințelor Directivei Europene CEE 64/432, cu modificările ulterioare, pentru a da o reacție pozitivă la diluția de 1/45 a serului internațional anti-brucella abortus (OIEISS) și o reacție negativă cu același ser pentru diluția de 1/55. 1 flacon x 100 ml, 3300 doze , lichid. Aprovizionat cu consumabile de unică folosință pentru efectuarea reacției (plastine și bastoane) în cantitatea suficientă. Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. 1 buc = 1 flacon	Suspensie de Brucella abortus inactivată și colorată cu Rose-Bengal, standardizată conform cerințelor Directivei Europene CEE 64/432, cu modificările ulterioare, pentru a da o reacție pozitivă la diluția de 1/20 a serului internațional anti-brucella abortus (OIEISS) și o reacție negativă cu același ser pentru diluția de 1/35. 1 flacon x 100 ml, 3300 doze , lichid. Aprovizionat cu consumabile de unică folosință pentru efectuarea reacției (plastine și bastoane) în cantitatea suficientă. Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. 1 buc = 1 flacon	ISO

1.1	Ser-control pozitiv brucelic	Ser-control pozitiv brucelic	Ucraina	OOO"Ucrvetpro msnab" în colaborare cu OOO"Veterinaraia Meditina"	1 buc = 1 flacon; 1 flacon x 1 ml; lichid sau liofilizat Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	1 buc = 1 flacon; 1 flacon x 1 ml; lichid sau liofilizat Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiunea de lucru în limba de stat la livrare.	ISO
1.2	Ser-control negativ brucelic	Ser-control negativ brucelic	Ucraina	OOO"Ucrvetpro msnab" în colaborare cu OOO"Veterinaraia Meditina"	1 flacon x 1 ml; lichid sau liofilizat Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	1 buc = 1 flacon; 1 flacon x 1 ml; lichid sau liofilizat Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiunea de lucru în limba de stat la livrare.	ISO
2	Brucella abortus antigen pentru Reacția de Fixare a Complementului (RFC)	Brucella antigen for complement fixation test	Franța	IDvet	Suspensie de Brucella abortus biovar 1 Weybridge strain 99, inactivat. Calibrat față de ser de referința internațional (OIESS) cu rezultatul 50% hemolisis in diluție 1/200. 1 flacon x 100 ml; 1 buc= 1 flacon Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiunea de lucru in limba de stat.	Suspensie de Brucella abortus biovar 1 Weybridge strain 99, inactivat. Calibrat față de ser de referința internațional (OIESS) cu rezultatul 50% hemolisis in diluție 1/200. 1 flacon x 100 ml; 1 buc= 1 flacon Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiunea de lucru in limba de stat la livrare.	ISO
3	Bufer veronal pentru reacția de fixare a complementului (RFC)	Veronal bufer	Franța	IDvet	Concentrație 5X, 1 flacon x 500ml, certificat Valabilitate la livrare minnim 1 an. Instrucțiunea de lucru in limba de stat. 1 buc= 1 flacon	Concentrație 4X, 1 flacon x 1000 ml. Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiune de lucru in limba de stat la livrare. 1 buc= 1 flacon	ISO
5	Set pentru diagnosticul leucozei enzootice bovine (LEB) prin reacția de imunodifuziei în gel de agar	Lebcontrol	România	Romvac	Componente: antigen LEB – 1 flacon (150-250 doze), liofilizat; ser pozitiv LEB – liofilizat; diluant; agar-amestec - gata preparat	Componente: antigen LEB – 1 flacon (150 doze), liofilizat; ser pozitiv LEB – liofilizat; diluant; agar-amestec - gata preparat cu tampon TRIS (după	ISO

					cu tampon TRIS (după rețeta producătorului); matrița pentru godeuri conform Prospectului de la producător. Certificat, standartizat față de ser de referința OIE - E05. Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiunea de lucru în limba de stat. 1 buc= 1 doza	rețeta producătorului); matrița pentru godeuri conform Prospectului de la producător. Certificat, standartizat față de ser de referința OIE - E05. Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiunea de lucru în limba de stat. 1 buc= 1 doza	
6	Set pentru diagnosticul epididimitei infecțioasă (Brucella ovis) prin reacția de fixare a complementului (RFC)	Set de diagnostic pentru epididimita infecțioasă la berbeci prin reacția de fixare a complementului	Ucraina	OOO”Ucervetpro msnab” în colaborare cu OOO”Veterinaria Meditina”	1 buc= 1 set a cite 200 doze; Componente: antigen B.ovis care este un extract dintr-o suspensie de corpi bacterieni de B.ovis stain REO 198 standartizat față de ISABoS (ser standart international); ser pozitiv B.ovis; ser negativ B.ovis lipsit de anticorpi anti-B.ovis. Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	1 set – 200 doze Antigen B.ovis Ser pozitiv B.ovis Ser negativ B.ovis Valabilitate la livrare min. 1 an Instrucțiune de lucru in limba de stat la livrare	ISO
8	Set Elisa pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 a virusului Bluetongue la rumegătoare	Bluetongue Competition	Franța	Idvet	1 buc= 1 set a cite 480 doze. Să utilizeze principiul ELISA, microplăci căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, conjugat concentrat de a fi utilizat pe probe individuale ser și plasma; control pozitiv lichid; control negativ lichid; soluție de diluție; soluție substrat; soluția de spălare concentrată; soluție stop. Compatibil speciei de animal menționat. Cu termen de	1 buc= 1 set a cite 480 doze. Se utilizează principiul ELISA, microplăci căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, conjugat concentrat de a fi utilizat pe probe individuale ser și plasma; control pozitiv lichid; control negativ lichid; soluție de diluție; soluție substrat; soluția de spălare concentrată; soluție stop. Compatibil speciei de animal menționat. Cu termen de valabilitate de minim 1 an din	ISO

					valabilitate de minim 1 an din data livrării. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor.	data livrării. Propunerea tehnică va cuprinde pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor.	
9	Set pentru purificarea ARN-lui, tuturor tipurilor de celule și țesuturi de animale (pentru izolarea)	RNA Isolation kit (magnetic beads)	Germania	Microboss	1 buc = 1 set de 100 doze pentru purificarea ARN-ui total din celulele și țesuturile de la animale pe particule magnetice Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor.Să includă certificat de calitate emis de producător	1 buc = 1 set de 100 doze pentru purificarea ARN-ui total din celulele și țesuturile de la animale pe particule magnetice Certificat de calitate emis de producător.	
10	Set pentru determinarea cantitativă a oxitetraciclinei	MaxSignal® Oxytetracycline Elisa kit	SUA	Perkin Elmer	1 buc= 1 set pentru 96 teste cu 6 standarde (0 ; 0.15; 0.375 ; 0.75 ; 1.5 ; 4.5 ng/ml), limita de detectie : 1.5 ppb	1 buc= 1 set pentru 96 teste cu 6 standarde (0 ; 0.15; 0.375 ; 0.75 ; 1.5 ; 4.5 ng/ml), limita de detectie : 1.5 ppb Oxytetracycline Standard Stok	ISO

					Oxytetracycline Standard Stok (450 ng pulbere) Oxytetracycline Spiking Stok (2000 ng pulbere) Oxytetracycline Antybody (12 mL) 100X HRP-Conjugated Antibody (300µL) Antibody 2 diluent (20 mL) 20X Wash Solution (28 mL) Stop Buffer (14 mL) TMB Substrate (12 mL) Standard Diluent (28 mL) 5X OXYTET Extraction Buffer (Optional) (2 x 2,5 mL) 10X TET Sample Diluent (Optional) (28mL) TET Balance Buffer Concentrate (Optional) (5mL) 30X Feed Extraction Buffer (Optional) (10 mL)	(450 ng pulbere) Oxytetracycline Spiking Stok (2000 ng pulbere) Oxytetracycline Antybody (12 mL) 100X HRP-Conjugated Antibody (300µL) Antibody 2 diluent (20 mL) 20X Wash Solution (28 mL) Stop Buffer (14 mL) TMB Substrate (12 mL) Standard Diluent (28 mL) 5X OXYTET Extraction Buffer (Optional) (2 x 2,5 mL) 10X TET Sample Diluent (Optional) (28mL) TET Balance Buffer Concentrate (Optional) (5mL) 30X Feed Extraction Buffer (Optional) (10 mL)	
11	Set pentru determinarea cantitativă a chlortetraciclinei	MaxSignal® Chlorte tracycline Elisa kit	SUA	Perkin Elmer	1 buc= 1 set pentru 96teste cu 6standarde (0; 0,05; 0.1; 0.2; 0.4; 0.8 ng/ml), limita de detectie 0.5 ppb Chlortetracycline Standard Stok (450 ng pulbere) Chlortetracycline Antybody (12 mL) 100X HRP-Conjugated Antibody (0,3 mL) Antibody 2 diluent (20 mL) 20X Wash Solution (28 mL) Stop Buffer (14 mL) TMB Substrate (12 mL) Standard Diluent (28 mL)	1 buc= 1 set pentru 96teste cu 6standarde (0; 0,05; 0.1; 0.2; 0.4; 0.8 ng/ml), limita de detectie 0.5 ppb Chlortetracycline Standard Stok (450 ng pulbere) Chlortetracycline Antybody (12 mL) 100X HRP-Conjugated Antibody (0,3 mL) Antibody 2 diluent (20 mL) 20X Wash Solution (28 mL) Stop Buffer (14 mL) TMB Substrate (12 mL) Standard Diluent (28 mL)	ISO

					5X OXYTET Extraction Buffer (Optional) (2 x 2,5 mL) 10X TET Sample Diluent (Optional) (28mL) TET Balance Buffer Concentrate (Optional) (5mL) 30X Feed Extraction Buffer (Optional) (10 mL)	5X OXYTET Extraction Buffer (Optional) (2 x 2,5 mL) 10X TET Sample Diluent (Optional) (28mL) TET Balance Buffer Concentrate (Optional) (5mL) 30X Feed Extraction Buffer (Optional) (10 mL)	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:**Alexa Gheorghe** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FPC”GGA International Grup”SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ismail 100/2, of. 44**