

**Specificații tehnice (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

<b>Numărul licitației:</b>		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1717075869349					Data: 17/06/2024	Alternativa nr.:	
<b>Denumirea licitației:</b>		Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2024 (repetat 3)					Lot: _____	Pagina: __ din __	
<b>Cod CPV</b>	<b>Nr. Lot</b>	<b>Denumire Lot</b>	<b>Denumirea poziției</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		
3310000-1	2	Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV	Teste rapide pentru determinarea anticorpilor anti HBV	Test Rapid Antigen HBsAg (Codul produsului :IHBSG-402)	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO.,LTD.	<p>Testul Rapid de Diagnostic HBsAg este un test rapid, conceput pentru detecția calitativă a antigenului hepatitic B, în serul uman, plasmă sau sânge integral venos.</p> <p>Instrucțiunea de utilizare în limba română.</p> <p>Prezentarea trusei:</p> <p>Trusa include tot necesarul pentru testarea sângelui capilar (lanceta sterilă, pipeta pentru transferarea sângelui, buffer (optional, depinde de producător), testul propriu zis și instrucțiunea de utilizare).</p> <p>Sensibilitatea ≥ 90.0%</p> <p>Specificitatea ≥ 99.0%</p> <p>Durata testării – 10 - 60 minute</p> <p>Testele trebuie să fie precalificate de OMS.</p> <p><a href="https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/prequalification-reports/whopr?field_whopr_category=63">https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/prequalification-reports/whopr?field_whopr_category=63</a></p>	<p>Testul Rapid de Diagnostic HBsAg este un test rapid, conceput pentru detecția calitativă a antigenului hepatitic B, în serul uman, plasmă sau sânge integral venos.</p> <p>Instrucțiunea de utilizare în limba română.</p> <p>Prezentarea trusei:</p> <p>Trusa include tot necesarul pentru testarea sângelui capilar (lanceta sterilă, pipeta pentru transferarea sângelui, buffer, testul propriu zis și instrucțiunea de utilizare). (IFU Pag.1)</p> <p>Sensibilitatea - 99,87%</p> <p>Specificitatea - 99,86%</p> <p>Durata testării – 15 minute</p> <p>Marcaj CE</p> <p>Facturare N40</p>	DM0007015 26
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator							
		Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: str. Burebista 23, mun. Chișinău, Republica Moldova							