

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21299579/ ocds-b3wdp1-MD-1729167350879 din 22.11.2024

Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2025 (sistem închis)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
3. Consumabile, piese de schimb si reagenți p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod K, 2101	USA	Medica Corp.	Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus..*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Electrod K (original de la producator) p-u analizatorul EasyLytePlus K/Na/Cl	Declaratie e conformitate
	Electrod Na, 2102	USA	Medica Corp.	Electrod Na (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Electrod Na (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte Plus K/Na/Cl	Declaratie e conformitate
	Electrod Cl, 2112	USA	Medica Corp.	Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte Plus K/Na/Cl	Declaratie e conformitate
	Electrod de referinta, 2103	USA	Medica Corp.	Electrod de referinta pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Electrod de referinta (original de la producator) p-u analizatorul EasyLytePlus K/Na/Cl	Declaratie e conformitate
	Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor, 2108	USA	Medica Corp.	Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator) pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator). pentru analizatorul EasyLytePlus K/Na/Cl	Declaratie e conformitate

	Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri, 2104	USA	Medica Corp.	Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri (original de la producator) pentru analizatorul EasyLytePlus K/Na/Cl.	Declaratie e conformitate
	Membrana de asamblare, 2258	USA	Medica Corp.	Membrana de asamblare original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Membrana de asamblare (original de la producator) pentru analizatorul EasyLytePlus K/Na/Cl.	Declaratie e conformitate
	Pachet de reactive (Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml, 2121	USA	Medica Corp.	Pachet de reactive(Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator.*Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Pachet de reactive(Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml (original de la producator) pentru analizatorul EasyLytePlus K/Na/Cl.	Declaratie e conformitate
	Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml), 2118	USA	Medica Corp.	Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl.*Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) (original de la producator) pentru analizatorul EasyLytePlus K/Na/Cl .	Declaratie e conformitate
	Solutie de spalare internal filling solution, 2492	USA	Medica Corp.	Solutie de spalare internal filling solution pentru analizatorul EasyLyte plus K/Na/Cl , in ambalaj original de la producator ,fl 20-50ml original de la producator*Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Solutie de spalare internal filling solution. pentru analizatorul EasyLytePlus K/Na/Cl, (in ambalaj original de la producator),fl - 50ml	Declaratie e conformitate
16. Consumabile pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical	Prime -Plus Sensor Card:w/COO x (standard) 1set/200 teste	USA	Nova Biomedic al	Prime -Plus Sensor Card:w/COOx(standard) 1set/200 teste pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Prime -Plus Sensor Card:w/COOx (standard) 1set/200 teste, pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical	Declaratie e conformitate
	Prime -Plus Sensor Card-BLANK RENAL Sensor Card	USA	Nova Biomedic al	Prime -Plus Sensor Card-BLANK RENAL Sensor Card :(Clinical) teste pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Prime -Plus Sensor Card-BLANK RENAL Sensor Card (Clinical) teste pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical	Declaratie e conformitate

	(Clinical) teste					
	Reference Sensor - Prime-Plus (w/W/R Pump Tubing) (CLINICAL)	USA	Nova Biomedic al	Reference Sensor -Prime-Plus (w/W/R Pump Tubing)(CLINICAL)pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Reference Sensor -Prime-Plus (w/W/R Pump Tubing) (CLINICAL) pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical	Declaratie e conformitate
	Stat Profile Prime Plus Calibrator Catrige 300 Sample	USA	Nova Biomedic al	Stat Profile Prime Plus Calibrator Catrige 400 Sample 1 set/400 teste pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Stat Profile Prime Plus Calibrator Catrige 300 Sample, 1 set/300 teste pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical	Declaratie e conformitate
	Stat Profile Prime Plus Auto QC Catrige 160 sample	USA	Nova Biomedic al	Stat Profile Prime Plus Auto QC Catrige 160 sample 1set/160 teste pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Stat Profile Prime Plus Auto QC Catrige 160 sample, 1set/160 teste pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical	Declaratie e conformitate
	Hirtie termica	USA	Nova Biomedic al	Hirtie termica 57X21 mm pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus,Nova Biomedical Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Hirtie termica 57X21 mm pentru analizator ale gazelor si electrolitilor in singe Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical	Declaratie e conformitate
21. Hîrtie termosensibila, rola 57x20x12	Hîrtie termosensibil a, rola 57x20x12	Italia	Cearacart a	Hirtie termosensibila, rola 57x20x12 *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Hîrtie termosensibila, rola 57x20x12	Declaratie e conformitate

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: director general;

Ofertantul: GBG-MLD RL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2;