

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1715064856851 din 9 mai 2024, 11:00 - 12 mai 2024, 11:00

Obiectul achiziției: Clame hemostatice și dispozitive pentru ligaturarea polipilor (Repetat)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1.1	331000-00-1	Clame hemostatice endoscopice (set de singura folosință)	SX-HC-2300-090L	China	SHANGXIAN MINIMAL INVASIV	Clame hemostatice endoscopice (set de singura folosință). Lungimea cateter – 2200mm, diametru – 2,8 mm, open width – 11 mm	Clame hemostatice endoscopice (set de singura folosință). Lungimea cateter – 2200mm, diametru – 2,8 mm, open width – 11 mm Conform broșurii anexate	CE/ISO
1.2	331000-00-1	Dispozitiv pentru ligaturarea polipilor	HX-400U-30	Japonia	Olympus	Lungimea cateter – 2300 mm, canal endoscop 2,8 mm, diametru 30 mm	Lungimea cateter – 2300 mm, canal endoscop 2,8 mm, diametru 30 mm Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**