

Specificații tehnice (F4.1)

Cerere a Ofertelor de Prețuri 21005810						Data: „14” Martie 2019	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:	"Achiziționarea reactivelor pentru laborator pentru anul 2019"					Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lotul III. Reactivi pentru investigații coagulologice, analizator Helena C-4 (sistem închis)						
3.1	33600000-6	Tromboplasina lichidă+Calcium Chloride,metoda CLOT ISI≤ 1,3	TS735	Federația Rusă	Tehnologia Standart	Marcaj CE , Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x10,0 ml tromboplastină + Ca Cl2	Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x10,0 ml tromboplastină + Ca Cl2	Certificat ISO
3.2	33600000-6	Plasmă de control normal pentru Protrombină	TS774	Federația Rusă	Tehnologia Standart	Marcaj CE , Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Certificat ISO
3.3	33600000-6	Plasmă de control patologic pentru Protrombină	TS775	Federația Rusă	Tehnologia Standart	Marcaj CE , Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Certificat ISO
3.4	33600000-6	Plasmă de control patologic grava pentru Protrombină	TS775	Federația Rusă	Tehnologia Standart	Marcaj CE , Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Certificat ISO
3.5	33600000-6	Calibrator universal	TS773	Federația Rusă	Tehnologia Standart	Marcaj CE , Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj 1,0 ml	Certificat ISO
3.6	33600000-6	Trombin reagent (Fibrinogen), Fibrinofen calibrator, Owrens Bufer, metoda Claus	TS094	Federația Rusă	Tehnologia Standart	Marcaj CE , Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 5x4,0 ml trombin reagent, 2x1,0 ml fibrinogen calibrator, 2,0x25 ml Owrens Bufer	Marcaj CE , Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 2 fl trombin liofilizat reagent, Diluant 10,5 ml x 1 fl, Plasma de control cu fibrinogen 1 flx 1 ml, 10 ml x 1 fl Bufer	Certificat CE; ISO
3.7	33600000-6	Trombina (TT)	TS609	Federația Rusă	Tehnologia Standart	Marcaj CE , Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 10x2,0 ml trombină	Marcaj CE , Compatibile cu aparatul Helena C-4 , ambalaj Set: 4 fl de trombină liofilizata	Certificat CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9