

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1779783014169/21624853 din: 26.05.2026 conform SIARSAP Mtender | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------|---|--|--|------------------------|
| Obiectul achiziției: Instrumente si accesorii pentru utilizare în laparoscopie | | | | | | | |
| Nr. | Denumirea lot | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| Bunuri/servicii | | | | | | | |
| 1 | Telescop optic-laparoscopic | KS103330 | Turcia | QAMARA ENDOSKOPI MEDIKAL SISTEMLER SAN. VE TIC. LTD.STI. | Unghi de vedere laterală- 30 grade. De rezolutie HD Diametrul extern- 10mm, Lungime- 30-33cm autoclavabile Compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la sursa de lumina Endolight Highlight x300 Telescopul rigid să fie prevăzut cu protecție optică distală și proximală din safir (sapphire protection window / sapphire lens cover)” | Unghi de vedere laterală- 30 grade. De rezolutie HD Diametrul extern- 10mm, Lungime- 313mm autoclavabile Compatibil cu endocam logic HD 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la sursa de lumina Endolight Highlight x300 Telescopul rigid să fie prevăzut cu protecție optică distală și proximală din safir (sapphire protection window / sapphire lens cover)” | CE ISO, DM000862301 |
| Semnat: _____ Numele, Prenumele Jighili Tatiana În calitate de: administrator Ofertantul: SRL Triumf-Motiv Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4 | | | | | | | |