

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21187107 din 05.04.2024
Obiectul de achiziție: <i>Servicii de întreținere/reparație a utilajului medical (de autoclavare, de termodezinfecție, mașină de spălat instrumente, de împachetare, electrocardiograf)</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 - Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical - (autoclavare, de termodezinfecție, mașină de spălat instrumente)						
Mașină de spălat instrumente-Melaclean, Anul producerii 2008-2010 (5 unități)	MELAclean	Germania	Melag	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Masina pentru tennodezinfectieWD 15, Anul producerii 2014 (1 unitate)	Getinge WD 15	Suedia	Getinge	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne.În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne.În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Masina pentru termodezinfectie-MELAtherm10, Anul producerii 2012 (1unitate)	MELAtherm 10	Germania	Melag	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Lotul 2- Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical de autoclavare.						

Autoclav-Euroclav 23S , Anul producerii 2007 (3 unități)	Autoclav-Euroclav 23S	Germania	Melag	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Autoclav- Euroclav 23VS , Anul producerii 2008-2009 (2unități)	Autoclav-Euroclav 23VS	Germania	Melag	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Autoclav – HS33, Anul producerii 2014 (1 unitate)	Autoclav HS33	Suedia	Getinge	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Autoclav-Cliniklav 25, Anul producerii 2011-2013(3 unități)	Autoclav-Cliniklav 25	Germania	Melag	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Lotul 3- Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical - mașină de împachetare						
Masina pentru impachetarea instrumentariului si textilelor medicale-Melaseal , Anul producerii 2007-2009 (5 unități)	Melaseal	Germania	Melag	Profilaxia sistemului de presare/lipire impreuna cu cutitul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Profilaxia sistemului de presare/lipire impreuna cu cutitul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Lotul 4- Servicii de întreținere (reparație) a utilajului medical						
Aparat pentru drenaj limfatic BTL Lymphastim 6000 TopLine, Anul producerii 2011 (1 unitate)	BTL Lymphastim 6000 TopLine	Marea Britanie	BTL	Profilaxia sistemului de presare/lipire impreuna cu cutitul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Profilaxia sistemului de presare/lipire impreuna cu cutitul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Lotul 5- Servicii de întreținere (reparație) a utilajului medical recuperare						

Combină model BTL 5816 SLM	BTL 5816 SLM	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Combină model BTL-4800 LM2	BTL-4800 LM2	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Combină model BTL5000 SWT	BTL5000 SWT	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Combina model BTL 5816 SLM	BTL-5816SLM	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Combină model BTL 4810 S	BTL-4810S	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
BTL 4000 series	BTL-4000	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Combină model 6000 SWT	BTL-6000 SWT	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	
Lotul 6- Servicii de întreținere (reparație) a utilajului medical electrocardiograf						
Electrocardiograf BTL08-SD3, Anul producerii 2011 (8 unități)	BTL 08-SD3	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zagoreanu Tatiana În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: Polisano Prim SRL Adresa: or. Chișinău , str. Testemițanu 3/18