

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **Coloanelor cromatografice și precoloane HPLC și GC**
prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: **Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**
2. IDNO: **1006601004002**
3. Adresa: **MD-2028, Republica Moldova, Chișinău, str. Korolenko 2/1**
4. Numărul de telefon/fax: **tel. (+373 22) 88-43-01 fax (+373 22) 88-43-55**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **office@amdm.gov.md, www.amdm.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritate administrativă centrală, obiectul principal de activitate fiind reglementarea și supravegherea în domeniul medicamentelor, activități farmaceutice și dispozitivelor medicale**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	33140 000-3	Coloană cromatografică Inertsil ODS-3V, 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzătoare cu coloana Producator: GL Sciences	buc.	1	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 temp. limits: 60°C carbon load: 15,5% Endcapped: yes	19500
2	33140 000-3	Coloană cromatografică Inertsil Phenyl, 5µm, 100x3 mm, tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzătoare cu coloana	buc.	1	Coloană tip cartridge cu lungimea 100 mm, diametrul 3 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si	19500

		Producator: GL Sciences			precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 450 m2/g pH range 2.0-7.5 carbon load: 9,5% Endcapped: no	
3	33140 000-3	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C18, 250 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	buc.	2	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse C 18 cu lungimea 250 x 4,6mm, dimensiunea particulelor 5µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 95Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load :10,5% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1	32000
4	33140 000-3	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB C18, 150 x4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	buc.	1	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse C 18 cu lungimea 150 x 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5µm, cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 95Å Surface Area: 160 m2/g Carbon load :10,5% pH range 2.0-9.0 Clasificare USP: L 1	16000
5	33140 000-3	Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,250 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Thermo Scientific™	buc.	1	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 250 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 130Å Surface Area: 170 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 11% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L1	22000
6	33140 000-3	Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Thermo Scientific™	buc.	1	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 130Å Surface Area: 170 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 11% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L1	22000

7	33140 000-3	Coloana cromatografica Hypersil BDS C18 ,150 x4,0 (4,6) mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Prodicator: Thermo Scientific™	buc.	1	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 150 mm, diametrul 4,0 (4,6) mm, dimensiunea particulelor 5 µm cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 130Å Surface Area: 170 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 60°C carbon load: 11% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L1	22000
8	33140 000-3	Coloana cromatografica Hypersil BDS C18, 30 x4,6 (4,6) mm, 2,4 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Prodicator:Thermo Scientific™	buc.	1	Coloana cromatografica BDS C18 cu lungimea 30 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 2,4 µm cu cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 130Å Surface Area: 170 m2/g pH range 2.0-9.0 temp. limits: 60°C carbon load: 11% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L1	25500
9	33140 000-3	Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Prodicator:Phenomex	buc.	2	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	56200
10	33140 000-3	Coloană cromatografică Luna C8 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Prodicator:Phenomex	buc.	1	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes Clasificare dupa USP: L7	28100
11	33140 000-3	Coloană cromatografică Luna C18, 100 Å , 3µm, 100x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Prodicator:Phenomex	buc.	1	Coloană cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	30000

					Clasificare dupa USP: L1	
12	33140 000-3	Coloană cromatografică Luna Phenyl-Hexyl, 3µm, 100x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Producator:Phenomex	buc.	1	Coloană cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	28100
13	33140 000-3	Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Producator:Phenomex	buc.	1	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g pH range 1.5-9.0 carbon load: 17,5% Endcapped: yes	22450
14	33140 000-3	Coloană cromatografică Spherisorb C8 80Å, 100 mm x 4,6 , 3 µm cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters	buc.	1	Coloană cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 carbon load: 6,0% Endcapped: yes Clasificare USP: L 7	22000
15	33140 000-3	Coloană cromatografică Spherisorb C8 80Å, 150 mm x 4,6 , 5 µm cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters	buc.	1	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 carbon load: 6,0% Endcapped: yes Clasificare USP: L 7	20000
16	33140 000-3	Coloană cromatografică Spherisorb C8 80Å, 250 mm x 4,6 , 5 µm cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters	buc.	1	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 carbon load: 6,0% Endcapped: yes Clasificare USP: L 7	20000
17	33140 000-3	Coloană cromatografică Spherisorb S5 C6 80Å, 150 mm x 4,0(4,6) , 5 µm cu set	buc.	1	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de	17500

		de holdere și precoloane corespunzătoare cu coloana Producator: Waters			holdere si precoloane corespunzătoare cu coloana . Pore Size: 80Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 5,0% Endcapped: yes Clasificare USP: L 15	
18	33140 000-3	Coloana cromatografica XTerra MS C18 Column, 125Å, 5.0 µm, 4.6 mm X 250 mm, cu set de holdere corespunzătoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters	buc.	1	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5,0µm, cu set de holdere si precoloane corespunzătoare cu coloana . Pore Size: 125 Å Surface Area: 175 m2/g pH range 1.0-12.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 16 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1	20000
19	33140 000-3	Coloana cromatografica XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, cu set de holdere corespunzătoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters	buc.	1	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3,5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzătoare cu coloana . Pore Size: 125 Å Surface Area: 175 m2/g pH range 1.0-12.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 16 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1	20000
20	33140 000-3	Coloană cromatografică Symmetry C4 Column, 300 Å, 3.5 µm, 4.6 mm x 150 mm, cu set de holdere și precoloane corespunzătoare cu coloana Producator: Waters	buc.	1	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3.5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzătoare cu coloana . Pore Size: 300Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 carbon load: 2.8% Endcapped: yes Clasificare USP: L 26	27000
21	33140 000-3	Coloană cromatografică Luna 5 µm PFP(2) 100 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, Ea (Pentafluorophenyl propyl), 5µm, 250x4,0 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzătoare cu coloana, si set de precoloane	buc.	1	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzătoare cu coloana . Ligand Type: Fluorophenyl Pore Size: 100Å Surface Area: 400 m2/g Clasificare USP:L43	28000
22	33140 000-3	Coloană cromatografică Luna 3 µm C8(2) 100 Å, LC Column 100 x 4.6 mm, Ea, tip	buc.	1	Coloană tip cartridge cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3	28000

		cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane			µm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å carbon load: 13.0 % Surface Area: 400 m2/g Clasificare USP:L7	
23	33140 000-3	Coloană cromatografică Luna Omega Polar C18 100 Å, LC Column, 1.6 µm 100 x 2.1 mm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	buc.	1	Coloană tip cartridge cu lungimea 100 mm, diametrul 2.1 mm, dimensiunea particulelor 1.6 µm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 100Å carbon load: 11 % Surface Area: 400 m2/g Clasificare USP:L1	28000
24	33140 000-3	Coloană cromatografică Spherisorb Amino (NH2) Column, Aminopropylsilyl(NH2) silica gel, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters	buc.	1	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 80 Å Carbon Load: 2% End-Cap: no Surface Area: 220 m ² /g pH Range: 2 to 8 Maximum Temperature: 80 °C Clasificare USP: L8	21500
25	33140 000-3	Coloană cromatografică ZORBAX Original NH2, 4.6 x 250 mm, 5 µm Aminopropylsilyl(NH2) silica gel, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Agilent	buc.	1	Coloană tip cartridge cu lungimea 250 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 220 m ² /g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8	21500
26	33140 000-3	Coloană cromatografică ZORBAX Original NH2, 4.6 x 150 mm, 5 µm Aminopropylsilyl(NH2) silica gel, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm tip cartridge cu set de holdere	buc.	1	Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 5,0 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana .	19500

		și precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Agilent			Stationary Phase Category: amino Ligand Type: aminopropylsilane Particle: 5 µm, spherical Pore Size: 70 Å Carbon Load: 4% End-Cap: yes Surface Area: 220 m ² /g pH Range: 2 to 7 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L8	
27	33140 000-3	Coloană ZORBAX Rx-SIL Column, 4.6 x 150 mm, 5µm, cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Agilent	buc.	1	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele Pore Size: 80Å pH range 0.8-8.0 Clasificare USP: L3	20500
28	33140 000-3	Coloană ZORBAX Rx-SIL Column, 4.6 x 250 mm, 5µm, cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Agilent	buc.	1	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele Phase: SB-CN Pore Size: 80Å pH range 0.8-8.0 Clasificare USP: L3	20500
29	33140 000-3	Coloană ZORBAX SB CN Column, 4.6 x 250 mm, 5µm, cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Agilent	buc.	1	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele Pore Size: 80Å pH range 1-8.0 carbon load: 4 % Clasificare USP: L10	20500
30	33140 000-3	Coloană IntertSustain AQ-C18, 250*4.6 mm.3 mkm cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	buc.	1	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3 µm, compatibilă cu holderele Pore Size: 100Å Surface Area: 350 m ² /g pH range 1.0-10.0 carbon load: 13 % End-Cap: yes Clasificare USP: L1	20000
31	33140 000-3	Coloană NUCLEOSIL 100-7, C6H5, 7 µm, 250x4.6 mm (Phenyl (C6H5) modification),cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	buc.	1	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 7 µm, compatibilă cu holderele Pore Size: 100Å Surface Area: 350 m ² /g pH range 2.0-8.0 Maximum Temperature: 60 °C carbon load: 8 % Clasificare USP: L11	15000
32	33140 000-3	Coloana cromatografica ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm 2.1	buc.	1	Coloană cu lungimea 50 mm, diametrul 2.1 mm, dimensiunea particulelor 1.7 µm, compatibilă	24500

		mm X 50 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters			cu holder de coloană si precoloane Stationary Phase Category: Reversed Phase Particle: hybrid Pore Size: 130 Å Carbon Load: 18% End-Cap: yes pH Range: 1 to12 Clasificare USP: L1	
33	33140 000-3	Coloana cromatografica Symmetry C18 100Å, 250mm*4,6 mm,5 µm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	buc.	1	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane Pore Size: 100 Å Surface Area: 335 m2/g pH range 2.0-8.0 temp. limits: 20-45,0°C carbon load: 19 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1	20000
34	33140 000-3	Coloană cromatografică ACQUITY UPLC BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	buc.	1	Coloană cu lungimea 50 mm, diametrul 2.1 mm, dimensiunea particulelor 1.7 µm, compatibilă cu holderele de coloană si precoloane. Stationary Phase Category: Reversed Phase Particle: 1.7 µm Spherical Pore Size: 300 Å Carbon Load: 8 % End-Cap: no pH Range: 2.0 to 12 Clasificare USP: L26	20000
35	33140 000-3	Coloana cromatografica XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.50 µm, 4.6 mm X 100 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters	buc.	1	Coloană cu lungimea 100 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3,5µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 130 Å carbon load: 12% Particle: 3,5 µm Spherical Surface Area: 185 m2/g pH range 1.0-12.0 Endcapped: yes Clasificare USP: L 1	27000
36	33140 000-3	Coloană cromatografică Spherisorb ODS 2 C18, 80Å, 150 mm x 4,6mm, 5 µm cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana Producator: Waters	buc.	1	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 80Å Surface Area: 220 m2/g pH range 2.0-8.0 carbon load: 12% Endcapped: yes Clasificare USP: L 1	19000

37	33140 000-3	Coloana cromatografica Xterra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters	buc.	1	Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 125 Å Surface Area: 175 m2/g pH range 2.0-12.0 carbon load: 15 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1	22000
38	33140 000-3	Coloana cromatografica Xterra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Waters	buc.	1	Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . Pore Size: 125 Å Surface Area: 175 m2/g pH range 2.0-12.0 carbon load: 15 % Endcapped: yes Clasificare USP: L 1	22000
39	33140 000-3	Coloana cromatografica Zorbax Eclipse XDB-Phenyl , 150 x4,6mm, 5 µm, tip cartridge, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Producator: Agilent	buc.	1	Coloana cromatografica, cu lungimea 150mm, diametrul 4,6 mm, 5 µm cu set de protectie, corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane Pore Size: 80Å Carbon load : 7.2% pH range 2.0-9.0 Surface Area: 180 m2/g Endcapped double Clasificare USP: L 11	22000
40	33140 000-3	Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 6% cyanonopropylphenyl -94%-methylpolisiloxane DB-624 GC, 30m*0.32mm, 1.8 µm	buc.	1	Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 6% cyanopropilphenyl -94%-methylpolisiloxane size: l – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.8 µm. configurarea 7 inch Temp: -20 - 260 °C Polaritatea: Mid Polarity Clasificare USP: G43	20500
41	33140 000-3	Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 6% cyanonopropylphenyl -94%-methylpolisiloxane DB-624 GC, 30m*0.53mm, 1.0 µm	buc.	1	Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 6% cyanonopropylphenyl -94%-methylpolisiloxane size: l – 30 m, diametru 0,32 mm, grosimea peliculei – 1.0 µm. configurarea 7 inch Temp: -20 - 260 °C Polaritatea: Mid Polarity Clasificare USP: G43	20500
42	33140 000-3	Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 100% polyethylene glycol, DB-WAX 10m*0.53mm, 1.0 µm	buc.	1	Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 100% polyethylene glycol	20500

					size: 1 – 10 m, diametru 0,53 mm, grosimea peliculei – 1.0 µm. configurarea 7 inch Temp: 20 °C to 230 °C. Polaritatea: High Polarity Clasificare USP: G39	
43	33140 000-3	Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 20% phenylmethyl 80% dimethylpolysiloxane DB35, 30m*0.53mm, 1.0µm	buc.	1	Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 20% phenylmethyl 80% dimethylpolysiloxane size: 1 – 30 m, diametru 0,53 mm, grosimea peliculei – 1.0 µm, configurarea 7 inch. Temp: -20 °C to 280 °C. Clasificare USP: G46	20500
44	33140 000-3	44.Coloana capilară pentru cromatografie de gaze 100% polyethylene glycol, ZB-WAX sau DB-WAX 60m*0.25mm, 0,25 m	buc.	1	Material: Fused Silica Faza stationara, compozitia: 100% polyethylene glycol size: 1 – 60 m, diametru 0,25 mm, grosimea peliculei – 0,25 µm, configurarea 7 inch. Temp: 40 °C to 250 (260) °C. Clasificare USP: G39	20500
Valoarea estimativă totală						1011850,0 0

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **Nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) **Pentru toate loturile;**
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **Livrarea bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
---------	---	---	---------------------------------

1	Cerere de participare conform Anexei nr. 7 din Documentația Standard	-Confirmată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativ
2	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr. 8 din Documentația Standard	-Confirmată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativ
3	Specificații de preț conform Anexei 23 din Documentația Standard	-Confirmată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativ
4	Specificații tehnice conform Anexei 22 din Documentația Standard	-Confirmată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativ
5	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European completat ((APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 11 iunie 2020)	-Confirmată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativ
6	Garanția de ofertă	- Conform pct. 17 din Anunțul de participare	Obligativ
7	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	- cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 45 din 24-11-2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani,	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ca document obligatoriu ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	-copie- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligativ
9	Eligibilitatea ofertantului	1.Lipsa restanței la impozitele (certificat sau link SFS)	Obligativ
10	Capacitatea tehnică și profesională	La evaluare se prezintă: - <u>Anexa nr.12 din Documentația Standard</u>	Obligativ

11	Standarde de asigurare a calității	1. Certificatul de management al calității ISO 9001 al producătorului 2. Autorizația de la producător	Obligativ
12	Extras din catalogul producătorului pentru fiecare lot în parte	- confirmate prin semnătura electronică a Participantului	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă, obligativ la depunerea ofertelor.

Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: **2%** din valoarea ofertei fără TVA. Se va completa conform **Anexei nr. 9** din Documentația Standard. Oferta va fi însoțită de o *Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante*, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE
- Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT
- Codul fiscal: 1006601004002
- Contul de decontare: **MD08TRPCAA518410A00418AA**
- Contul trezorerial: TREZMD2X
- Contul bancar: 33114001

18. Garanția de bună execuție a contractului - obligativ la semnarea contractului - în cuantum de 5 %.

Suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat. Se va completa conform **Anexei nr. 10** din Documentația Standard. Contractul va fi însoțit de o *Garanție de bună execuție emisă de o bancă comercială sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante*, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plății: AGENȚIA MEDICAMENTULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE
- Denumirea Băncii: MINISTERUL FINANTELOR – TREZORERIA DE STAT
- Codul fiscal: 1006601004002
- Contul de decontare: **MD84TRPCAA518440B00418AA**
- Contul trezorerial: TREZMD2X
- Contul bancar: 33114001

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data deschiderii ofertelor

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat**

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplică**

33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**

34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **BAP nr. 33 din 29.04.2025**

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **conform SIA RSAP**

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	nu se acceptă
Facturarea electronică	se acceptă
Plățile electronice	se acceptă

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**

38. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____

Dragoș GUȚU