

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1667561735358 din 14 nov 2022, 10:30 - 21 nov 2022, 10:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 21)

Cod CP V	Nr. d/o	Denumire Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
			1	2	3	4	5	6	7
			Bunuri/servicii						
331 000 00- 1	11	Perimetru computerizat	Perimetru computerizat	Twinfield®2	Germania	Oculus Optikgeräte GmbH	Perimetru computerizat Diapazonul temporal maximal: 90°; Stimulus duration 200 ms Visual field testing distance 30 cm Background illumination 31.5 ASB Măsurarea pupilei automat; RelEYE eye review Marimea stimulării (după Goldmann): I, II, III, IV, V ; Metode: standart W/W, Albastru/ Rosu pe Alb; Albastru pe Galben Fixation control: Heijl-Krakau blind spot monitor, Video eye monitor, Gaze tracking, Head tracking, Vertex monitoring Strategii: SITA Standard, SITA Fast, SITA Faster, Full Threshold, FastPac, SITA-SWAP	Perimetru computerizat Diapazonul temporal maximal: 90°; Stimulus duration 200 ms/user defined Visual field testing distance 30 cm Background illumination 0 – 318 cd/m2 (0 – 1000 asb) Măsurarea pupilei automat; RelEYE eye review Marimea stimulării (după Goldmann): I, III,V ; Metode: standart W/W, Albastru/ Rosu pe Alb; Albastru pe Galben Fixation control: Heijl-Krakau blind spot monitor, Video eye monitor, Gaze tracking, Head tracking, Vertex monitoring Strategii: SITA Standard,	CE/ISO

						Specialty test library: Social Security Disability, monocular, binocular, Esterman monocular, binocular, superior 36, 64, Kinetic testing, Custom Static testing Calculator integrat cu perimetru computerizat, cu aplicatie de monitorizare a pacientilor; Ecran tactil (touchscreen); Keyboard Programe si rapoarte: Single Field Analysis (SFA), Glaucoma Hemifield Test (GHT), Visual Field Index (VFI), Guided Progression Analysis (GPA), Mixed GPA, Serial field overview Rețele: DICOM, EMR; Masa/suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 230V (± 10%), 50 Hz.	SITA Fast, SITA Faster, Full Threshold, FastPac, SITA-SWAP Specialty test library: Threshold strategies: OCULUS Fast Threshold, Full Threshold (4-2), CLIP,Optional: SPARK strategy Age-adapted supra-threshold screening (2-zone, 3-zone, quantify defect, OCULUS Class strategy) Calculator integrat cu perimetru computerizat, cu aplicatie de monitorizare a pacientilor; Ecran tactil (touchscreen); Keyboard. Programe si rapoarte: Pre-defined glaucoma, macula, neurological and screening tests;Static-kinetic screening; User-defined tests, Glaucoma Staging Program (GSP), Threshold Noiseless Trend (TNT) progression report. Rețele: USB / DICOM ; Masa/suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; Alimentare curent	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

								alternativ 230V ($\pm$ 10%), 50 Hz.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Ofertantul: “AG Medical”SRL
Semnat: _____
Numele, Prenumele: **Rusu Cristina**
În calitate de: **administrator**