

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1610692561262

Data: „12” Februarie 2021

Lot: _____

Alternativa nr.: _____

Pagina: _____ din _____

„Reactivi de laborator pentru dispozitive medicale de tip închis pentru anul 2021”

Nr. Lot/ poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolei	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 5 - Reactivi pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis								
5.1.	33696500-0	Set pentru determinarea timpului de protrombină (TTP)	A0230-100	Germania	TECO	Ambalaj 10x10ml (2000 teste). Conținut tromboplastină liofilizată cu activ. 13-18 s. și ISI nu mai mult de 1,1 și calciu clorid. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificat de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru „Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatorii în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Ambalaj 10x10ml (2000 teste). Conținut tromboplastină liofilizată cu activ. 13-18 s. și ISI nu mai mult de 1,1 și calciu clorid. Reactivii dispun de certificat, sau declarația CE, „Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii sunt obligatorii în ambalajul producătorului. Dispunem de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător.	Certificat CE; ISO
5.2.	33696500-0	Set pentru determinarea fibrinogenului fără diluție prealabilă a plazmei	A0511-050	Germania	TECO	Ambalaj 10X5ml (2000 teste). Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificat de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru „Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatorii în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Ambalaj 10X5ml (2000 teste). Reactivii dispun de certificat CE, certificat de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru „Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii sunt în ambalajul producătorului. Dispunem de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător.	Certificat CE; ISO
5.3.	33696500-0	IBS Buffer 1fl 125 ml (1000 teste), pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis	A0590-125	Germania	TECO	Ambalaj 10X125ml (1000 teste). Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificat de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru „Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatorii în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Ambalaj 10X125ml (1000 teste). Reactivii dispun de certificat CE, certificat de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru „Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii sunt în ambalajul producătorului. Dispunem de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător.	Certificat CE; ISO



5.4.	33696500-0	Calibrator universal la PT, FIB, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis.	P8001-010	Germania	TECO	Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de același producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator este produs de același producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP). Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Certificat CE; ISO
5.5.	33696500-0	Plasma de control normal pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului	P6001-010	Germania	TECO	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de același producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control sunt produse de același producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Certificat CE; ISO
5.6.	33696500-0	Plasma de control patologic pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului	P6101-010	Germania	TECO	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de același producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control sunt produse de același producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Certificat CE; ISO
5.7.	33696500-0	Microcuvă pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis	24 100 00	Germania	TECO	De la producător coagulometru „Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis). Ambalaj 1*500 de la producător și trebuie să fie cu codul de la producător la fiecare cutie. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	De la producător coagulometru „Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis). Ambalaj 1*500 de la producător și este cu codul de la producător la fiecare cutie. În mod obligatoriu vom prezenta mostre.	Certificat CE; ISO
Lotul 7 - Reactivi pentru analizator de urină Mission U 500, sistem închis (ACON, United States)								
7.1.	33696500-0	Glicoză, bilirubină, cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen, nitrite, leucocite.	Mission 10U	SUA	ACON	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500	Certificat CE; ISO
7.2.	33696500-0	Material pentru controlul calității urinei cu 2 nivele (normal și patologic) (2fl.*5ml)	U021-011	SUA	ACON	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500 (Glicoză, bilirubină, cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen, nitrite, leucocite)	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500 (Glicoză, bilirubină, cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen, nitrite, leucocite)	Certificat CE; ISO

Semnat:  Numele, prenumele: Goreacii Vitalie, în calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A Corobeanu 7A, ap.9

