

Lot	Denumire lot	Specificatia tehnica	Specificatia tehnica propusa
26	Defibrilator	Defibrilator extern, automat, manual cu caracteristici avansate. 1. Defibrilator: Selectarea energiei: internă : 5-50 J, externă: adult 50-360 bifazic, pediatric/nou născut : 2-20 J. Controlul padelelor: încărcare, descărcare. Forma de unda la ieșire: bifazică. Prezenta sincronizatorului. Regim de operare: manual, automat. 2. Display: Mărime minim: 6 inch. Color, TFT LCD. Afișarea derivațiilor bipolare 1,2,3. Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor Afișarea ritmului cardiac. Alarmer ale ritmului cardiac. Interval BPM minim necesar: 30-300 Acuratețea ± 1 BPM. 3. Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi Interval BPM minim necesar: 30-300 Acuratețea ± 1 BPM. Depistare pacemaker. Protecție în potruva șocurilor de defibrilare minim 400 J. Mesaje de alarmă - HR, Asistola, VF, VT. 4. Imprimantă pentru ECG Viteza hârtiei – 25, 50 mm/sec. Imprimata termica incorporata. Printare auto și manuală. 5. Memorie: Memorie interna- da Informația stocata: ecg, șocurile. 6. Alimentare: De la rețea: 220V, 50-60 Hz Acumulator intern reîncarcabil: 2 ore la monitorizare sau 100 de șocuri. 7. Accesorii: Padele reutilizabile: adult si pediatrice – 1set Cablul ECG cu 3 derivații: 2 buc Electrozi ECG adezivi: 100 buc.	Model propus: Defibrilator DFM600, prod. Okuman Medical, Turcia <i>*Cererea de Notificare acceptat de AMDM spre inregistrare a dispozitivelor este atasata am oferta „, Notificare Okuman d.35-23”</i> Defibrilator extern, automat, manual cu caracteristici avansate. 1. Defibrilator: Selectarea energiei: internă : 5-50 J, - 1-50J; externă: adult 50-360 bifazic, - 1-360 J, bifazic; pediatric/nou născut : 2-20 J. - 1-20J; Controlul padelelor: încărcare, descărcare.- da, încărcare, descărcare; Forma de unda la ieșire: bifazică. – da, bifazică; Prezenta sincronizatorului.- da, present; Regim de operare: manual, automat. – manual/automat; 2. Display: Mărime minim: 6 inch.- 8,4 inch; Color, TFT LCD. – da; Afișarea derivațiilor bipolare 1,2,3. – da; Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor – da; Afișarea ritmului cardiac. – da; Alarmer ale ritmului cardiac. – da; Interval BPM minim necesar: 30-300 – 15-300 bpm; Acuratețea ± 1 BPM. – da, ± 1 bpm; 3. Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi – da; Interval BPM minim necesar: 30-300 – 15-300 bpm; Acuratețea ± 1 BPM. – da, ± 1 bpm; Depistare pacemaker. – da; Protecție în potruva șocurilor de defibrilare minim 400 J. – da, 400J; Mesaje de alarmă - HR, Asistola, VF, VT. – da; 4. Imprimantă pentru ECG Viteza hârtiei – 25, 50 mm/sec. - 12,5, 25, 50 mm/sec. Imprimata termica incorporata. – da; Printare auto și manuală. – da;

	Hârtie termica pentru imprimanta- 3 seturi Gel de contact pentru padele – 2 buc. Troliu mobil cu 4 roti, minim 2 blocabile Coș pentru depozitare accesorii- 1 buc. Cablul de alimentare lung minim 3 m- 1 buc. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	5. Memorie: Memorie interna- da – da; Informația stocată: ecg, șocurile. – da; 6. Alimentare: De la rețea: 220V, 50-60 Hz – da; Acumulator intern reîncarcabil: 2 ore la monitorizare sau 100 de șocuri. - 6 ore la monitorizare sau 120 de șocuri. 7. Accesorii: Padele reutilizabile: adult si pediatrie – 1set Cablul ECG cu 3 derivații: 2 buc Electrozi ECG adezivi: 100 buc. Hârtie termica pentru imprimanta- 3 seturi Gel de contact pentru padele – 2 buc. Troliu mobil cu 4 roti, minim 2 blocabile Coș pentru depozitare accesorii- 1 buc. Cablul de alimentare lung minim 3 m- 1 buc. *-Toate accesoriile solicitate sunt incluse în oferta. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.
--	--	---