

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1754311939142</u>	Data: „03” <u>octombrie</u> 2025	Alternativa nr.: <u>Nu se oferă</u>
Denumirea licitației:	<u>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)</u>		Pagina: <u>1</u> din <u>2</u>

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	143	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007093)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007093)	TS3962 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Italia	Lumed S.R.L.	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007093), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual, Bucată	1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,2mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual,Bucată	Numărul de înregistrare AMDM DM000778740
33100000-1	144	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	910004 Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Italia	MIR S.R.L.	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094), 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință, Bucată	1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5 mm Diametru exterior – 33.3 mm, Lungime – 41.5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință, Bucată	Numărul de înregistrare AMDM DM000677535
33100000-1	146	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro (007096)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro (007096)	TS8263 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro	Italia	Lumed S.R.L.	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro (007096), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25,3mm ±0,2mm Diametru exterior – 27,7mm +0,4mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	Numărul de înregistrare AMDM DM000209735

33100000-1	147	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX (007097)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX (007097)	TS5218 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre Pony FX	Italia	Lumed S.R.L.	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX (007097), 1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,2mm Diametru exterior – 30,5 mm ±0,2mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	Numărul de înregistrare AMDM DM000209734
33100000-1	148	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 (007098)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 (007098)	TS3962 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500	Italia	Lumed S.R.L.	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 (007098), 1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,2mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	Numărul de înregistrare AMDM DM000778740
33100000-1	149	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CМП-21/01-"P-Д" (007099)	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CМП-21/01-"P-Д" (007099)	TS9190 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CМП-21/01-"P-Д"	Italia	Lumed S.R.L.	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CМП-21/01-"P-Д" (007099), 1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,5mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu CМП-21/01-"P-Д" 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24,2mm ±0,2mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu CМП-21/01-"P-Д" 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată	Numărul de înregistrare AMDM DM000778740

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**