

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21177341 din 06.03.2024**Obiectul de achiziție: Piese p/u utilaj medical - 2024**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
2. Lampă bactericidă 30W	HNS 30W G13	Germania	Osram	G30w T8, conector G13, UV-C Ozone Free. Termen efectiv de lucru minim 10000 ore. Lămpile să dispuna de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru	30w , conector G13, UV-C Ozone Free. Durată de viață 9000 ore. Lungime de undă dominantă: 254 nm (versiunea OFR)	ISO
Total lot 2						
Lotul 6						
6. Reductor de presiune (Oxygen)	RO.300.12240/ 3/4"	Italia	SUN O SUB	Reductor de presiune (Oxygen) - DIN 477 Nr.9, G3/4". Presiune de intrare 300-10bar. Presiune de ieșire 4,5 (±0,5) bar. Flux de ieșire 0-250L/min. Ieșire cu ajustare de flux p/u mască 0-30L/min. Ieșire standard DIN 13260-2 p/u conectare ventilator.	Presiune de lucru 230 bar (la cerere 300 bar) Presiune de ieșire 3,5 bar Debit 0-15 lit/min flux continuu Intervalele 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 Precizie +-10% o +- 0,5 lt.min. Interval de temperatură -20°C +50°C	CE
Total lot 6						
Lotul 7						
7. Cablu de alimentare 220V	PC-186A-VDE1B 1.5M	Olanda	Gembird	Cablu de alimentare 220V. Schuko to C13. Lungime minim 1,5m.	Lungime totala: 1,5 m Fișă de intrare: tip Shuko cu orificiu de contact la masă și pini de 4,9 mm Fișă de ieșire: unghi drept C13 Fire: suprafață profil 1,0 mm², 10 A nominal	ISO
Total lot 7						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**