

Anexa nr. 13
la Formularul Specificații tehnice
Servicii de mentenanță și controlul calității a dispozitivelor radiologice pentru anul 2026

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică ofertată, Dispozitiv radiologic digital model Brivo DR-F
Servicii de profilaxie a aparatului roentgen digital Brivo DR-F, inclusiv: • 4 revizii trimestriale; • intervenții la cerere ori de câte ori este nevoie; • verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; • revizia tehnică, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor; • curățarea părților componente ale echipamentului și panoului; • curățarea tubului; • verificarea performanței imaginii; • autocalibrarea; • lubrifierea suportului principal; • controlul și, eventual, o nouă reglare a aparatului; • eliminarea jocurilor la părțile mecanice; • curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; • verificarea tensiunilor de alimentare; • verificarea conexiunilor electrice; • verificarea cablurilor de masă; • curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; • verificarea funcționării motoarelor; • verificarea pompelor etc.; • verificarea ventilatoarelor și a altor componente mecanice. Piese nu intră sub acoperire. Piese depistate ca fiind defecte se achiziționează separat. • Emiterea raportului de mentenanță.	Servicii de profilaxie a aparatului roentgen digital Brivo DR-F, inclusiv: • 4 revizii trimestriale; • intervenții la cerere ori de câte ori este nevoie; • verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; • revizia tehnică, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor; • curățarea părților componente ale echipamentului și panoului; • curățarea tubului; • verificarea performanței imaginii; • autocalibrarea; • lubrifierea suportului principal; • controlul și, eventual, o nouă reglare a aparatului; • eliminarea jocurilor la părțile mecanice; • curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; • verificarea tensiunilor de alimentare; • verificarea conexiunilor electrice; • verificarea cablurilor de masă; • curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; • verificarea funcționării motoarelor; • verificarea pompelor etc.; • verificarea ventilatoarelor și a altor componente mecanice. Piese nu intră sub acoperire. Piese depistate ca fiind defecte se achiziționează separat. • Emiterea raportului de mentenanță.