

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748427167894 / 21425796 din 30.07.2025

Obiectul de achiziție Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.13)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 45						
Sistem multifuncțional (de craniotomie) cu burghiu canulat și fereastră oscilant	NM500	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Descriere: Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos Parametru Specificație: Material de execuție: Oțel Viteză de operare: 0-40000 osc/ min Viteză de rotație: 0-16000 r/ min Regim de foraj cranial: 900 r/ min Regim de frezare cranială: 40000 r/min Piesa de mână-1 unit. Burghiu pentru craniotomie (cu funcție de auto stop)-1 unit. Burghiu pentru os-1 unit. Freza-1 unit. Burghiu canulat-2 unit. Fierăstrău oscilant-1 unit Chee pentru fixare burghie-1 unit. Container pentru sterilizare-1 unit. Încărcător-1 unit. Baterii-2 unit. Autoclavabil 134 °C Alimentare încărcător 220V 50Hz Cerințe speciale: Manual de utilizare limba de stat (română) Manual de service limba de stat (română) Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Training pentru utilizatori și personal tehnic da	Piesă de mână Putere de ieșire 150W Creștere temperatură ≤25°C Încărcător Tensiune de intrare AC110-220V, 50-60Hz Baterie Tensiune 14.4V Capacitate 1800mAh Tip Baterie NI-MH Timp de încărcare Aproximativ două ore Freză osoasă 0-1025rpm Freză alezor acetabular 0-300rpm Freză canulată 0-1000rpm Freză cu fir Kirschner 0-1025rpm Freză craniană 0-1025rpm Freză craniană 0-4000rpm Frecvență ferăstrău oscilant 0-18000cpm Frecvență ferăstrău sternal/ferăstrău reciprocant 0-18000cpm Ferăstrău TPLO 0-18000cpm Amplitudine ferăstrău oscilant 4±0,5° Amplitudine ferăstrău TPLO 10±0,5° Amplitudine ferăstrău sternal/ferăstrău alternativ 3,6±0,25 mm Zgomot ferăstrău ≤75dB (A) Zgomot burghiu ≤65dB (A) Bicament radial burghiu ≤0,1 mm Cuplu nominal burghiu 3,5 N.m-----10 N.m Cuplu de impact burghiu 8 N.m-----16 N.m Strângere sârmă Kirschner 0,8-1,8/2,0-3,2 mm Configurație standard Piesă de mână 1 unit Adaptor Burghiu pentru craniotomie (cu funcție de auto stop)-1 unit. Adaptor Burghiu pentru os-1 unit. Adaptor Freza-1 unit. Adaptor Burghiu canulat-2 unit. Adaptor Fierăstrău oscilant-1 unit Chee pentru fixare burghie-1 unit Încărcător buc 1 Baterie buc 2 Inel de transfer aseptice baterie buc 2 Cutie de sterilizare 1 buc de utilizare la limba engleză și română Manual	DM000691171
Total lot 45						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23