

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1701441806350 / 21125521 din: 20.12.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 36)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Fibrobronhoscop	ABF-6	China	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscopy Co., Ltd.	Fibrobronhoscop Cod 290260 Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul câmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 3- 50mm Capul distal ≤ 6 mm Diametrul exterior ≤ 6 mm Înclinarea capului distal sus/jos 180/130 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente ≥ 2,7 mm Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. "Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)" Pensă de biopsie- 2 unit.	Fibrobronhoscop Cod 290260 Descriere Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul câmpului de vedere 120 grade Înclinarea câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2- 60mm Capul distal 5,8 mm Diametrul exterior 5,8 mm Înclinarea capului distal sus/jos 180/130 grade Diametrul tubului introdus 5,8mm Lungimea de lucru 600 mm Canalul de instrumente 2,7 mm Completarea Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. Piesă bucală -2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. "Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)" Pensă de biopsie- 2 unit.	CE/ISO
2	Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sânge	MX-RD-Pro	China	Biobase	Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sânge Capacitate – 1-15 eprubete; Diametru – 12-0,1 mm; Diametrul discului – 220mm; Unghi – 38grade; Suportul pentru eprubete din cauciuc special.	Agitator de laborator orbital carusel pentru amestecul eprubetelor cu sânge Capacitate – 1-15 eprubete; Diametru – 12-0,1 mm; Diametrul discului – 220mm; Unghi – 38grade; Suportul pentru eprubete din cauciuc special.	CE/ISO

6	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis	ES-100C	China	E-LAB Biological	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Descriere- Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Tip sistem deschis Tip proba ser, plasma Tip regent lichizi Incubator incorporat capacitate, minim 40 probe regim de temperatura: 25, 37 °C Agitator incorporat Statie de mixare incorporat Regim de lucru Punct final Cinetic Multipoint Canale de citire minim 12 canale Viteza de lucru punct final, minim 500 probe/ ora cinetic, minim 200 probe/ ora Procesarea probelor simultan prin metode diferite (punct final, cinetic) Filtre incorporate 340,405,500,546,630,670 nm Spectru lungimi de unda 320- 680nm Volum de reactiv de la 500 µL Dsiplay integrat Imprimanta integrata Memoria >60 metode de investigatii Alimentare 220 V, 50 Hz	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Descriere- Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Tip sistem deschis Tip proba ser, plasma Tip regent lichizi Incubator incorporat capacitate, minim 40 probe regim de temperatura: 25, 37 °C Agitator incorporat Statie de mixare incorporat Regim de lucru Punct final Cinetic Multipoint Canale de citire minim 12 canale Viteza de lucru punct final, minim 500 probe/ ora cinetic, minim 200 probe/ ora Procesarea probelor simultan prin metode diferite (punct final, cinetic) Filtre incorporate 340,405,500,546,630,670 nm Spectru lungimi de unda 320- 680nm Volum de reactiv de la 500 µL Dsiplay integrat Imprimanta integrata Memoria >60 metode de investigatii Alimentare 220 V, 50 Hz	CE/ISO
---	---	---------	-------	------------------	--	--	--------

Semnat:_____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301