

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1611215010990	Data: 11 februarie 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Achiziționare Piese pentru utilaj medical pentru anul 2021”	Lot: 25 si 114	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Medexcom-Teh SRL	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
331000 00-1	Lot 25// Bloc de alimentare compatibil cu ultrasonograf Toshiba Aplio 300, cu instalare, garanție minim 18 luni	PM30-406321	Japonia	CANON MEDICAL SYSTEMS	Bloc de alimentare compatibil cu ultrasonograf Toshiba Aplio 300, cu instalare, garanție minim 18 luni	Bloc de alimentare compatibil cu ultrasonograf Toshiba Aplio 300, cu instalare, garanție minim 18 luni	CE, ISO
331000 00-1	Lot 114// Sonda endovaginală 3D, frecvența centrală 6 MHz; selectarea frecvenței: 8,8 MHz, 7,3 MHz, 4,7 MHz; frecvențe THI 8,0 MHz, 7,2 MHz, 6,0 MHz, frecvențe D-THI 7,0 MHz, 6,0 MHz, Unghi de vizualizare 160 grade compatibil cu ultasonograf Toshiba Applio 300, instalare și garanție minim 24 luni, cu certificat metrologic	PVT-681MVL	Japonia	CANON MEDICAL SYSTEMS	Sonda endovaginală 3D, frecvența centrală 6 MHz; selectarea frecvenței: 8,8 MHz, 7,3 MHz, 4,7 MHz; frecvențe THI 8,0 MHz, 7,2 MHz, 6,0 MHz, frecvențe D-THI 7,0 MHz, 6,0 MHz, Unghi de vizualizare 160 grade compatibil cu ultasonograf Toshiba Applio 300, instalare și garanție minim 24 luni, cu certificat metrologic	Sonda endovaginală 3D, frecvența centrală 6 MHz; selectarea frecvenței: 8,8 MHz, 7,3 MHz, 4,7 MHz; frecvențe THI 8,0 MHz, 7,2 MHz, 6,0 MHz, frecvențe D-THI 7,0 MHz, 6,0 MHz, Unghi de vizualizare 160 grade compatibil cu ultasonograf Toshiba Applio 300, instalare și garanție minim 24 luni, cu certificat metrologic	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)