

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrscst.kiev.ua, pgs@ukrscst.com

Сертификат СОOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат СОOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 165Е -44/26

Выдан: 26.05.2026

Калибровочная газовая смесь

C_3H_8 – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005

(Изменение №1 от 10.06.13) и является стандартным образцом состава газовой

смеси

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Пропан	0,28	0,02

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
510	5	9,0	0,5	-30 + +35	КВ-1П

Срок годности смеси: 26.05.2027

Исполнитель

Волынец С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона

Якубов С.Е.

стр 1 из 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrscst.kiev.ua, pgs@ukrscst.com

Сертификат СОOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат СОOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 166Е -44/26

Выдан: 26.05.2026

Калибровочная газовая смесь

C_3H_8 – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005

(Изменение №1 от 10.06.13) и является стандартным образцом состава газовой

смеси

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Пропан	0,47	0,03

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
1007	4	9,0	0,5	-30 + +35	КВ-1П

Срок годности смеси: 26.05.2027

Исполнитель

Волынец С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона

Якубов С.Е.

стр 1 из 2

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua, pgs@ukrcsm.com

Сертификат СООМЕТ QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат СООМЕТ QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 164E -44/26

Выдан: 26.05.2026

Калибровочная газовая смесь

CН₄ – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005

(Изменение №1 от 10.06.13) и является стандартным образцом состава газовой смеси

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	1,23	0,04

Примечание * коэффициент охвата равен 2
Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь токсичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентилля
013	4	9,0	0,5	-30 + +35	КБ-1М

Срок годности смеси: 26.05.2027

Исполнитель

Водянец А.

Учёный хранитель
вторичного эталона

Якубов С.Е.

стр 1 из 2

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua, pgs@ukrcsm.com

Сертификат СООМЕТ QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат СООМЕТ QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 162E -44/26

Выдан: 26.05.2026

Калибровочная газовая смесь

CН₄ – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005

(Изменение №1 от 10.06.13) и является стандартным образцом состава газовой смеси

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	0,65	0,02

Примечание * коэффициент охвата равен 2
Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь токсичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентилля
29593	4	9,0	0,5	-30 + +35	ВВМ-1

Срок годности смеси: 26.05.2027

Исполнитель

Водянец А.

Учёный хранитель
вторичного эталона

Якубов С.Е.

стр 1 из 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРЕСТАНДАРТ")

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrsm.kiev.ua, rgs@ukrsm.com

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 170E -44/26

Выдан: 26.05.2026

Калибровочная газовая смесь

СО – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005

(Изменение №1 от 10.06.13) и является стандартным образцом состава газовой

смеси

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Оксид углерода	0,0123	0,0003

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРЕСТАНДАРТ"

Смесь токсичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентили
30788	4	9,0	0,5	-30 ÷ +35	КВ-1М

Срок годности смеси: 26.05.2027

Исполнитель

Вольнец А.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона

Якубов С.Е.

СТОР 132