

## DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice +  
de încheiere a acordului-cadru □  
de anulare a procedurii de atribuire □

## DECIZIE DE REVALUARE

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; +decizie autoritatii contractante

Nr. 8 din 17.08.2023

### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Localitate	Republica Moldova, Chișinău
IDNO	1006601004002
Adresa	str. Korolenko 2/1
Număr de telefon	068238258
Număr de fax	022-88-43-55
E-mail	office@amdm.gov.md
Adresa de internet	www.amdm.gov.md
Persoana de contact	Tatiana Aramă, specialist principal, secția juridică, secretar grup de lucru pentru achiziții

### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> <b>Licitație deschisă</b> <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> <b>Servicii</b> <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Echipament de laborator
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1686816101724 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686816101724?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1686816101724?tab=contract-notice</a>

	Data publicării: 16.06.2023
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://amdm.gov.md/ro/page/achpubl">https://amdm.gov.md/ro/page/achpubl</a>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Da
	Link-ul: BAP nr. 45 din 11 iunie 2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 223 300 lei

### 3. Clarificări privind documentația de atribuire: Conform SIARSAP

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

### 4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu s-au operat

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	Indicați sursa utilizată și data publicării: Anunț de participare/BAP
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit	Nu <input type="checkbox"/> Da + Cu _____ zile

### 5. Până la termenul-limită (data 28 iunie, ora 10:15), au fost depuse 4 oferte:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
NITECH SRL	1006600023491	Administrator: Jorovlea Oleg
LOKAMERA SRL	1007600011105	Administrator: Iasbaș Nicolai
TRIUMF MOTIV SRL	1012600021180	Administrator: Jighili Tatiana
KIRANTONI SRL	1011600001572	Administrator: Gumionaia Natalia
ALEX STANDARD SRL	1013600018392	Administrator: Bojenco Alexei
DONAU LAB SRL	1016600005885	Administrator: Pashko Volodymyr

**6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:**

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL „Nitech”	SRL „Lokmera”	SRL „Kirantoni”	SRL „Donau Lab”
<b>Documentele ce constituie oferta</b> <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Propunerea financiară	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Cerere de participare	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
<b>Documente de calificare</b> <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizia de constituire	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Ultimul raport financiar/Situatie financiara	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Anexa nr. 12	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Extras din catalogul producătorului/Codul articolului indicat în specificația tehnică	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Anexa nr. 14	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Numărul de înregistrare din Lista producătorilor EEE	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Certificate de conformitate, de calibrare, de verificare metrologică, declarații de efectuare a calificărilor IQ/OQ/PQ, de instruire la momentul instalării	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Copia facturilor fiscale	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Certificat de calificare a inginerilor în OQ/IQ/PQ	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Autorizația de la producător	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Certificatul de management al calității ISO 9001 al producătorului	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	SRL „Triumf Motiv”	SRL „Alex Standard”
<b>Documentele ce constituie oferta</b> <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>		
Propunerea tehnică	Prezentat	Prezentat
Propunerea financiară	Prezentat	Prezentat
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	Prezentat	Neprezentat
Cerere de participare	Prezentat	Prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	Prezentat	Prezentat
<b>Documente de calificare</b> <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizia de constituire	Prezentat	Prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Prezentat	Prezentat
Ultimul raport financiar/Situație financiară	Prezentat	Prezentat
Anexa nr. 12	Prezentat	Prezentat
Extras din catalogul producătorului/Codul articolului indicat în specificația tehnică	Prezentat	Prezentat
Anexa nr. 14	Prezentat	Prezentat
Numărul de înregistrare din Lista producătorilor EEE	Prezentat	Neprezentat
Certificate de conformitate, de calibrare, de verificare metrologică, declarații de efectuare a calificărilor IQ/OQ/PQ, de instruire la momentul instalării	Neprezentat	Prezentat
Copia facturilor fiscale	Prezentat	Neprezentat
Certificat de calificare a inginerilor în OQ/IQ/PQ	Neprezentat	Neprezentat
Autorizația de la producător	Prezentat	Neprezentat
Certificatul de management al calității ISO 9001 al producătorului	Prezentat	Neprezentat

*(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))*

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Poziția		Nitech SRL	Lokmera SRL	Donau Lab SRL	Triumf-Motiv SRL	Kirantoni SRL	Alex Standard SRL
		Unitatea de măsură	Cantit.	Suma fără TVA	Suma fără TVA	Suma fără TVA	Suma fără TVA	Suma fără TVA	Suma fără TVA
1	Termostat cu răcire	bucată	1	46 712,40					
2	Polarimetru	bucată	1	521 274,50 nu corespunde	435 200 nu corespunde	650 000			
3	Frigider biomedical, farmaceutic	bucată	3	434 883,60 depaseste pretul	292 110 nu corespunde		298 890 descalificat		
4	Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1	bucată	2	272 475,60	265 920 nu corespunde		210 900 descalificat		
5	Osmometru	bucată	1		179 410				
6	Umidificator (pentru încăperi pînă la 75 m2)	bucată	6						
7	Balanța analitică cu imprimanta: d=0,1mg	bucată	2	50 000			75 300	96 432	
8	Baie de apă	bucată	1						
9	AirPort-Prelevator de aer	bucată	1					112 135	
10	Imprimante pentru balanțe	bucată	2	12 000					
11	Generator cu aburi electric (Umidificator)	bucată	1						
12	Agitator orbital	bucată	1	25 406,40			30 800		
13	Agitator Vortex digital cu senzori	bucată	1	15 798,60					
14	Higrometru Psihrometric VIT – 2	bucată	10				2 800 descalificat		2 500 descalificat
15	pH-metru	bucată	1	28 501,80			35 999	27 572,50 nu corespunde	
16	Incubator microbiologic	bucată	1	46 712,40					
17	Refractometru	bucată	1	331 150 nu corespunde	242 490 nu corespunde	440 000			

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

9.

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
03.08.2023	Nitech SRL	<p><b>Lotul 2 - Polarimetru</b></p> <p>1. <i>Descrieți principiul de identificare a plăcii de cuarț;</i></p> <p>2. <i>Indicați diapazonul pentru Z;</i></p> <p>3. <i>La cerința Celulă termostată descrieți modul cum are loc identificarea de către echipament;</i></p> <p>4. <i>La sistemul de detecție a umplerii corecte a celulei este indicată tehnica BubbleInspect. Descrieți ce tip de tehnică este și cum funcționează. Prezentați configurația echipamentului cu indicarea tuturor pozițiilor, accesoriilor și opțiunilor (documentație tehnică de la producător);</i></p> <p>5. <i>Clarificări privind cerința: soft validat pentru controlul aparatului de la calculator, soft compatibil cu echipamentul, cu capacitatea de actualizare în viitor, prezența opțiunii de audit trial.</i></p>	<p>1. Nu este nevoie de identificarea plăcii standard de quart. Tipul de placa se selectează din softul aparatului</p> <p>2. Domeniul de măsurare pentru parametrul Z este de la 0 – 100</p> <p>3. Nu este nevoie de identificarea celulei. Celula termostată are o formă specială și este confecționată din material conductor termic. Temperatura de lucru este setată din softul aparatului, iar cu ajutorul senzorului de temperatură și sistemului peltier se monitorizează și se menține temperatura setată.</p> <p>4. Echipamentul oferit include o stație mobilă de umplere a celulei care utilizează tehnica BubbleInspect.</p> <p>Atașat linkul către descriere <a href="https://rudolphresearch.com/fill-station/">https://rudolphresearch.com/fill-station/</a>.</p> <p>5. Echipamentul oferit vine cu soft validat pentru controlul aparatului, este conform cu EP și include audit trail.</p> <p>6. Link broșura <a href="https://rudolphresearch.com/resources/technical-bulletins/">https://rudolphresearch.com/resources/technical-bulletins/</a></p> <p>7. Configurația aparatului este următoarea: Autopol® III 100MM Polarimeter With Temptrol® (S3)</p> <p>a. Temptrol 100MM Cell – Ceramic</p> <p>b. Temptrol® Quartz Control Plate Assembly – Positive</p> <p>c. Temptrol® Temperature Validation Cell Assembly</p> <p>d. AP Increased Accuracy Option, APIII</p> <p>e. User Selectable Resolution Option - APIII - Four Digit</p> <p>f. Embedded Interface Operated 21CFR11 SW Option -I/II/III/IV</p> <p>g. Factory IQOQPQ and OnSite Validation Notebook</p> <p>h. 100MM 60T Mobile Fill Station</p> <p>i. Temp Sensor, RTD 1000 OHMS 2 Wire</p> <p>j. Personal Computer</p>

10. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL „Lokmera” pentru lotul 2	<p>În baza art. 69, alin. 6), lit. (b): „oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire” - necorespunderea ofertei prezentate cu specificația tehnică solicitată</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Lipsește modul de calibrare automată la instalarea tubului de cuarț; principiul de identificare a plăcii de cuarț nu este descris în specificație;</i></li> <li>2. <i>Lipsește Sistemul de detecție a umplerii corecte a celulei (careva sistem de detecție a umplerii corecte a celulei nu este specificat);</i></li> <li>3. <i>Nu corespunde Domeniul de măsură specificat: în cerință 250 °Z, s-a propus 225 °Z;</i></li> <li>4. <i>Reproductibilitatea de 0,002° - nu este specificată în surse originale prezentate de ofertant;</i></li> <li>5. <i>Pentru cerința Celula termostatăată: Identificare de catre aparat- nu este specificat modul cum are loc identificarea de către aparat;</i></li> <li>7. <i>Nu corespunde domeniul de termostatare a probei: cerința- 15°C, 20°C; 25°C...30°C, s-a propus 20°C...30°C (astfel este imposibili de setat 15°C - aparatul vine cu 2 temperaturi presetate - 20°C si 25°C și adițional cu posibilitatea de setare de catre utilizator altor temperaturi în diapazonul 20°C ...30°C);</i></li> <li>8. <i>Nu corespunde cerința Acuratețe temperatură: cerut ±0.1 °C, s-a propus ±0.2 °C;</i></li> <li>9. <i>Lipsește Soft validat pentru controlul aparatului de la calculator, soft compatibil cu aparatul, cu capacitatea de actualizare în viitor (ofertantul indică că exista soft dar încorporat iar conexiunea la caclulator este doar pentru a imprima rapoartele prin sistemul LIMS - soft separat instalat la calculator pentru controlul aparatului de la calculator nu există la modelul prezentat de ofertant))</i></li> </ol>
SRL „Nitech” pentru lotul 2	<p>În baza art. 69, alin. 6), lit. (b): „oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire” - necorespunderea ofertei prezentate cu specificația tehnică solicitată</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Nu corespunde cerința: Solicitat Acuratețea măsurării: ±0,003° rotație optică; pe domeniul de măsură ±89,9 ° rotație optică; dar s-a oferit acuratețe variată funcție de diapazon: 0.002° Arc up to ±1°Arc, 0.2%</i></li> </ol>

	<p>above <math>\pm 1^\circ</math> Arc, <math>0.01^\circ</math> Z (ISS) <math>0.010^\circ</math> above <math>\pm 5^\circ</math> Arc</p> <p>2. Nu corespunde diapazonul pentru Z (cerință e specificat <math>250^\circ</math> Z), se oferă <math>0-100^\circ</math> Z;</p> <p>3. Pentru cerința Celula termostatăată: Identificare de catre aparat- se indică că nu este nevoie de identificare de catre aparat; În specificație a fost indicat: Celula termostatăată: material rezistent la acizi (HCl 4M) standard cu indentificare de catre aparat. Identificarea celulei de către aparat este obligatorie.</p> <p>4. În cerințe s-a solicitat Sistem de detecție a umplerii corecte a celulei dar a fost oferit stație mobilă de umplere a celulei care nici nu este inclusă în Configurația de bază al aparatului.</p> <p>5. Nu corespunde cerința Acuratețe temperatură: cerut <math>\pm 0.1^\circ</math> C, ei au prezentat Temperature control accuracy <math>\pm 0.2^\circ</math> C;</p> <p>6. A fost solicitat: Soft validat pentru controlul aparatului de la calculator, soft compatibil cu aparatul, cu capacitatea de actualizare în viitor - ofertantul propune Embedded interface Operated 21 CFR Part 11 Software option (soft integrat doar în echipament)).</p>
SRL „Lokmera” pentru lotul 3	<p>În baza art. 69, alin. 6), lit. (b): „oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire”- necorespunderea ofertei prezentate cu specificația tehnică solicitată</p> <p>(1. Nu corespunde volumul frigiderului: specificat în cerințe: <math>\geq 680</math>L, prezentat <math>600</math>L;</p> <p>2. Informația pentru temperatura reglabilă solicitată <math>(+2-+20)^\circ</math>C, prezentată <math>(+2-+8)^\circ</math>C)).</p>
SRL „Lokmera” pentru lotul 4	<p>În baza art. 69, alin. 6), lit. (b): „oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire”- necorespunderea ofertei prezentate cu specificația tehnică solicitată</p> <p>(1. Nu corespunde volumul frigiderului și a congelatorului: specificat în cerințe pt frigider: <math>\geq 300</math>L, s-a prezentat <math>273</math>L; congelatorul prezentat de ofertant este prea mare (cu 60% mai mare ca volumul cerut);</p> <p>2. Nu corespunde numărul de polițe: în specificație indicat 3, iar în modelul prezentat 2;</p> <p>3. Informația pentru temperatura reglabilă solicitat <math>(+2-+10)^\circ</math>C, s-a prezentat <math>(+2-+8)^\circ</math>C)).</p>
SRL „Kirantoni” pentru lotul 15	<p>În baza art. 69, alin. 6), lit. (b): „oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire”- necorespunderea ofertei prezentate cu specificația tehnică solicitată</p>



	<p>(1. <b>Ofertantul nu oferă imprimantă, după cerință imprimanta este stipulată în specificație;</b></p> <p>2. <b>Oferă electrodul de pH combinat, corp din PEI (polieterimidă), dar în specificație este indicat electrod din sticlă).</b></p>
SRL „Lokmera” pentru lotul 17	<p>În baza art. 69, alin. 6), lit. (b): „oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire”- necorespunderea ofertei prezentate cu specificația tehnică solicitată</p> <p>(1. <b>Nu corespunde Domeniul de măsurare: Cerut <math>1,26 \div 1,72 \text{ nD} / 4 \div 85 \text{ }^\circ\text{C}</math>, ofertantul prezintă <math>1,30 \div 1,70 \text{ nD} / 10 \div 80 \text{ }^\circ\text{C}</math>;</b></p> <p>2. <b>Nu corespunde acuratețea măsurării: Cerut <math>0,015 \text{ Brix} / 0,03 \text{ }^\circ\text{C}</math>, ofertantul prezintă <math>0,02 \text{ Brix} / 0,05 \text{ }^\circ\text{C}</math> (cu max <math>0,08 \text{ }^\circ\text{C}</math>);</b></p> <p>3. <b>Nu este specificată sursa de lumina;</b></p> <p>4. <b>Pentru cerința Calibrare- nu este descris procedeul și în ce constă automatizarea calibrării;</b></p> <p>5. <b>Nu este specificată lungimea de undă;</b></p> <p>6. <b>Lipsește Soft validat pentru controlul aparatului de la calculator, soft compatibil cu aparatul, cu capacitatea de actualizare în viitor (participantul indica ca Refractometrul operează de sine stătător, folosind soft-ul integrat, fără a fi necesar un soft extern special instalat pe PC. În caz de necesitate poate fi conectat la calculator și integrat în sisteme precum LIMS, sau pentru a printa în document PDF securizat (Print to Secure PDF));</b></p> <p>7. <b>Nu corespunde perioada de garanție: cerut 24 luni de la punerea în funcțiune, ofertantul prezintă 12 luni de la punerea în funcțiune).</b></p>
SRL „Nitech” pentru lotul 17	<p>În baza art. 69, alin. 6), lit. (b): „oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire”- necorespunderea ofertei prezentate cu specificația tehnică solicitată</p> <p>(1. <b>Nu corespunde Domeniul de măsurare: Cerut <math>4 \div 85 \text{ }^\circ\text{C}</math>, ofertantul prezintă <math>10 \div 110 \text{ }^\circ\text{C}</math>;</b></p> <p>2. <b>Nu este specificată sursa de lumina;</b></p> <p>3. <b>Nu respectă cerința: Să fie conform cu cerințele față de integritatea datelor electronice (21 CFR Punct 11);</b></p> <p>4. <b>Lipsește Soft validat pentru controlul aparatului de la calculator, soft compatibil cu aparatul, cu capacitatea de actualizare în viitor (participantul indică ca Refractometrul operează de sine stătător, aditional poate fi conectat la un monitor, prezența softului validat nu este confirmată);</b></p>

	<b>5. Nu corespunde perioada de garanție: cerut 24 luni de la punerea în funcțiune, ofertantul prezintă 12 luni de la punerea în funcțiune).</b>
SRL „Nitech” pentru lotul 3	În temeiul Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.71, alin. (1), lit d) „oferta depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției...”
SRL „Triumpf-Motiv”	În baza art. 69, alin. 6), lit. a): „ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție...” <i>(ofertantul nu a prezentat 1. Certificate de conformitate, de calibrare, de verificare metrologică, declarații de efectuare a calificărilor IQ/OQ/PQ, de instruire la momentul și 2. Certificat de calificare a inginerilor în OQ/IQ/PQ)</i>
SRL „Alex Standard”	În baza art. 69, alin. 6), lit. a): „ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție...” <i>(lipsește 1 document obligatoriu la depunerea ofertelor: Garanția de ofertă)</i>

### 11. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot +

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

### 12. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut +

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

### 13. Reevaluarea ofertelor: nu s-a aplicat

<b>Motivul reevaluării ofertelor</b>	
<b>Modificările operate</b>	

### 14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. d/o	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură		Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1.	Termostat cu răcire	Nitech	1	Buc.	46712,40	46712,40	56054,88

2.	Polarimetru	Donau Lab	1	Buc.	65000	650000	780000
3.	Frigider biomedical, farmaceutic		3	Buc.			
4.	Frigider biomedical, farmaceutic cu congelator 2 în 1	Nitech	2	Buc.	136237,80	272475,60	326970,72
5.	Osmometru	Lokmera	1	Buc.	179410	179410	215292
6.	Umidificator (pentru încăperi pînă la 75 m2)		6	Buc.			
7.	Balanța analitică cu imprimanta: d=0,1mg	Nitech	2	Buc.	25000	50000	60000
8.	Baie de apă		1	Buc.			
9.	AirPort- Prelevator de aer	Kirantoni	1	Buc.	112135	112135	134562
10.	Imprimante pentru balanțe	Nitech	2	Buc.	6000	12000	14400
11.	Generator cu aburi electric (Umidificator)		1	Buc.			
12.	Agitator orbital	Nitech	1	Buc.	25406,40	25406,40	30487,68
13.	Agitator Vortex digital cu senzori	Nitech	1	Buc.	15798,60	15798,60	18958,32
14.	Higrometru Psihrometric VIT - 2		10	Buc.			
15.	pH-metru	Nitech	1	Buc.	28501,80	28501,80	34202,16
16.	Incubator microbiologic	Nitech	1	Buc.	46712,40	46712,40	56054,88
17.	Refractrometru	Donau Lab	1	Buc.	440000	440000	528000

Notă: loturile marcate cu o culoare închisă sunt poziții anulate, motivul anulării fiind indicat în textul deciziei.

#### 14. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1.	Dragoș Guțu	Director general	
2.	Oxana Cociorvă	Șef, Secția economico-financiară, contabil - șef	
3.	Garuța Ala	Șef LCCM	
4.	Aliona Talpalaru	Șef, Serviciul juridic	absent
5.	Angela Cebotari	Șef Serviciul logistică și securitate internă	
6.	Petru Feodorov	Administrator rețea calculatoare, Serviciul tehnologii informaționale	
7.	Tatiana Aramă	Specialist principal, secția economico-financiară, secretar grup de lucru pentru achiziții	