

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1643357686188 din 07.02.2022						
Obiectul de achiziției: Medicamente, produse parafarmaceutice, inclusiv teste rapide Covid-19, Ag, precum și substanțe de dezinfecție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lotul 2: Test rapid Covid-19, Ag						
33000000-0	Covid-19, Ag Test rapid	L031-11815	China	<p>ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO.,LTD.</p> <p>Ușor de folosit. Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: 97,56%; rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute; testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene; poate fi depozitat la temperatura camerei; toate componentele testului – inclusive tamponalele sterile – sunt incluse; să nu existe reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi nCoV-229E, -HKU1, -NL63 ȘI -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A/B), specificitatea diagnosticului (97-100%); echivalent NADAL COVID-19 Ag Test.- Extras din Registrul de Stat al dispozitivelor medicale, Certificat CE sau Certificat de calitate ISO 9001.</p> <p>- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj producător nu mai mic de 24 luni. La momentul livrării termenul de valabilitate restant va constitui nu mai puțin de 60% din cel inițial.</p> <p>- Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător.</p> <p>- Instrucțiuni privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p> <p>- Ofertantul să asigure prezența specialistului cu testarea mostrelor.</p> <p>- Reactivele, standardele și seturile de control vor fi fabricate de un producător.</p>	<p>Ușor de folosit. Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: 97,6%; rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute; testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene; poate fi depozitat la temperatura camerei; toate componentele testului – inclusive tamponalele sterile – sunt incluse; nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi nCoV-229E, -HKU1, -NL63 ȘI -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A/B), specificitatea diagnosticului (99,4%); echivalent NADAL COVID-19 Ag Test.- Extras din Registrul de Stat al dispozitivelor medicale, Declarația de Conformitate CE/</p> <p>- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj producător nu mai mic de 24 luni. La momentul livrării termenul de valabilitate restant va constitui nu mai puțin de 60% din cel inițial.</p> <p>- Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător.</p> <p>- Instrucțiuni privind modul de utilizare vor fi prezentate în limba de stat.</p> <p>- Vom asigura prezența specialistului cu testarea mostrelor.</p> <p>- Reactivele, standardele și seturile de control sunt fabricate de un producător.</p>	Declarația de Conformitate CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9