

Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21004717	Data: „06” februarie 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea diverselor medicamente reactivi	Lot: _____	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
33696500-0	Capilare Leur compatibile cu aparatul Rapid Point	Leur Capillary Port	Germania	Siemens	în set 2 buc. Porturi de probă – kit LUER/Capillary. Poer de aspirare probă necesar pentru evitarea chegurilor -2 buc.pungă	în set 2 buc. Porturi de probă – kit LUER/Capillary. Poer de aspirare probă necesar pentru evitarea chegurilor -2 buc.pungă	



					Unitate de măsură: cartuş – RP 500 mcart lac, nu mai puțin de 750 teste, cartuş de unică folosință cu toate componentele necesare măsurătorilor	Unitate de măsură: cartuş – RP 500 mcart lac, nu mai puțin de 750 teste, cartuş de unică folosință cu toate componentele necesare măsurătorilor	
					integrate:senzori, măsurarea umrătorilor parametri: 1 gaze în singe:Ph (și din lichid pleural), Pco2, Po2, 2. Electrozi : Na+, K+, Ca++, Cl-, Metaboliti:glucoza, hematocrit, lactat, CO-oximetrice:nBili, tHb, So2, 02Hb,HHb, COHb, MeHb-numărul maxim de teste care	integrate:senzori, măsurarea umrătorilor parametri: 1 gaze în singe:Ph (și din lichid pleural), Pco2, Po2, 2. Electrozi : Na+, K+, Ca++, Cl-, Metaboliti:glucoza, hematocrit, lactat, CO-oximetrice:nBili, tHb, So2, 02Hb,HHb, COHb, MeHb-numărul maxim de teste care poți	
33696500-0	Teste de măsurare compatibile cu Rapid 500	Measurement Cartridge 750 test	Germania	Siemens	potfi efectuate dintr-un cartuş-750 teste, stabilite minim 28 de zile de la instalare în aparat. reactivi, componente electronice și fluidice, senzori integrați pentru: 1 Ph,Na, K, Ca, CL-ce utilizează metoda ISE , 2 referința Ag/Ag în clorură de K și clorură de Ag 3 Pco2	efectuate dintr-un cartuş-750 teste, stabilite minim 28 de zile de la instalare în aparat. reactivi, componente electronice și fluidice, senzori integrați pentru: 1 Ph,Na, K, Ca, CL-ce utilizează metoda ISE , 2 referința Ag/Ag în clorură de K și clorură de Ag, 3 Pco2 –măsurătoarea	
33696500-0	Teste de spălare aparatul cu Rapid Point 500	Wash-Waste Cartridge	Germania	Siemens	În set 4 cartuşuri wach/waste. Cartuşe de unică folosință ce conțin toate soluțiile de spălare și întreținere dintimpul măsurătorilor și după aceasta ambalare : cutie	În set 4 cartuşuri wach/waste. Cartuşe de unică folosință ce conțin toate soluțiile de spălare și întreținere dintimpul măsurătorilor și după aceasta ambalare : cutie	
TOTAL							

Semnat:  Numele, Prenumele: Jurie Alabujev În calitate de: Reprezentant vanzari

Ofertantul: I.C.S. "DIAMEDIX IMPEX" S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Drumul vililor. 36/2

