

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1637676257429
(21047412)
din "23" noiembrie 2021

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1637676257429 din 23.11.2021
Obiectul achiziției: Piese pentru utilaj medical

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
	Lot 83						
83.1	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig	26775UF	Germania	Karl Storz	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cârlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Olesea Cucerenco** În calitate de: **Jurisconsult**

Ofertantul: **SC "Denolga Medical" SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**